

Серия MDO3000
Осциллографы для смешанного типа сигналов
Руководство по эксплуатации



Серия MDO3000
Осциллографы для смешанного типа сигналов
Руководство по эксплуатации

Copyright © Tektronix. Все права защищены. Лицензированные программные продукты являются собственностью компании Tektronix, ее филиалов или ее поставщиков и защищены национальным законодательством по авторскому праву и международными соглашениями.

Изделия корпорации Tektronix защищены патентами и патентными заявками в США и других странах. Приведенные в данном руководстве сведения заменяют любые ранее опубликованные. Права на изменение спецификаций и цен сохранены.

TEKTRONIX и ТЕК являются зарегистрированными товарными знаками Tektronix, Inc.

e*Scope, iView, OpenChoice, TekSecure и TekVPI являются зарегистрированными товарными знаками Tektronix, Inc.

MagniVu и Wave Inspector являются товарными знаками Tektronix, Inc.

PictBridge является зарегистрированным товарным знаком Standard of Camera & Imaging Products Association CIPA DC-001-2003 Digital Photo Solutions for Imaging Devices.

Как связаться с корпорацией Tektronix

Tektronix, Inc.
14150 SW Karl Braun Drive
P.O. Box 500
Beaverton, OR 97077
USA

Сведения о продуктах, продажах, услугах и технической поддержке.

- В странах Северной Америки по телефону 1-800-833-9200.
- В других странах мира — см. сведения о контактах для соответствующих регионов на веб-узле www.tektronix.com.

Осциллографы серии MDO3000

Гарантия

Корпорация Tektronix гарантирует, что в течение 3 (трех) лет со дня приобретения у полномочного дистрибьютора Tektronix в приборе не будут обнаружены дефекты материалов и изготовления. Если в течение гарантийного срока в изделии будут обнаружены дефекты, корпорация Tektronix по своему усмотрению либо отремонтирует неисправное изделие без дополнительной платы за материалы и потраченное на ремонт рабочее время, либо заменит это изделие на исправное. Данное гарантийное обязательство не распространяется на батарейные источники питания. Компоненты, модули и заменяемые изделия, используемые корпорацией Tektronix для работ, выполняемых по гарантии, могут быть как новые, так и восстановленные с такими же эксплуатационными характеристиками, как у новых. Все замененные части, модули и изделия становятся собственностью корпорации Tektronix.

Для реализации права на обслуживание в соответствии с данной гарантией необходимо до истечения гарантийного срока уведомить корпорацию Tektronix об обнаружении дефекта и выполнить необходимые для проведения гарантийного обслуживания действия. Упаковка и доставка неисправного изделия в указанный Tektronix центр гарантийного обслуживания, предоплата почтовых расходов и представление копии документа о приобретении производится владельцем изделия. Корпорация Tektronix оплачивает обратную доставку исправного изделия заказчику только в пределах страны, в которой расположен центр гарантийного обслуживания. Доставка исправного изделия по любому другому адресу должна быть оплачена владельцем изделия, включая все расходы по транспортировке, пошлины, налоги и любые другие расходы.

Данная гарантия не распространяется на случаи, когда дефект, отказ в работе или повреждение изделия вызваны неправильной эксплуатацией, хранением или обслуживанием изделия. Корпорация Tektronix не обязана по данному гарантийному обязательству: а) исправлять повреждения, вызванные действиями любых лиц (кроме инженеров Tektronix) по установке, ремонту или обслуживанию изделия; б) исправлять повреждения, вызванные неправильным использованием изделия или подключением его к несовместимому оборудованию; в) исправлять повреждения или неполадки, вызванные использованием материалов, не рекомендованных Tektronix, а также г) обслуживать изделие, подвергшееся модификации или интегрированное в иное оборудование таким образом, что эти действия увеличили время или сложность обслуживания изделия.

ДАННАЯ ГАРАНТИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ТЕКТРОНИХ НА ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ НА УСЛОВИЯХ ЗАМЕНЫ ЛЮБЫХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ДАННЫХ ЯВНО ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАВШИХСЯ. КОРПОРАЦИЯ ТЕКТРОНИХ И ЕЕ ПОСТАВЩИКИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ДРУГИХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ТОВАРНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ДРУГИХ ЦЕЛЕЙ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОРПОРАЦИИ ТЕКТРОНИХ ПО ДАННОМУ ГАРАНТИЙНОМУ ОБЯЗАТЕЛЬСТВУ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ТОЛЬКО РЕМОНТОМ ИЛИ ЗАМЕНОЙ ДЕФЕКТНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЗАКАЗЧИКАМ. КОРПОРАЦИЯ ТЕКТРОНИХ И ЕЕ ПОСТАВЩИКИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЙ, СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ИЛИ КАКОЙ-ЛИБО ОПОСРЕДОВАННЫЙ УЩЕРБ ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОРПОРАЦИИ ТЕКТРОНИХ БЫЛИ ЗАРАНЕЕ УВЕДОМЛЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА.

[W16 – 15AUG04]

Пробники P6316, TPR0250, TPR0500B и TPR1000

Гарантия

Корпорация Tektronix гарантирует, что в течение 1 (одного) года со дня приобретения у полномочного дистрибьютора Tektronix в приборе не будут обнаружены дефекты материалов и изготовления. Если в течение гарантийного срока в изделии будут обнаружены дефекты, корпорация Tektronix по своему усмотрению либо отремонтирует неисправное изделие без дополнительной платы за материалы и потраченное на ремонт рабочее время, либо заменит это изделие на исправное. Данное гарантийное обязательство не распространяется на батарейные источники питания. Компоненты, модули и заменяемые изделия, используемые корпорацией Tektronix для работ, выполняемых по гарантии, могут быть как новые, так и восстановленные с такими же эксплуатационными характеристиками, как у новых. Все замененные части, модули и изделия становятся собственностью корпорации Tektronix.

Для реализации права на обслуживание в соответствии с данной гарантией необходимо до истечения гарантийного срока уведомить корпорацию Tektronix об обнаружении дефекта и выполнить необходимые для проведения гарантийного обслуживания действия. Упаковка и доставка неисправного изделия в указанный Tektronix центр гарантийного обслуживания, предоплата почтовых расходов и представление копии документа о приобретении производятся владельцем изделия. Корпорация Tektronix оплачивает обратную доставку исправного изделия заказчику только в пределах страны, в которой расположен центр гарантийного обслуживания. Доставка исправного изделия по любому другому адресу должна быть оплачена владельцем изделия, включая все расходы по транспортировке, пошлины, налоги и любые другие расходы.

Данная гарантия не распространяется на случаи, когда дефект, отказ в работе или повреждение изделия вызваны неправильной эксплуатацией, хранением или обслуживанием изделия. Корпорация Tektronix не обязана по данному гарантийному обязательству: а) исправлять повреждения, вызванные действиями любых лиц (кроме инженеров Tektronix) по установке, ремонту или обслуживанию изделия; б) исправлять повреждения, вызванные неправильным использованием изделия или подключением его к несовместимому оборудованию; в) исправлять повреждения или неполадки, вызванные использованием материалов, не рекомендованных Tektronix, а также г) обслуживать изделие, подвергшееся модификации или интегрированное в иное оборудование таким образом, что эти действия увеличили время или сложность обслуживания изделия.

ДАННАЯ ГАРАНТИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ТЕКТРОНИХ НА ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ НА УСЛОВИЯХ ЗАМЕНЫ ЛЮБЫХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ДАННЫХ ЯВНО ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАВШИХСЯ. КОРПОРАЦИЯ ТЕКТРОНИХ И ЕЕ ПОСТАВЩИКИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ДРУГИХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ТОВАРНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ДРУГИХ ЦЕЛЕЙ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОРПОРАЦИИ ТЕКТРОНИХ ПО ДАННОМУ ГАРАНТИЙНОМУ ОБЯЗАТЕЛЬСТВУ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ТОЛЬКО РЕМОНТОМ ИЛИ ЗАМЕНОЙ ДЕФЕКТНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЗАКАЗЧИКАМ. КОРПОРАЦИЯ ТЕКТРОНИХ И ЕЕ ПОСТАВЩИКИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЙ, СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ИЛИ КАКОЙ-ЛИБО ОПОСРЕДОВАННЫЙ УЩЕРБ ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОРПОРАЦИИ ТЕКТРОНИХ БЫЛИ ЗАРАНЕЕ УВЕДОМЛЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА.

[W15 – 15AUG04]

Оглавление

Важная информация по безопасности	v
Общие правила техники безопасности	v
Правила по технике безопасности при сервисном обслуживании	viii
Условные обозначения в данном руководстве	ix
Символы и условные обозначения на приборе	ix
Информация о соответствии	x
Соответствие требованиям по электромагнитной совместимости	x
Соответствие требованиям по технике безопасности	xi
Правила охраны окружающей среды	xiii
Предисловие	xv
Основные характеристики	xvi
Правила оформления, используемые в данном руководстве	xvii
Подготовка к работе	1
Перед установкой	1
Условия эксплуатации	6
Подключение пробников	8
Защита осциллографа	9
Включение электропитания прибора	10
Выключение питания осциллографа	11
Проверка работоспособности	11
Компенсация пассивных пробников напряжения TPP0250, TPP0500B или TPP1000	12
Компенсация пассивного пробника напряжения, отличного от TPP0250, TPP0500B или TPP1000	14
Бесплатное опробование прикладных модулей	15
Установка модуля прикладных программ	15
Расширение полосы пропускания	16
Изменение языка клавиатуры или интерфейса пользователя	20
Изменение даты и времени	21
Компенсация сигнального тракта	22
Обновление микропрограммного обеспечения	25
Подключение осциллографа к компьютеру	28
Подсоединение к осциллографу USB-клавиатуры	37
Ознакомление с прибором	38
Меню, элементы управления и разъемы на передней панели	38
Меню передней панели и органы управления	39
Разъемы передней панели	55
Разъем боковой панели	55
Разъемы на задней панели	56
Регистрация сигнала	57
Настройка аналоговых каналов	57
Использование настройки по умолчанию	60
Использование автоматической установки	61
Основные понятия регистрации сигнала	62

Использование режима FastAcq	64
Как работают аналоговые режимы сбора данных	66
Изменение режима регистрации, длины записи и времени задержки.	67
Использование режима прокрутки	69
Дейс.по событию	69
Настройка последовательной или параллельной шины	72
Настройка цифровых каналов	86
Когда и зачем используется режим MagniVu	89
Использование режима MagniVu	89
Настройка РЧ-входов	91
Настройка синхронизации	97
Основные понятия синхронизации	97
Выбор типа синхронизации	100
Выбор синхронизации	101
Синхронизация по шинам	105
Проверка настроек синхронизации	109
Использование синхронизации последовательности (по событию А (основное) и по событию В (с задержкой))	110
Запуск и остановка регистрации	113
Отображение осциллограмм и зависимостей	114
Добавление и удаление осциллограмм	114
Настройка стиля отображения и послесвечения экрана	114
Настройка яркости осциллограмм	118
Выбор масштаба и положения осциллограммы	119
Настройка параметров входа	120
Расположение и маркировка сигналов шин	125
Расположение, масштабирование и группировка цифровых каналов	126
Просмотр цифровых каналов	128
Комментирование экрана	128
Просмотр частоты синхронизации	130
Отображение меню частотной области	130
Анализ осциллограмм или зависимостей	137
Работа с маркерами частотной области	137
Автоматические измерения во временной области	141
Выбор автоматических измерений во временной области	142
Пользовательская настройка автоматических измерений во временной области	146
Выполнение автоматических измерений в частотной области	150
Выполнение измерений с помощью цифрового вольтметра	151
Выполнение ручных измерений с помощью курсоров	153
Настройка гистограммы	157
Использование расчетных осциллограмм	161
Использование БПФ	163
Использование дополнительных математических функций	165
Использование спектральных вычислений	166
Использование опорных осциллограмм и зависимостей	168
Управление осциллограммами при большой длине памяти	171

Автоувеличение	178
Предельные тесты и тесты по маске	179
Тесты видеосигналов	183
Выполнение автоматических измерений мощности	184
Сохранение и вызов информации	186
Сохранение снимка экрана	188
Сохранение и вызов данных осциллограмм и зависимостей	189
Сохранение и вызов настроек	193
Сохранение одним нажатием кнопки	194
Управление дисками, каталогами и файлами	195
Монтирование сетевого диска	196
Настройка для печати	197
Использование функций обеспечения безопасности осциллографа	206
Использование генератора сигналов произвольной формы	211
Использование прикладных модулей	218
Приложение А. Гарантированные технические характеристики	220
Приложение В. TRP0250, TRP0500B и TRP1000: сведения для пассивных пробников на 250 МГц, 500 МГц и 1 ГГц 10X	227
Сведения по эксплуатации	227
Подсоединение пробника к осциллографу	227
Компенсация пробников в осциллографах серии MDO3000	227
Стандартные принадлежности	227
Дополнительные принадлежности	230
Замена наконечника пробника	230
Технические характеристики	231
Графики рабочих характеристик	231
Общие положения о безопасности	233
Приложение С. Инструкции к логическому пробнику P6316 общего назначения	235
Описание прибора	235
Подсоединение пробника к осциллографу	236
Подсоединение пробника к цепи	236
Проверка работоспособности	237
Типичный способ применения	238
Принадлежности	239
Технические характеристики	240
Общие положения о безопасности	240
Условные обозначения и символы, относящиеся к безопасности, используемые в данном руководстве по эксплуатации	241
Приложение D. Лицензия OpenSSL	242
Предметный указатель	

Важная информация по безопасности

Настоящее руководство содержит информацию и предостережения, которые следует учитывать пользователю, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора и поддерживать его в безопасном состоянии.

Информация по безопасному обслуживанию прибора содержится в конце этого раздела. (См. стр. viii, *Правила по технике безопасности при сервисном обслуживании.*)

Общие правила техники безопасности

Используйте прибор только описанным способом. Во избежание травм, а также повреждений данного прибора и подключаемого к нему оборудования необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности. Внимательно прочитайте все инструкции. Сохраните это руководство для использования в будущем.

Соблюдайте все местные и общегосударственные нормы безопасности.

Для правильной и безопасной эксплуатации прибора важно помимо изложенных в этом руководстве указаний выполнять также общепринятые процедуры безопасности.

К использованию прибора должен допускаться только обученный персонал.

Снимать крышку для ремонта, технического обслуживания или регулировки разрешается только квалифицированному персоналу.

Для обеспечения правильной работы прибора перед использованием проверяйте его с помощью известного источника.

Этот прибор не предназначен для обнаружения опасных напряжений.

При работе вблизи опасных оголенных проводов под напряжением пользуйтесь средствами индивидуальной защиты для предотвращения поражения электрическим током или дуговым разрядом.

Во время работы с прибором может потребоваться доступ к другим компонентам системы. Прочтите разделы по технике безопасности в руководствах по работе с другими компонентами и ознакомьтесь с мерами предосторожности и предупреждениями, связанными с эксплуатацией системы.

При встраивании этого оборудования в систему ответственность за безопасность такой системы несет ее сборщик.

Пожарная безопасность и предотвращение травм

Используйте соответствующий шнур питания. Подключение к электросети должно выполняться только шнуром питания, разрешенным к использованию с данным прибором и сертифицированным для страны, в которой будет производиться его эксплуатация.

Не используйте поставляемый в комплекте шнур питания с другими приборами.

Заземляйте прибор. Прибор заземляется через провод заземления шнура питания. Во избежание поражения электрическим током провод заземления должен быть подключен к шине заземления. Проверьте наличие защитного заземления, прежде чем выполнять подсоединение к выходам и входам прибора.

Не отсоединяйте защитное заземление шнура питания.

Отключение питания. Отсоедините шнур питания прибора от источника питания. См. инструкции по размещению. Устанавливайте прибор таким образом, чтобы обеспечить доступ к шнуру питания для быстрого отсоединения в любое время.

Соблюдайте правила подсоединения и отсоединения. Не подсоединяйте и не отсоединяйте пробники и испытательные выводы, когда они подключены к источнику напряжения.

Используйте только изолированные пробники напряжения, испытательные выводы и адаптеры, поставляемые с прибором или рекомендованные компанией Tektronix.

Проверяйте допустимые номиналы для всех разъемов. Во избежание воспламенения или поражения электрическим током проверьте все допустимые номиналы и маркировку на приборе. Перед подсоединением прибора просмотрите дополнительные сведения по номинальным ограничениям, содержащиеся в руководстве по эксплуатации прибора. Не превышайте номинальное значение напряжения или тока категории измерений (КАТ.) для компонента изделия (прибора, пробника или принадлежности) с минимальным значением. Будьте осторожны, используя испытательные выводы 1:1, поскольку напряжение на кончике пробника будет напрямую передаваться прибору.

Не подавайте на разъемы, в том числе на разъем общего провода, напряжение, превышающее допустимое для данного прибора номинальное значение.

Плавающий потенциал общего разъема не должен превышать номинальное напряжение для этого разъема.

Не используйте прибор со снятым кожухом. Эксплуатация прибора с открытым кожухом или снятыми защитными панелями не допускается. Можно попасть под действие опасного напряжения.

Не прикасайтесь к оголенным участкам цепи. Не прикасайтесь к неизолированным соединениям и компонентам, находящимся под напряжением.

Не пользуйтесь неисправным прибором. Если имеется подозрение, что прибор поврежден, передайте его для осмотра специалисту по техническому обслуживанию.

Отключите прибор в случае его повреждения. Не пользуйтесь прибором, если он поврежден или работает неправильно. В случае сомнений относительно безопасности прибора выключите его и отсоедините шнур питания. Четко обозначьте прибор для предотвращения дальнейшей эксплуатации.

Перед использованием осмотрите пробники напряжения, испытательные выводы и принадлежности на отсутствие механических повреждений, а при наличии таковых замените поврежденные компоненты. Не используйте пробники или испытательные выводы, если они повреждены, имеют оголенные участки или признаки износа.

Перед использованием осмотрите прибор. Проверьте, нет ли на нем трещин, и не отсутствуют ли какие-либо детали.

Используйте только рекомендованные запасные части.

Используйте соответствующий плавкий предохранитель. К применению допускаются только предохранители, типы и номиналы которых соответствуют требованиям для данного прибора.

Не пользуйтесь прибором в условиях повышенной влажности. При перемещении прибора из холодного в теплое помещение возможна конденсация.

Не пользуйтесь прибором во взрывоопасных средах.

Не допускайте попадания влаги и загрязнений на поверхность прибора. Перед чисткой прибора отключите все входные сигналы.

Обеспечьте надлежащую вентиляцию. Дополнительные сведения по обеспечению надлежащей вентиляции при установке прибора содержатся в руководстве.

Не закрывайте отверстия и щели, предназначенные для вентиляции. Не вставляйте какие-либо предметы в отверстия.

Обеспечьте безопасные рабочие условия. Устанавливайте прибор таким образом, чтобы было удобно наблюдать за дисплеем и индикаторами.

Избегайте неправильного или продолжительного использования клавиатур, указателей и кнопочных панелей. Неправильное или продолжительное использование клавиатуры или указателя может привести к серьезной травме.

Обеспечьте соответствие рабочей зоны эргономическим стандартам. Для предотвращения туннельного синдрома проконсультируйтесь со специалистом по эргономике.

Используйте только стойное крепление Tektronix, предназначенное для этого прибора.

Пробники и испытательные выводы

Перед присоединением пробников или испытательных выводов вставьте вилку шнура питания в заземленную надлежащим образом розетку.

Держите пробники так, чтобы пальцы находились за специальными защитными барьерами.

Уберите с рабочего места все пробники, испытательные выводы и принадлежности, если они не используются.

Для проведения измерений используйте только надлежащие категории измерений (КАТ.), напряжение, температуру, высоту над уровнем моря, пробники с соответствующим номиналом по току, испытательные выводы и адаптеры.

Соблюдайте осторожность при работе с высоким напряжением. Ознакомьтесь с номиналами напряжения для используемого пробника и не превышайте их. Необходимо знать и понимать смысл двух предельных значений:

- максимальное измеряемое напряжение между наконечником пробника и опорным выводом пробника;
- максимальное плавающее напряжение между опорным проводником пробника и шиной заземления.

Эти два предельных напряжения зависят от пробника и применения. Дополнительную информацию см. в разделе «Технические характеристики» руководства по эксплуатации.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во избежание поражения электрическим током не превышайте максимально допустимые пределы измеряемого напряжения или плавающего потенциала на входе разъема BNC осциллографа, наконечнике пробника или опорном выводе пробника.

Соблюдайте правила подсоединения и отсоединения. Перед подсоединением пробника к тестируемой схеме подсоединяйте его выход к измерительному прибору. Подсоедините опорный вывод пробника к проверяемой цепи перед подсоединением входа пробника. Перед отсоединением пробника от измерительного прибора отсоединяйте его вход и опорный вывод от тестируемой схемы.

Соблюдайте правила подсоединения и отсоединения. Перед подсоединением или отсоединением токового пробника необходимо обесточить проверяемую цепь.

Опорный вывод пробника следует подсоединять только к заземлению.

Не подсоединяйте токовый пробник к проводникам, находящимся под напряжением, которое превышает допустимый предел для токового пробника.

Осматривайте пробник и принадлежности. Перед каждым использованием осматривайте пробник и принадлежности на отсутствие повреждений (порезов, задиров или дефектов в корпусе пробника, принадлежностях или оболочке кабеля). Не используйте поврежденные изделия.

Использование осциллографа для измерений относительно «земли». Не допускайте плавления потенциала на опорном выводе этого пробника при использовании осциллографов для измерений относительно «земли». Опорный вывод должен быть соединен с потенциалом «земли» (0 В).

Правила по технике безопасности при сервисном обслуживании

Раздел *Правила по технике безопасности при сервисном обслуживании* содержит дополнительную информацию о безопасном обслуживании прибора. К обслуживанию устройства должен допускаться только квалифицированный персонал. Прежде чем выполнять какие-либо процедуры по обслуживанию, ознакомьтесь с *Правилами по технике безопасности при сервисном обслуживании* и *Общими правилами техники безопасности*.

Во избежание поражения электрическим током. Не прикасайтесь к оголенным контактам разъемов.

Не выполняйте операции по обслуживанию в одиночку. При обслуживании или настройке внутренних частей прибора рядом должен находиться человек, способный оказать первую помощь и выполнить реанимационные мероприятия.

Отсоедините питание. Во избежание поражения электрическим током перед снятием крышек и кожухов для обслуживания выключайте прибор и отсоединяйте его от сети.

При обслуживании прибора с включенным питанием примите необходимые меры предосторожности. В приборе могут присутствовать опасные напряжения и токи. Прежде чем снимать защитные панели, производить пайку или замену компонентов, отключите питание, извлеките батарею (при ее наличии) и отсоедините испытательные выводы.

Проверьте безопасность после ремонта. После ремонта всегда проверяйте целостность заземления и диэлектрическую прочность.

Условные обозначения в данном руководстве

Ниже приводится список условных обозначений, используемых в данном руководстве по эксплуатации.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Предупреждения о действиях и условиях, представляющих угрозу для жизни или способных нанести вред здоровью.



ОСТОРОЖНО. Предостережения о действиях и условиях, способных привести к повреждению данного прибора или другого оборудования.

Символы и условные обозначения на приборе

Ниже приводится список возможных обозначений на приборе.

- Обозначение DANGER (ОПАСНО!) указывает на непосредственную опасность получения травмы.
- Обозначение WARNING (ВНИМАНИЕ!) указывает на возможность получения травмы при отсутствии непосредственной опасности.
- Обозначение CAUTION (ОСТОРОЖНО!) указывает на возможность повреждения данного прибора и другого имущества.



Если этот символ нанесен на прибор, обратитесь к руководству для выяснения характера потенциальной опасности и мер по ее предотвращению. (Этот символ может также использоваться для указания на номинальные значения в руководстве.)

Ниже приводится список символов на приборе.



CAUTION
Refer to Manual



Protective Ground
(Earth) Terminal



Chassis Ground



Standby

Информация о соответствии

В настоящем разделе приводятся стандарты электромагнитной совместимости, безопасности и природоохранные стандарты, которым удовлетворяет данный прибор.

Соответствие требованиям по электромагнитной совместимости

Заявление о соответствии стандартам ЕС — электромагнитная совместимость

Отвечает требованиям директивы 2004/108/ЕС по электромагнитной совместимости. Проверено на соответствие перечисленным ниже стандартам (как указано в Official Journal of the European Communities):

EN 61326-1:2006, EN 61326-2-1:2006. Требования по электромагнитной совместимости для контрольно-измерительного и лабораторного электрооборудования.^{1 2 3}

- CISPR 11:2003. Обычные и наведенные излучения, группа 1, класс А.
- IEC 61000-4-2:2001. Защищенность от электростатических разрядов.
- IEC 61000-4-3:2002. Защищенность от электромагнитных радиочастотных полей⁴.
- IEC 61000-4-4:2004. Защищенность от перепадов и всплесков напряжения.
- IEC 61000-4-5:2001. Защищенность от скачков напряжения в сети питания.
- IEC 61000-4-6:2003. Защищенность от наведенных радиочастотных помех.⁵
- IEC 61000-4-11:2004. Защищенность от понижения и пропадания напряжения в сети питания⁶.

EN 61000-3-2:2006. Гармонические излучения сети переменного тока.

EN 61000-3-3:1995. Изменения напряжения, флуктуации и фликер-шум.

Контактный адрес в Европе.

Tektronix UK, Ltd.
Western Peninsula
Western Road
Bracknell, RG12 1RF
United Kingdom (Великобритания)

- ¹ Прибор предназначен для использования только в нежилых помещениях. При использовании в жилых помещениях следует учитывать, что прибор может быть источником электромагнитных помех.
- ² При подключении оборудования к тестируемому объекту могут появиться излучения, превышающие уровни, установленные данными стандартами.
- ³ Для обеспечения соответствия перечисленным стандартам по электромагнитной совместимости следует использовать высококачественные экранированные кабели.
- ⁴ Осциллограф: смещение осциллограммы не более 3 делений или увеличение размаха шумов не более 6 делений. РЧ: остаточные паразитные сигналы в радиочастотной части могут возрасти до -50 дБм в случае воздействия на прибор

электромагнитных помех при тестировании по стандарту IEC 61000-4-3 для частот до 1 ГГц и до -35 дБм для частот свыше 1 ГГц.

- ⁵ Осциллограф: смещение осциллограммы не более 1 деления или увеличение размаха шумов не более 2 делений. РЧ: остаточные паразитные сигналы в радиочастотной части могут возрастать до -85 дБм в случае воздействия на прибор электромагнитных помех при тестировании по стандарту IEC 61000-4-6.
- ⁶ Критерий эффективности С применялся для тестовых уровней понижения напряжения до 70 %/25 циклов и прерывания напряжения до 0 %/250 циклов (IEC 61000-4-11).

Заявление о соответствии стандартам для Австралии и Новой Зеландии в части электромагнитной совместимости

Соответствует следующему стандарту электромагнитной совместимости для радиокommunikаций в соответствии с АСМА:

- CISPR 11:2003. Обычные и наведенные излучения, группа 1, класс А, в соответствии с EN 61326-1:2006 и EN 61326-2-1:2006.

Контактный адрес в Австралии/Новой Зеландии.

Baker & McKenzie
Level 27, AMP Centre
50 Bridge Street,
Sydney NSW 2000, Australia (Австралия)

Российская Федерация

Российское правительство подтвердило соответствие этого прибора российским стандартам ГОСТ.

Соответствие требованиям по технике безопасности

В этом разделе перечислены стандарты безопасности, которым соответствует прибор, а также другая информация по безопасности.

Заявление о соответствии стандартам ЕС: низковольтное оборудование

Проверено на соответствие следующему стандарту (Official Journal of the European Union).

Директива 2006/95/EC по низковольтному оборудованию.

- EN 61010-1. Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования.
- EN 61010-2-030. Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения, часть 2-030: Особые требования к испытательным и измерительным цепям.

Перечень испытательной лаборатории, действительный в США

- UL 61010-1. Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования.
- UL 61010-2-030. Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения, часть 2-030: Особые требования к испытательным и измерительным цепям.

Свидетельство, действительное в Канаде

- CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1. Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования.
- CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-030. Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения, часть 2-030: Особые требования к испытательным и измерительным цепям.

Дополнительные стандарты

- IEC 61010-1. Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования.
- IEC 61010-2-030. Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения, часть 2-030: Особые требования к испытательным и измерительным цепям.

Тип оборудования

Тестовое и измерительное оборудование.

Класс безопасности

Класс 1 — заземленный прибор.

Описание степеней загрязнения

Степень загрязнения, возможного вблизи прибора и внутри него. Обычно считается, что параметры среды внутри прибора те же, что и снаружи. Прибор должен использоваться только в среде, параметры которой подходят для его эксплуатации.

- Степень загрязнения 1. Загрязнения отсутствуют или являются сухими и непроводящими. Приборы данной категории обычно заключены в герметичную оболочку или устанавливаются в чистых помещениях.
- Степень загрязнения 2. Обычно присутствует только сухое непроводящее загрязнение. Иногда может наблюдаться временная проводимость, вызванная конденсацией. Такие условия типичны для жилых и рабочих помещений. Временная конденсация наблюдается только в тех случаях, когда прибор не работает.
- Степень загрязнения 3. Токопроводящее загрязнение или сухое непроводящее загрязнение, которое может стать токопроводящим при конденсации. Это характерно для закрытых помещений, в которых не ведется контроль температуры и влажности. Место защищено от прямых солнечных лучей, дождя и ветра.
- Степень загрязнения 4. Загрязнения, обладающие постоянной проводимостью (проводящая пыль, вода или снег). Типичные условия вне помещения.

Степень загрязнения

Степень загрязнения 2 (согласно IEC 61010-1). Рассчитано на использование исключительно в сухих помещениях.

Степень защиты IP

IP20 (в соответствии со стандартом IEC 60529).

Описание категорий измерения и перенапряжения

Измерительные клеммы данного прибора могут использоваться для измерения сетевого напряжения одной или нескольких из перечисленных ниже категорий (см. номинальные значения, указанные на приборе и в руководстве).

- Категория II. Цепи, подключаемые непосредственно к проводке зданий в точках подключения (розетки и т. п.).
- Категория III. В проводке и распределительных системах зданий.
- Категория IV. У источников питания зданий.

ПРИМЕЧАНИЕ. Только цепи сетевого питания имеют категорию перенапряжения. Категорию измерения имеют только измерительные цепи. Другие цепи прибора не имеют категорий.

Категория перенапряжения сети

Категория перенапряжения II (согласно IEC 61010-1).

Правила охраны окружающей среды

В этом разделе содержатся сведения о влиянии прибора на окружающую среду.

Утилизация прибора по окончании срока службы

При утилизации прибора и его компонентов необходимо соблюдать приведенные ниже правила.

Утилизация оборудования. При изготовлении этого прибора использовались природные ресурсы. Прибор может содержать вещества, опасные для окружающей среды и здоровья людей в случае его неправильной утилизации по окончании срока службы. Во избежание попадания подобных веществ в окружающую среду и для сокращения расхода природных ресурсов рекомендуется утилизировать данный прибор таким образом, чтобы обеспечить максимально полное повторное использование его материалов.



Этот символ означает, что данный прибор соответствует требованиям Европейского союза, приведенным в директивах 2002/96/ЕС и 2006/66/ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE) и элементов питания. Сведения об условиях утилизации см. в разделе технической поддержки на веб-узле Tektronix (www.tektronix.com).

Материалы, содержащие перхлорат. Этот продукт содержит один или несколько литиевых аккумуляторов типа CR. В соответствии с законодательством штата Калифорния литиевые аккумуляторы типа CR входят в список материалов, содержащих перхлорат, и требуют особого обращения. Дополнительные сведения содержатся на веб-странице www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Ограничение использования опасных веществ

Данный прибор относится к промышленным контрольно-измерительным приборам и не подпадает под действие Директивы 2011/65/EU по ограничению использования опасных веществ в электрооборудовании и электронном оборудовании вплоть до 22 июля 2017 г.

Предисловие

В данном руководстве рассматриваются вопросы, связанные с установкой и работой на следующих осциллографах:

Модель	MDO3104	MDO3102	MDO3054	MDO3052	MDO3034
Полоса пропускания	1 ГГц	1 ГГц	500 МГц	500 МГц	350 МГц
Аналоговые каналы	4	2	4	2	4
Цифровые каналы	16	16	16	16	16
РЧ-каналы	1	1	1	1	1
Скорость выборки (1 кан.)	5 Гвыб/с	5 Гвыб/с	2,5 Гвыб/с	2,5 Гвыб/с	2,5 Гвыб/с
Скорость выборки (2 кан.)	5 Гвыб/с	5 Гвыб/с	2,5 Гвыб/с	2,5 Гвыб/с	2,5 Гвыб/с
Скорость выборки (4 кан.)	2,5 Гвыб/с	Отсутствует	2,5 Гвыб/с	Отсутствует	2,5 Гвыб/с
Длина записи (1 кан.)	10 млн точек	10 млн точек	10 млн точек	10 млн точек	10 млн точек
Длина записи (2 кан.)	10 млн точек	10 млн точек	10 млн точек	10 млн точек	10 млн точек
Длина записи (4 кан.)	10 млн точек	Отсутствует	10 млн точек	Отсутствует	10 млн точек
Диапазон радиочастот	От 9 кГц до 1 ГГц	От 9 кГц до 1 ГГц	От 9 кГц до 500 МГц	От 9 кГц до 500 МГц	От 9 кГц до 350 МГц
Выходы генератора сигналов произвольной формы	1	1	1	1	1

Модель	MDO3032	MDO3024	MDO3022	MDO3014	MDO3012
Полоса пропускания	350 МГц	200 МГц	200 МГц	100 МГц	100 МГц
Аналоговые каналы	2	4	2	4	2
Цифровые каналы	16	16	16	16	16
РЧ-каналы	1	1	1	1	1
Скорость выборки (1 кан.)	2,5 Гвыб/с	2,5 Гвыб/с	2,5 Гвыб/с	2,5 Гвыб/с	2,5 Гвыб/с
Скорость выборки (2 кан.)	2,5 Гвыб/с	2,5 Гвыб/с	2,5 Гвыб/с	2,5 Гвыб/с	2,5 Гвыб/с
Скорость выборки (4 кан.)	Отсутствует	2,5 Гвыб/с	Отсутствует	2,5 Гвыб/с	Отсутствует
Длина записи (1 кан.)	10 млн точек	10 млн точек	10 млн точек	10 млн точек	10 млн точек

Модель	MDO3032	MDO3024	MDO3022	MDO3014	MDO3012
Длина записи (2 кан.)	10 млн точек	10 млн точек	10 млн точек	10 млн точек	10 млн точек
Длина записи (4 кан.)	Отсутствует	10 млн точек	Отсутствует	10 млн точек	Отсутствует
Диапазон радиочастот	От 9 кГц до 350 МГц	От 9 кГц до 200 МГц	От 9 кГц до 200 МГц	От 9 кГц до 100 МГц	От 9 кГц до 100 МГц
Выходы генератора сигналов произвольной формы	1	1	1	1	1

Основные характеристики

Комбинированные осциллографы MDO3000 — это интегрированные осциллографы, включающие шесть встроенных приборов: анализатор спектра, генератор функций произвольной формы, логический анализатор, анализатор протоколов, цифровой вольтметр и частотомер. Ниже перечислены основные функции.

- Выделенный входной канал РЧ-диапазона для измерений в частотной области
- Четыре или два аналоговых канала для измерений с использованием временной области.
- Доступны модели с полосой пропускания от 100 МГц до 1 ГГц.
- Частота дискретизации 2,5 Гвыб/с для всех аналоговых каналов (5 Гвыб/с на одном или двух каналах для приборов MDO3104 или MDO3102).
- Длина записи по всем каналам 10 млн точек.
- Максимальная скорость захвата входного сигнала: > 280 000 осциллограмм в секунду при использовании функции FastAcq; > 50 000 осциллограмм в секунду в обычном режиме.
- Расширенная синхронизация и анализ: шины I²C, SPI, USB 2.0, CAN, LIN, FlexRay, RS-232, RS-422, RS-485, UART, I²S, Left Justified (LJ), Right Justified (RJ), TDM, MIL-STD-1553 (при наличии соответствующего прикладного модуля) и параллельная шина.
- Модуль прикладных программ для анализа систем питания и тестирования предела/по маске (приобретается дополнительно)
- Генератор сигналов произвольной формы и 16 цифровых каналов (опция).
- Цифровой вольтметр (доступен бесплатно при регистрации продукта).

Правила оформления, используемые в данном руководстве

В данном руководстве используются следующие обозначения.


Одно из
последовательных
действий



Выключатель
питания на
передней панели




Подключение
электропитания



Сеть



USB



Подготовка к работе

Перед установкой

Распакуйте осциллограф и проверьте его комплектность по списку стандартных принадлежностей. На следующих страницах приведен список рекомендуемых принадлежностей и пробников, вариантов комплектации и обновлений. Самую свежую информацию вы найдете на веб-узле корпорации Tektronix (www.tektronix.com).

Стандартные принадлежности

Принадлежности	Описание	Номер по каталогу Tektronix
Руководство по установке и технике безопасности для прибора MDO3000	Общие инструкции по установке и технике безопасности	071-3249-XX
Компакт-диск Documentation Browser с документацией для осциллографов серии MDO3000	Электронные версии документов или ссылки на них, включая руководство по эксплуатации, руководство программиста и справочник по техническим характеристикам.	063-4526-XX
Компакт-диск Tektronix OpenChoice Desktop	Программное обеспечение для определения производительности, документирования и анализа	
В сертификате калибровки документирована схема сопоставления эталонов для национальных метрологических учреждений и регистрация в системе качества ISO9001.		—
Накладка на переднюю панель	На французском языке (вариант поставки L1)	335-3264-XX
	На итальянском языке (вариант поставки L2)	335-3265-XX
	На немецком языке (вариант поставки L3)	335-3266-XX
	На испанском языке (вариант поставки L4)	335-3267-XX
	На японском языке (опция L5)	335-3268-XX
	На португальском языке (вариант поставки L6)	335-3269-XX
	На китайском языке, упрощенное письмо (вариант поставки L7)	335-3270-XX
	На китайском языке, традиционное письмо (вариант поставки L8)	335-3271-XX
	На корейском языке (вариант поставки L9)	335-3272-XX
	На русском языке (вариант поставки L10)	335-3273-XX

Подготовка к работе

Стандартные принадлежности (прод.)

Принадлежности	Описание	Номер по каталогу Tektronix
Пробники	Для моделей на 100 МГц и 200 МГц один пассивный пробник на 250 МГц 10X на канал Два TPP0250 для моделей MDO3012/22 и четыре TPP0250 для моделей MDO3014/24	TPP0250
	Для моделей на 350 МГц и 500 МГц один пассивный пробник на 500 МГц 10X на канал Два TPP0500B для моделей MDO3032/52 и четыре TPP0500B для моделей MDO3034/54	TPP0500B
	Для моделей на 1 ГГц один пассивный пробник на 1 ГГц 10X на канал Два TPP1000 для модели MDO3102 и четыре TPP1000 для модели MDO3104	TPP1000
Адаптер	N (штекер) — BNC (розетка)	103-0473-XX
Шнур питания	Северная Америка (вариант поставки A0)	161-0348-XX
	Европа (вариант поставки A1)	161-0343-XX
	Великобритания (вариант поставки A2)	161-0344-XX
	Австралия (вариант поставки A3)	161-0346-XX
	Швейцария (вариант поставки A5)	161-0347-XX
	Япония (вариант поставки A6)	161-0342-XX
	Китай (вариант поставки A10)	161-0341-00
	Индия (вариант поставки A11)	161-0349-XX
	Бразилия (вариант поставки A12)	161-0356-XX
	Без шнура питания и адаптера переменного тока (вариант поставки A99)	—
Логический пробник (с опцией MDO3MSO)	Один 16-канальный логический пробник с принадлежностями	P6316
Футляр для пробника и принадлежности	Сумка для пробников и принадлежностей	016-2008-XX

Опциональные прикладные модули

Номер по каталогу Tektronix	Описание
MDO3AERO	Модуль анализа и запуска по сигналам последовательных шин, применяемых в аэрокосмической отрасли, MIL-STD-1553
MDO3AUDIO	Модуль запуска по сигналам последовательных шин и анализа аудиосигналов (I ² S, LJ, RJ, TDM)
MDO3AUTO	Модуль запуска по сигналам последовательных шин и анализа автомобильных систем (CAN и LIN)
MDO3COMP	Модуль анализа и запуска по сигналам компьютерных последовательных шин (RS-232, RS-422, RS-485 и UART)
MDO3EMBD	Модуль запуска по сигналам последовательных шин и анализа встроенных систем (I ² C и SPI)
MDO3FLEX	Модуль анализа и запуска по сигналам последовательных шин FlexRay
MDO3USB	Модуль анализа и запуска по сигналам шин USB (в режимах Low Speed, Full Speed и High Speed) В режиме High Speed работает только функция декодирования; доступно только для моделей на 1 GHz.
MDO3LMT	Модуль для анализа с использованием предельного теста и теста по маске
MDO3PWR	Модуль для измерения и анализа характеристик систем питания

Опциональные модули расширения функций приборов

Номер по каталогу Tektronix	Описание
MDO3AFG	Генератор сигналов произвольной формы
MDO3MSO	16 цифровых каналов, включает цифровой пробник P6316
MDO3SA	Расширение диапазона частот входных сигналов анализатора спектра, который становится равным от 9 кГц до 3 ГГц
MDO3SEC	Защита паролем для функций включения и выключения всех портов обмена данными и обновления микропрограммного обеспечения любых осциллографов серии MDO3000.
Расширение полосы пропускания	Расширение полосы пропускания аналоговых сигналов для продуктов серии MDO3000 после их приобретения. Чтобы получить сведения о доступных обновлениях для продуктов, посетите веб-сайт www.ru.tek.com .

Дополнительные принадлежности

Принадлежности	Описание	Номер по каталогу Tektronix
Адаптер TPA-BNC	Адаптер TekVPI-TekProbe II BNC	TPA-BNC
Адаптер TPA-N-VPI	Адаптер от разъема N (входной РЧ-сигнал) к пробнику TekVPI.	TPA-N-BNC

Дополнительные принадлежности (прод.)

Принадлежности	Описание	Номер по каталогу Tektronix
Пробники TekVPI, работающие с осциллографами серии MDO3000	Посетите страницу помощника по выбору пробника и принадлежностей к осциллографам по адресу www.ru.tek.com/probes .	—
NEX-HD2HEADER	Адаптер, который прокладывает каналы от разъема Micro до 2,5-мм контактов головки	NEX-HD2HEADER
Адаптер TEK-USB-488	Адаптер GPIB-USB	TEK-USB-488
Набор для монтажа в стойку	Дополнительные кронштейны для монтажа в стойку	RMD3000
Мягкая сумка для переноски Защитная передняя крышка	Футляр для переноски прибора. Кроме того, в комплекте с этим футляром поставляется жесткая пластиковая защитная передняя крышка (200-5052-00).	ACD3000
Жесткий транспортный футляр	Транспортный футляр; используется вместе с мягкой сумкой для переноски (ACD3000)	HCTEK4321
Передняя крышка	Жесткая пластиковая защитная крышка прибора	200-5052-00
Демонстрационная плата	Электронная печатная плата, используемая для демонстраций и обучения работе с приборами серии MDO3000.	020-3087-XX
Руководство по эксплуатации осциллографов серии MDO3000	Английский	071-0968-XX
	Французский	071-0969-XX
	Итальянский	071-0970-XX
	Немецкий	071-0971-XX
	Испанский	071-0972-XX
	Японский	071-0973-XX
	Португальский	071-0974-XX
	Китайский (упрощенное письмо)	071-0975-XX
	Китайский (традиционное письмо)	071-0976-XX
	Корейский	071-0977-XX
Руководство программиста осциллографов серии MDO3000	Русский	071-0978-XX
	Описание команд для удаленного управления осциллографом. Этот документ имеется в электронном виде на компакт-диске с документацией, кроме того, его можно загрузить с веб-узла www.tektronix.com/manuals .	077-0510-XX

Дополнительные принадлежности (прод.)

Принадлежности	Описание	Номер по каталогу Tektronix
Справочное руководство по техническим характеристикам осциллографов серии MDO3000	Описание технических характеристик осциллографа и процедуры проверки производительности. Этот документ имеется в электронном виде на компакт-диске Documentation Browser, кроме того, его можно загрузить с веб-узла www.tektronix.com/manuals .	077-0979-XX
Руководство по обслуживанию осциллографов серии MDO3000	Сведения о техническом обслуживании осциллографов серии MDO3000	077-0981-XX
Руководство по установке прикладных модулей для осциллографов серии MDO3000	Описание установки модуля прикладных программ на осциллограф	071-3250-XX
Руководство по эксплуатации модулей для измерения характеристик систем питания MDO3PWR, DPO3PWR и DPO4PWR	На английском языке (опция L0)	071-2631-XX
	На французском языке (вариант поставки L1)	077-0235-XX
	На итальянском языке (вариант поставки L2)	077-0236-XX
	На немецком языке (вариант поставки L3)	077-0237-XX
	На испанском языке (вариант поставки L4)	077-0238-XX
	На японском языке (опция L5)	077-0239-XX
	На португальском языке (вариант поставки L6)	077-0240-XX
	На китайском языке, упрощенное письмо (вариант поставки L7)	077-0241-XX
	На китайском языке, традиционное письмо (вариант поставки L8)	077-0242-XX
	На корейском языке (вариант поставки L9)	077-0243-XX
	На русском языке (вариант поставки L10)	077-0244-XX
Руководство по рассекречиванию и безопасности осциллографов серии MDO3000	В руководстве описано, как удалять не подлежащую оглашению информацию или демонтировать запоминающие устройства из осциллографов Tektronix серии MDO3000.	077-0980-XX

Осциллографы серии MDO3000 работают с различными опциональными пробниками. (См. стр. 8, *Подключение пробников*.) Для получения самой актуальной информации посетите страницу помощника по выбору пробников и принадлежностей к осциллографам по адресу www.ru.tek.com/probes.

Условия эксплуатации

Осциллографы серии MDO3000

Напряжение электросети: от 100 до 240 В ± 10 %

Частота электросети:

50/60 Гц, от 100 до 240 В

400 Гц ± 10 % при напряжении от 100 до 132 В

Масса: 4,2 кг, автономный прибор

Высота, с опорами, но без ручки:

203,2 мм

Ширина: 416,6 мм

Глубина: 147,4 мм

Просвет: 51 мм



Серия MDO3000

Температура:

При эксплуатации: от -10 °C до $+55$ °C

Хранения: От -40 до 71 °C

Влажность:

При эксплуатации:

относительная влажность от 5 до 90 % при температуре до $+40$ °C,

относительная влажность от 5 до 60 % при температуре от 40 до 55 °C, без конденсации

При хранении:

относительная влажность от 5 до 90 % при температуре до $+40$ °C,

относительная влажность от 5 до 60 % при температуре от 40 до 55 °C,

относительная влажность от 5 до 40 % при температуре от 55 до 71 °C

без конденсации

Высота над уровнем моря:

При эксплуатации: 3 000 м

При хранении: 12 000 м

Система сбора данных: 1 МОм

Максимальное напряжение на входе: На разъеме BNC: $300 V_{ср. кв.}$, категория установки II. Спад 20 дБ/декада в диапазоне 4,5—45 МГц, спад 14 дБ/декада в диапазоне 45—450 МГц. На частотах свыше 450 МГц: $5 V_{ср. кв.}$.

Система регистрации: 50 Ом и 75 Ом

Максимальное напряжение на входе: $5 V_{ср. кв.}$, с пиковыми значениями не более ± 20 В (скважность $\leq 6,25$ %).

Вход РЧ-сигнала:

Максимальный рабочий уровень входного сигнала:

Средняя непрерывная мощность: +20 дБм (0,1 Вт)

Максимальный безопасный уровень постоянного напряжения ± 40 В_{пост. ток}

Максимальный уровень неповреждающего сигнала: +33 дБм (2 Вт), немодулированный сигнал

Максимальная мощность импульса: +45 дБм (32 Вт)

Максимальная мощность импульса, определенная при длительности импульса < 10 мкс, скважности < 1 % и опорном уровне не менее +10 дБм



ОСТОРОЖНО. Для обеспечения надлежащего охлаждения не загромождайте нижнюю и боковые панели. Зазор для вентиляции должен составлять как минимум 51 мм с левой стороны, если смотреть на прибор спереди, а также с задней стороны прибора

Осциллограф серии MDO3000 с цифровым пробником P6316

Погрешность установки порога: $\pm(100 \text{ мВ} + 3 \% \text{ от порогового значения после калибровки})$

Пороговый диапазон: от +25 до -15 В.

Максимальный неразрушающий входной сигнал для пробника: от -20 до +30 В

Минимальный размах сигнала: 500 мВ_{размах}

Входное сопротивление: 101 кОм

Входная емкость: 8 пФ, типичное значение

Уровень загрязнения: 2, только для использования в помещении

Влажность: относительная влажность от 5 до 95 %

Чистка

Периодичность проверки прибора и пробников определяется условиями эксплуатации. Чтобы очистить поверхность осциллографа, выполните следующие действия.

1. Удалите пыль с поверхности осциллографа и пробников с помощью ткани без ворса. Следите, чтобы не поцарапать экран.
2. Для чистки инструмента пользуйтесь мягкой влажной тканью. Для более эффективной очистки подходит 75% водный раствор изопропилового спирта.



ОСТОРОЖНО. При чистке наружной поверхности не позволяйте влаге проникать внутрь прибора. Чистящего раствора должно быть не больше, чем требуется для смачивания щетки или ткани.



ОСТОРОЖНО. Во избежание повреждения поверхности прибора или пробников для очистки не следует использовать абразивные или химические чистящие вещества.

Подключение пробников

Подключение пробников к осциллографу выполняется с помощью следующих средств:

1. Универсальный интерфейс пробника Tektronix (TekVPI)


Эти пробники обеспечивают двусторонний обмен информацией с осциллографом через экранное меню и дистанционно через программируемые средства поддержки. Дистанционное управление полезно при работе в средах сбора данных и слежения, когда требуется выполнять предварительную настройку параметров пробника с компьютера.

2. Универсальный интерфейс пробников Tektronix (TekVPI) для пассивных пробников

Эти пробники разработаны на базе интерфейса TekVPI. Каждый пробник соответствует определенному каналу осциллографа, благодаря чему осциллограф получает возможность оптимизировать входной сигнальный тракт. Это обеспечивает компенсацию переменного тока по всему частотному диапазону.

3. Адаптер TPA-BNC

Адаптер TPA-BNC позволяет использовать такие возможности пробника TEKPROBE II, как обеспечение питания пробника и передача на осциллограф информации о масштабе и единицах измерения.



2913-003

4. Интерфейсы BNC

Некоторые из них используют возможность TEKPROBE передавать на осциллограф сигнал в виде осциллограммы и сведения о масштабе. Некоторые только передают сигнал, а другие виды связи в них отсутствуют.

5. Интерфейс логического пробника


Пробник Р6316 предоставляет 16 каналов цифровой информации (состояние включено-выключено).

6. Адаптер TPA-N-VPI позволяет подключать пробники TekVPI к PC-входу.

Для получения дополнительной информации об ассортименте пробников, совместимых с осциллографами серии MDO3000, посетите веб-сайт помощника по выбору пробника и принадлежностей к осциллографам по адресу www.ru.tek.com.

Защита осциллографа

1. Чтобы закрепить осциллограф на рабочем месте, используйте стандартный замок с тросиком для переносных компьютеров.



2810-004


Включение электропитания прибора

Заземлите осциллограф и заземлитесь сами.

Для подачи питания к прибору подсоедините поставляемый с прибором шнур питания к разъему питания на задней панели. Вставьте шнур питания в заземленную надлежащим образом электрическую розетку. Чтобы обесточить прибор, отсоедините от него шнур питания.

Заземление осциллографа необходимо для обеспечения безопасности и для повышения точности измерений. Осциллограф должен быть подсоединен к тому же проводу заземления, что и исследуемая схема.

При работе с компонентами, чувствительными к статическому электричеству, заземлитесь сами. Статическое электричество, накопленное на вашем теле, может повредить чувствительные компоненты. Заземленный браслет позволяет статическому заряду стечь в заземление.



Чтобы подсоединить шнур питания и включить осциллограф, выполните следующие действия.

1. Подсоедините шнур питания (входит в комплект поставки) к разъему питания на задней панели.
2. Чтобы включить прибор, нажмите кнопку питания на передней панели прибора.

ПРИМЕЧАНИЕ. Кнопка передней панели Standby (Режим ожидания) не отключает прибор от источника питания. Чтобы полностью отключить питание прибора, отсоедините шнур питания, подключенный к его задней панели.



Выключение питания осциллографа

Чтобы выключить питание осциллографа и удалить шнур питания, выполните следующие действия.

1. Чтобы выключить прибор, нажмите кнопку питания на передней панели прибора.
2. Для полного отключения прибора от сети питания необходимо отсоединить шнур питания, подключенный к задней панели прибора.



Проверка работоспособности

Быстрая проверка функций позволяет убедиться в правильной работе осциллографа.

1. Подсоедините шнур питания осциллографа, как описано в разделе *Включение электропитания осциллографа*. (См. стр. 10.)
2. Включите осциллограф.



3. Подключите разъем пробника к каналу 1 осциллографа, а наконечник пробника и вывод опорного сигнала — к клеммам **PROBE COMP** (КОМПЕНСАЦИЯ ПРОБНИКОВ) на передней панели осциллографа.



4. Нажмите кнопку **Default Setup**.



5. Нажмите кнопку **Автоустановка**. На экране должна появиться осциллограмма прямоугольного сигнала амплитудой около 2,5 В, частотой 1 кГц.



Если форма сигнала искажена, выполните компенсацию пробника.

Если сигнал не появляется, повторите процедуру заново. Если и после этого ситуация не исправляется, передайте прибор квалифицированному специалисту по обслуживанию.

Компенсация пассивных пробников напряжения TRP0250, TRP0500В или TRP1000

Осциллографы серии MDO3000 могут автоматически выполнять компенсацию пробников TRP0250, TRP0500В и TRP1000. Это устраняет необходимость в ручной компенсации, которая требуется при использовании других видов пробников.

При каждой компенсации генерируются значения для определенного сочетания пробника и канала. Если требуется использовать пробник на другом канале и нужно компенсировать новую пару «пробник-канал», заново выполните компенсацию для нового сочетания.

1. Подключите кабель питания осциллографа. (См. стр. 10, *Включение электропитания прибора*.)
2. Включите осциллограф.

3. Подсоедините разъем пробника к каналу осциллографа, а наконечник пробника и опорный вывод к выводам **PROBE COMP** на передней панели осциллографа.

ПРИМЕЧАНИЕ. К выводам компенсации пробника нельзя подключать одновременно несколько пробников.



4. Нажмите кнопку на передней панели для подключения входного канала к пробнику, который необходимо компенсировать. (1, 2, 3 или 4)



5. Информация об автоматической установке значения согласованной нагрузки пробника отобразится в нижнем меню осциллографа.

Тип входа	Согласов. нагр. задана TRP1000	Инверсия Вкл	Полоса проп.	Метка		Дополнит.
DC AC		Вкл Выкл	Полная			

5

6

6. Несколько раз нажмите кнопку **Дополнит.**, пока в раскрывающемся меню не будет выбрана команда **Нас. пробн.**

7. В начале состояние компенсации будет **По умолчанию**.

8. Нажмите **Компенсация пробника** и следуйте инструкциям, появляющимся на дисплее.

Наст-ройка пробника TRP1000
SN: 000001 Atten: 10X
Состояние компенсации По умолчанию
Компенсация пробника для 1
Измерение тока Да Нет

7

8

Особенности компенсации пробников TPP0250, TPP0500B и TPP1000 на осциллографах серии MDO3000.

- При каждой компенсации генерируются значения для определенного сочетания пробника и канала. Если пробник требуется использовать на другом канале и нужно компенсировать новую пару «пробник-канал», заново выполните компенсацию.
- Каждый канал может хранить значения компенсации для 10 отдельных пробников. При попытке компенсировать 11-й пробник на том или ином канале осциллограф удалит значения для пробника, которым не пользовались дольше всех, и добавит значения для нового пробника.
- Осциллограф назначает значения компенсации по умолчанию пробникам TPP0250, TPP0500B или TPP1000, подключенным к каналу **Дополнительный вход**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Заводская калибровка удаляет все сохраненные значения компенсации

ПРИМЕЧАНИЕ. Сбой компенсации пробника чаще всего происходит при ненадежном подключении наконечника пробника или заземления во время компенсации. В случае сбоя осциллограф использует старые значения компенсации пробника, если таковые были сохранены до сбоя компенсации.

Компенсация пассивного пробника напряжения, отличного от TPP0250, TPP0500B или TPP1000

При первом подсоединении пассивного пробника напряжения к любому из входных каналов следует выполнить компенсацию пробника для согласования его с соответствующим входным каналом осциллографа.

Если необходимо использовать процедуру автоматической компенсации, описанную выше для пробников TPP0250, TPP0500 и TPP1000, (См. стр. 12, *Компенсация пассивных пробников напряжения TPP0250, TPP0500B или TPP1000.*) для пробников, отличных от пассивных пробников TPP0250, TPP0500B и TPP1000 компании Tektronix, проверьте наличие такой возможности в руководстве по эксплуатации используемого пробника. В противном случае, чтобы правильно скомпенсировать пассивный пробник, необходимо выполнить описанные ниже действия.

1. Выполнить проверку работоспособности.
(См. стр. 11, *Проверка работоспособности.*)
2. По форме отображаемой осциллограммы определить, правильно ли скомпенсирован пробник.



Правильная компенсация




Недокомпенсация



Перекомпенсация

3. При необходимости настройте пробник. Повторяйте операцию по мере надобности.



Советы

Используйте возможно более короткий провод заземления и сокращайте путь прохождения сигнала во избежание появления колебаний («звона»), обусловленных пробником, и искажений измеряемого сигнала.



Сигнал с коротким проводом заземления



Сигнал с длинным проводом заземления

Бесплатное опробование прикладных модулей

30-дневное бесплатное опробование доступно для всех лицензий модулей прикладных программ, не установленных в вашем осциллографе. Пробный период начинается при первом включении питания осциллографа.

Через 30 дней, если вы хотите продолжать использовать этот модуль прикладных программ, необходимо приобрести его. Чтобы посмотреть дату истечения срока пробного периода, на передней панели нажмите кнопку **Utility** (Сервис), в нижнем меню нажмите кнопку **Стр.сервиса**, с помощью **Многофункц. а** выберите **Конфиг.**, а затем в нижнем меню нажмите кнопку **О программе**.

Установка модуля прикладных программ



ОСТОРОЖНО. Во избежание повреждения осциллографа или прикладного модуля ознакомьтесь с мерами предосторожности, относящимися к ЭСР (электростатическому разряду). (См. стр. 10, Включение электропитания прибора.)

Во время установки или удаления модуля прикладных программ выключайте питание осциллографа.

(См. стр. 11, Выключение питания осциллографа.)

Дополнительные пакеты модулей прикладных программ позволяют расширить возможности осциллографа.

Можно физически установить до двух прикладных модулей одновременно. Прикладные модули устанавливаются в гнезда, окно которых расположено в верхнем правом углу передней панели. Непосредственно за видимым гнездом расположено еще одно гнездо. Чтобы воспользоваться скрытым гнездом, установите модуль так, чтобы наклейка была обращена в противоположную от вас сторону.

На некоторые модули предоставляются лицензии, которые можно передавать между прикладными модулями и осциллографом. Каждую лицензию можно хранить в модуле, что позволяет использовать его и в другом приборе. Имеется также возможность перемещения лицензии от модуля к осциллографу. Это позволит вам хранить отдельно модуль и осциллограф для обеспечения безопасности ваших данных. Такой способ позволит вам использовать одновременно более двух приложений на вашем осциллографе. Для передачи лицензии от модуля к осциллографу или от осциллографа к модулю необходимо выполнить следующие действия.

1. Выключите питание на осциллографе. Вставьте модули прикладных программ в осциллограф. Включите питание.
2. Нажмите на передней панели кнопку **Utility**. При необходимости в нижнем меню нажмите кнопку **Стр. сервиса**, затем с помощью ручки **Многофункц. а** выберите пункт **Конфиг..** В нижнем меню нажмите кнопку **Управление модулями и доп. оборуд.**, затем в боковом меню нажимайте кнопку **Тип лицензии** до появления опции «Модули». Содержащиеся в осциллографе лицензии будут показаны в боковом меню. Для переноса лицензии нажмите кнопку рядом с соответствующей лицензией. Можно одновременно перенести до двух лицензий.
3. После выключения питания осциллографа можно демонтировать с него физический модуль прикладных программ.

Указания по установке и тестированию прикладного модуля см. в *руководстве по установке прикладных модулей для осциллографов серии MDO3000*, входящем в комплект поставки прикладного модуля.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если лицензия передается от модуля осциллографу, этот модуль не будет работать с другим осциллографом, пока она не будет передана обратно от осциллографа модулю. Рассмотрите возможность помещения физического модуля в кожух или используйте другое средство хранения, разместив на нем этикетку с датой, названием модуля, моделью и серийным номером осциллографа, являющегося держателем его лицензии. Это поможет в дальнейшем устранить неполадки, если пользователь, найдя этот модуль, установит его в какой-нибудь осциллограф и обнаружит, что он не работает.

Расширение полосы пропускания

Если необходимо больше возможностей при работе с прибором, можно расширить его полосу пропускания. Для этого необходимо приобрести обновление.

Для расширения полосы пропускания до 1 ГГц необходимо отправить прибор в центр обслуживания Tektronix и использовать опциональный IFC (калибровку).

Модернизируемая модель	Полоса пропускания перед модернизацией	Полоса пропускания после модернизации	Код для заказа
MDO3012	100 МГц	200 МГц	MDO3BW1T22
	100 МГц	350 МГц	MDO3BW1T32

	100 МГц	500 МГц	MDO3BW1T52
	100 МГц	1 ГГц	MDO3BW1T102
	200 МГц	350 МГц	MDO3BW2T32
	200 МГц	500 МГц	MDO3BW2T52
	200 МГц	1 ГГц	MDO3BW2T102
	350 МГц	500 МГц	MDO3BW3T52
	350 МГц	1 ГГц	MDO3BW3T102
	500 МГц	1 ГГц	MDO3BW5T102
MDO3014	100 МГц	200 МГц	MDO3BW1T24
	100 МГц	350 МГц	MDO3BW1T34
	100 МГц	500 МГц	MDO3BW1T54
	100 МГц	1 ГГц	MDO3BW1T104
	200 МГц	350 МГц	MDO3BW2T34
	200 МГц	500 МГц	MDO3BW2T54
	200 МГц	1 ГГц	MDO3BW2T104
	350 МГц	500 МГц	MDO3BW3T54
	350 МГц	1 ГГц	MDO3BW3T104
	500 МГц	1 ГГц	MDO3BW5T104
MDO3022	200 МГц	350 МГц	MDO3BW2T32
	200 МГц	500 МГц	MDO3BW2T52
	200 МГц	1 ГГц	MDO3BW2T102
	350 МГц	500 МГц	MDO3BW3T52
	350 МГц	1 ГГц	MDO3BW3T102
	500 МГц	1 ГГц	MDO3BW5T102
MDO3024	200 МГц	350 МГц	MDO3BW2T34

	200 МГц	500 МГц	MDO3BW2T54
	200 МГц	1 ГГц	MDO3BW2T104
	350 МГц	500 МГц	MDO3BW3T54
	350 МГц	1 ГГц	MDO3BW3T104
	500 МГц	1 ГГц	MDO3BW5T104
MDO3032	350 МГц	500 МГц	MDO3BW3T52
	350 МГц	1 ГГц	MDO3BW3T102
	500 МГц	1 ГГц	MDO3BW5T102
MDO3034	350 МГц	500 МГц	MDO3BW3T54
	350 МГц	1 ГГц	MDO3BW3T104
	500 МГц	1 ГГц	MDO3BW5T104
MDO3052	500 МГц	1 ГГц	MDO3BW5T102
MDO3054	500 МГц	1 ГГц	MDO3BW5T104

Чтобы выполнить модернизацию, необходимо заказать продукт для расширения полосы пропускания. Для расширения полосы пропускания до 1 ГГц необходимо отправить прибор в центр обслуживания Tektronix. Все остальные виды модернизации можно выполнить на месте самостоятельно.

При размещении заказа необходимо указать модель прибора и его серийный номер. Чтобы определить серийный номер прибора, нажмите кнопку **Utility** (Сервис), а затем — кнопку **О программе**. На появившемся экране будет отображен серийный номер прибора.

Чтобы расширить полосу пропускания путем установки ключа активации в прибор, выполните указанные ниже действия.

1. После размещения заказа на соответствующий продукт для расширения полосы пропускания пользователь получает **сертификат ключа активации** с ключом активации.

2. Нажмите кнопку **Utility**.



3. В нижнем меню нажмите кнопку **Стр.сервиса**, а затем выберите пункт **Конфиг..**



4. Нажмите кнопку **Управление модулями и доп. оборуд.**




5. В боковом меню нажмите и удерживайте кнопку **Тип лицензии** до тех пор пока не будет подсвечен пункт **Доп. оборуд..**



6. Нажмите кнопку **Установить опцию.**



7. Введите ключ активации, поворачивая ручку **Многофункц. а** и нажимая кнопку **Вв. симв.** в нижнем меню. Это же можно сделать с помощью USB-клавиатуры.




8. В боковом меню нажмите кнопку **ОК Принять**. При успешной установке ключа активации отобразится сообщение о необходимости выключения и повторного включения осциллографа, чтобы новые функции вступили в силу.



9. Выключите, а затем повторно включите питание осциллографа.

10. Чтобы убедиться в том, что полоса пропускания прибора успешно расширена, нажмите кнопку **Utility**, а затем в нижнем меню — кнопку **О программе**. В верхней части этого экрана должна появиться информация о полосе пропускания.



Изменение языка клавиатуры или интерфейса пользователя

Чтобы изменить язык клавиатуры или пользовательского интерфейса осциллографа и изменить обозначения кнопок передней панели с помощью накладки:


1. Нажмите кнопку **Utility**.




2. Нажмите кнопку **Стр. сервиса**.



3. С помощью ручки **Многофункц.** выберите команду **Конфиг.**.



4. В появившемся меню в нижней части экрана выберите команду **Язык**.



5. В открывшемся боковом меню нажмите кнопку **Меню** и с помощью ручки **Многофункц.** выберите требуемый язык пользовательского интерфейса.




6. В открывшемся боковом меню нажмите кнопку **USB-клавиатура** и выберите требуемую версию языка клавиатуры с помощью ручки **Многофункц.** а.



7. Если для пользовательского интерфейса выбран английский язык, необходимо убедиться, что на передней панели нет пластиковой наклейки.

Если выбран другой язык, необходимо установить на переднюю панель пластиковую наклейку для выбранного языка с надписями для кнопок на этом языке.



Изменение даты и времени

Для установки на внутренних часах текущего времени и даты необходимо выполнить следующие действия.


1. Нажмите кнопку **Utility**.



2. Нажмите кнопку **Стр. сервиса**.



3. С помощью ручки **Многофункц.** выберите команду **Конфиг.**.



4. Нажмите кнопку **Установка даты и времени**.



5. С помощью кнопок бокового меню и многофункциональных ручек (а и b) установите время и дату.

Вывод даты и времени
Вкл. Выкл.
Час: 4 4
Мин: 1 44
Месяц Май
День 3
Год 2011
ОК установка даты и времени

6. Нажмите кнопку **ОК** установка даты и времени.



Компенсация сигнального тракта

Функция компенсации сигнального тракта (SPC) позволяет устранить погрешности постоянного тока, вызванные изменением температуры или долговременным дрейфом. Если используются настройки по вертикали 5 мВ/дел и менее, компенсацию следует проводить после изменения температуры окружающей среды более чем на 10 °С либо один раз в неделю. Невыполнение этого требования может привести к тому, что при этих значениях настройки не будут достигнуты гарантированные уровни точности.

Компенсация сигнального тракта для временной и частотной областей

Чтобы провести компенсацию сигнального тракта, необходимо выполнить следующие действия.

1. Прогрейте осциллограф не менее 20 минут. Отключите от входов каналов все внешние сигналы (пробники и кабели). Входные сигналы, содержащие составляющую переменного тока, могут помешать компенсации.




2. Нажмите кнопку **Utility**.




3. Нажмите кнопку **Стр. сервиса**.




4. С помощью ручки **Многофункц.** выберите команду **Калибровка**.



5. В меню в нижней части экрана выберите команду **Сигнальный тракт**.



6. В боковом меню выберите команду **Компенсировать сигнальный тракт**.



Продолжительность калибровки составляет приблизительно 10 мин.

7. После калибровки убедитесь, что на индикаторе состояния в нижнем экранном меню отображается **Пройдено**.



При другом показании индикатора повторите калибровку прибора или передайте прибор квалифицированному специалисту по обслуживанию.

Функции заводской калибровки применяются специалистами по обслуживанию для калибровки внутренних опорных напряжений осциллографа по внешним источникам. Для выполнения заводской калибровки следует обратиться в региональное представительство Tektronix.

ПРИМЕЧАНИЕ. Компенсация сигнального тракта не включает калибровку наконечника пробника. (См. стр. 14, Компенсация пассивного пробника напряжения, отличного от TPP0250, TPP0500B или TPP1000.)

Компенсация сигнального тракта только для частотной области

Описанная выше компенсация сигнального тракта (SPC) работает со входами как временной, так и частотной области. Если необходима компенсация только РЧ-входа, то для экономии времени можно запустить SPC только для РЧ-входа и не выполнять ее для временной области. Это можно сделать двумя путями:

1. Как и в случае с калибровкой по времени и частоте, прогревайте осциллограф не менее 20 минут. Отключите от РЧ-входа все внешние сигналы (пробники и кабели).
2. Нажмите кнопку **РЧ**, чтобы вызвать меню частотной области.



3. Нажмите **Дополнит.**, чтобы выбрать **Компенсировать сигнальный тракт**.

Спектральные зависимости	Спектрограмма Вкл.	Spectrum Triggered	Метод обнаружения Авто	Изменить метки	Дополнит.	
--------------------------	------------------------------	--------------------	----------------------------------	----------------	------------------	--


4. В появившемся боковом меню выберите **ОК. Компенсировать тракт РЧ-сигнала**.



Обновление микропрограммного обеспечения.

Чтобы обновить микропрограммное обеспечение осциллографа, необходимо выполнить следующие действия.

1. Откройте веб-обозреватель и перейдите по адресу www.tektronix.com/software. Воспользуйтесь средством поиска программного обеспечения. Загрузите на ПК самое новое микропрограммное обеспечение для вашего осциллографа.



Разархивируйте файлы и скопируйте файл `firmware.img` в корневую папку USB-флэш-памяти или жесткого USB-диска.

2. Выключите питание осциллографа.



3. Подсоедините USB-накопитель к разъему USB на передней панели осциллографа.




4. Включите осциллограф. Прибор автоматически распознает обновление микропрограммного обеспечения и установит его.

Если прибором не устанавливается микропрограммное обеспечение, повторите процедуру заново. Если неполадка не устраняется, попробуйте использовать другую модель USB-накопителя. И наконец, при необходимости обратитесь к квалифицированному специалисту по техническому обслуживанию.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не выключайте осциллограф и не удаляйте накопитель из разъема USB до тех пор, пока осциллограф не завершит установку микропрограммного обеспечения.

5. Выключите осциллограф и отсоедините USB-накопитель.



6. Включите осциллограф.




7. Нажмите кнопку **Utility**.



8. Нажмите кнопку **Стр. сервиса** .



9. С помощью ручки **Многофункц.** а выберите команду **Конфиг.**.



10. Нажмите кнопку **О программе**. На экране осциллографа появится номер версии микропрограммного обеспечения.

Стр. сервиса Конфиг.	Язык	Уст. даты и времени	О програ- мме	Управлен- иемодул- ями и доп. оборуд.		
----------------------------	------	------------------------	------------------	--	--	--

11. Убедитесь, что номер версии совпадает с номером версии нового микропрограммного обеспечения.



Подключение осциллографа к компьютеру

Подключите осциллограф непосредственно к компьютеру, чтобы использовать компьютер для анализа данных, сбора снимков экрана и управления осциллографом. (См. стр. 188, *Сохранение снимка экрана*.) (См. стр. 189, *Сохранение и вызов данных осциллограмм и зависимостей*.)

Существует три способа подключения осциллографа к компьютеру: с помощью драйверов VISA, веб-инструментов e*Scope и сервера сокета. Драйверы VISA используются для обмена информацией между компьютером и осциллографом с помощью программного обеспечения, например Tektronix OpenChoice Desktop®. e*Scope используется для обмена данными между осциллографом и компьютером с помощью веб-браузера, например Microsoft Internet Explorer. Для достижения наилучших результатов используйте браузер, поддерживающий HTML 5.

Использование VISA

Драйвер VISA позволяет получать доступ к данным осциллографа с помощью компьютера с операционной системой MS Windows. Эти данные используются в пакете программного обеспечения анализа, работающем на ПК, например Microsoft Excel, National Instruments LabVIEW, Tektronix OpenChoice Desktop или в программе собственной разработки. Для связи компьютера с осциллографом применяются обычные протоколы USB, Ethernet или GPIB.

Чтобы использовать VISA, загрузите драйверы VISA на компьютер. Кроме того, загрузите необходимое приложение, например OpenChoice Desktop. Драйверы и программное обеспечение OpenChoice Desktop можно найти на соответствующем компакт-диске, который поставляется с осциллографом или на веб-странице с возможностью поиска программного обеспечения Tektronix (www.ru.tek.com).

Использование e*Scope


e*Scope позволяет связаться с любым подключенным к Интернету осциллографом серии MDO3000 и управлять им с помощью веб-браузера компьютера.

Подключите осциллограф к сети с помощью порта локальной сети. Встроенный веб-интерфейс LXI (ядро 2011, версия 1.4) предоставляет сведения о конфигурации сети, которые можно изменять и настраивать. Кроме того, он обеспечивает удаленное управление прибором через пользовательский интерфейс e*Scope. С его помощью можно управлять параметрами прибора, сохранять снимки экрана, данные или установки прибора, а также делать многое другое. Выполняйте все эти функции с помощью веб-интерфейса, защищаемого паролем.


Чтобы установить связь между осциллографом и компьютером с помощью драйвера VISA необходимо выполнить следующие действия.

1. Загрузите на компьютер драйверы VISA.
Также загрузите приложение для работы с осциллографом, например OpenChoice Desktop.
Драйверы и ПО OpenChoice Desktop можно найти на соответствующем компакт-диске, который поставляется с осциллографом, или на веб-странице поиска программного обеспечения Tektronix (www.tektronix.com).

2. Подсоедините осциллограф к вашему компьютеру с помощью соответствующего кабеля USB или Ethernet.



Для установления связи между осциллографом и системой GPIB подсоедините осциллограф к адаптеру TEK-USB-488 GPIB—USB с помощью кабеля USB. Затем подсоедините адаптер к системе GPIB с помощью кабеля GPIB. Включите питание осциллографа.




3. Нажмите кнопку **Utility**.



4. Нажмите кнопку **Стр. сервиса**.



5. С помощью ручки **Многофунц.** выберите команду **Ввод/Вывод**.



6. Если используется интерфейс USB, настройка системы при включенной шине USB выполняется автоматически.

Проверьте значение для пункта **USB** в нижнем экранном меню, чтобы убедиться, что шина USB включена. Если шина не включена, нажмите кнопку **USB**. Затем нажмите кнопку **Подключить к компьютеру** в боковом экранном меню.

Стр. сервиса Вв./Выв.	USB Компьютер	Ethernet и LXI	Конфигур- ац. сети Авто	Сервер сокета	GPIB 1	
--------------------------	------------------	-------------------	-------------------------------	------------------	-----------	--



7. Для использования Ethernet нажмите в нижнем меню кнопку **Ethernet и LXI**.

Кнопками нижнего меню установите параметры сети. Дополнительные сведения см. в разделе выше, посвященном настройке e*Score.

8. Для изменения параметров сервера сокета нажмите кнопку **Сервер сокета** и введите новые значения, воспользовавшись открывшимся боковым меню.

9. Если используется интерфейс GPIB, нажмите кнопку **GPIB**. С помощью ручки **Многофункц. а** введите адрес GPIB в боковом меню.

При этом на подсоединенном адаптере TEK-USB-488 устанавливается адрес GPIB.

Адрес Talk/Listen 1

10. Запустите на компьютере прикладное программное обеспечение.

Советы

- В комплект поставки осциллографа входит компакт-диск, содержащий разнообразные программные средства для ОС Windows, которые предназначены для эффективного обмена данными между осциллографом и компьютером. Эти программные средства содержат инструментальные панели, ускоряющие обмен информацией с приложениями Microsoft Excel и Word. Кроме того, имеется автономная программа регистрации — Tektronix OpenChoice Desktop.
- Для подключения компьютера через шину USB предназначен порт устройства USB 2.0 на задней панели. Запоминающие устройства USB подключаются к хост-порту USB 2.0 на передней или задней панели осциллографа. Для подключения осциллографа к ПК или к принтеру PictBridge используйте порт USB-устройств.

Хост-порт USB



Порт USB-устройств




Использование веб-страницы LXI и e*Scope

e*Scope позволяет связаться с любым подключенным к Интернету осциллографом серии MDO3000 с помощью веб-браузера компьютера.

Чтобы установить линию связи e*Scope между осциллографом и веб-браузером, работающим на удаленном компьютере, надо выполнить следующие действия.

1. Подсоедините осциллограф к компьютерной сети с помощью соответствующего кабеля Ethernet.



0968-01C

2. Нажмите кнопку **Utility**.




3249-012


3. Нажмите кнопку **Стр. сервиса**.



4. С помощью ручки **Многофункц.** выберите команду **Ввод/Вывод**.



5. Нажмите кнопку **Ethernet и LXI**.



6. Просмотрите пункт верхнего бокового меню, чтобы определить состояние локальной сети. Индикатор загорается зеленым при нормальной работе и красным, если прибор обнаруживает неисправность.



7. Нажмите кнопку **Параметры локальной сети**, чтобы отобразить параметры сети, настроенные на осциллографе.




8. Нажмите кнопку **Сброс локальн.сети** для восстановления на осциллографе параметров локальной сети по умолчанию.



9. Нажмите кнопку **Проверка связи**, чтобы проверить, может ли осциллограф найти подключенную сеть.



10. Нажмите **Дополнит.**, чтобы открыть другую страницу бокового меню.



11. Нажмите **Изменить имена**, чтобы изменить имя осциллографа, домен сети или имя службы.

12. Нажмите **Change Ethernet & LXI Password** (Изменить пароль Ethernet и LXI) для изменения имени пароля.

13. Нажмите **Change e*Scope Password** (Изменить пароль e*Scope), чтобы использовать пароль LXI для защиты осциллографа от внесения изменений в настройки локальной сети с помощью веб-браузера.

Ethernet и LXI	
Изменить имена	11
Изменить пароль Ethernet и LXI	
Изменить пароль e*Scope	12
Включено	
-далее- 2 из 2	

14. Запустите браузер на удаленном компьютере. В адресной строке браузера введите последовательно имя хоста, точку и доменное имя. Или же просто введите IP-адрес своего прибора. В обоих случаях на экране вашего компьютера должна появиться приветственная страница LXI веб-браузера.

15. Нажмите «Конфигурац. сети» для просмотра и редактирования настроек конфигурации сети. Если настройки меняются при использовании пароля, необходимо помнить, что имя пользователя по умолчанию — «lxiuser».

16. Для e*Score нажмите ссылку «Управление прибором» (e*Score) в левой части приветственной страницы LXI. После этого в браузере должна появиться новая вкладка (или окно) с работающей системой e*Score.




Использование сервера сокета

Сервер сокета предоставляет два способа связи по сетям с протоколом IP. Вы можете использовать имеющуюся в осциллографе функцию сервера сокета для связи с удаленным терминалом или компьютером.

Чтобы настроить и использовать сервер сокета для связи между осциллографом и удаленным терминалом или компьютером, выполните следующие действия.

1. Подключите осциллограф к компьютерной сети с помощью соответствующего кабеля Ethernet.



2. Нажмите кнопку **Utility** (Сервис).



3. Нажмите **Стр. сервиса**.

Стр.
сервиса



4. С помощью ручки **Многофункц.** а выберите команду **Ввод/Вывод**.

Вв./Выв.

5. Нажмите **Сервер сокета**.

Стр. сервиса Вв./Выв.	USB Компью- тер	Ethernet и LXI	Конфигур- ац. сети Вручную	Сервер сокета	GPIO 1	
-----------------------------	-----------------------	-------------------	----------------------------------	------------------	-----------	--



6. В появившемся боковом меню «Сервер сокета» нажмите верхний пункт, чтобы выделить строку **Включено**.

7. Выберите значение для протокола: **Нет** или **Terminal** (Терминал).


Сеанс связи с участием пользователя при использовании клавиатуры, как правило, организуется по терминальному протоколу. Для поддержания автоматического сеанса связи с осциллографом такой протокол не требуется.

8. При необходимости измените номер порта с помощью ручки **Многофункц. а**.

9. Если необходимо, нажмите **ОК** для установки нового номера порта.

Сервер сокета
Включено Запрещ- ено
Протокол Нет Terminal (Термин- ал)
Текущий порт: 4000
Выбрать порт (a) 4000
ОК Задать порт

10. После завершения установки параметров сервера сокета компьютер готов к соединению с осциллографом. Если вы используете компьютер с ОС MS Windows, вы можете запустить обычный клиент Telnet, имеющий интерфейс командной строки. Для этого можно, например, ввести строку «Telnet» в окне «Запуск программы». В результате на компьютере будет открыто окно Telnet.




ПРИМЕЧАНИЕ. В MS Windows 7 необходимо предварительно разрешить использование Telnet.

11. Запустите сеанс связи с использованием терминала между компьютером и осциллографом, введя команду open с указанием сетевого адреса и порта осциллографа.

Чтобы узнать сетевой адрес устройства, выберите пункт **Ethernet** и **LXI** в нижнем меню и затем **Параметры локальной сети** в боковом меню. В результате отобразится экран «Параметры Ethernet и LXI». Чтобы узнать номер порта устройства, выберите пункт **Сервер сокета** в нижнем меню и прочитайте значение в пункте **Текущий порт** бокового меню.

Например, если IP-адрес осциллографа — 123.45.67.89, а номер порта имеет значение по умолчанию 4000, для запуска сеанса связи в окне MS Windows Telnet необходимо ввести: o 123.45.67.89 4000.



После установки соединения осциллограф отправит на компьютер экран со справочной информацией.



12. Теперь можно вводить стандартные запросы, например *idn?.

```
> *idn?
```

В результате в окне сеанса Telnet появится символьная строка с описанием прибора.

С помощью окна сеанса Telnet можно отправлять другие запросы и просматривать результаты. Синтаксис команд, запросов и коды состояний см. в руководстве программиста осциллографов серии MDO3000.

ПРИМЕЧАНИЕ. Во время сеанса связи с осциллографом с помощью MS Windows Telnet не используйте клавишу Backspace на компьютере.

Подсоединение к осциллографу USB-клавиатуры

USB-клавиатуру можно подсоединить к хост-порту USB на задней или передней панели осциллографа. Осциллограф определит клавиатуру, даже если она подключена к уже включенному осциллографу.

Можно использовать клавиатуру для быстрого создания имен или меток. С помощью кнопки «Канал» и «Шина» в нижнем меню можно вызвать кнопку **Метка**. Для перемещения к точке ввода используйте клавиши со стрелками на клавиатуре, затем введите имя или метку. Обозначение каналов и шин делает информацию на экране более удобной для идентификации.

Чтобы выбрать клавиатуру с раскладкой для США или с другой раскладкой:

1. Нажмите кнопку **Utility**.



2. Нажмите кнопку **Стр. сервиса**.

Стр.серв- иса Конфиг.	Язык	Уст. даты и времени	О програ- мме	Управлен- иемодул- ями и доп. оборуд.		
-----------------------------	------	------------------------	------------------	--	--	--

3. С помощью ручки **Многофункц.** а выберите команду **Конфиг.**.




4. В появившемся нижнем меню нажмите кнопку **Язык**.
5. В открывшемся боковом меню выберите **USB-клавиатура**.
6. С помощью ручки **Многофункц.** а в открывшемся меню выберите требуемую раскладку клавиатуры.

Ознакомление с прибором

Меню, элементы управления и разъемы на передней панели

Обзор

На передней панели расположены кнопки и органы управления для наиболее часто используемых функций. Для доступа к более специализированным функциям имеются кнопки меню.



1. Стандартные элементы управления осциллографом на передней панели
2. Клавиатура из 10 цифровых клавиш
3. Гнезда для прикладных модулей
4. Разъем антистатического браслета
5. Заземление
6. PROBE COMP (Компенсация пробника)
7. Отдельная группа элементов управления анализатором спектра
8. Отдельный входной РЧ-разъем типа N
9. Входы аналоговых каналов (1, 2, [3, 4]) с универсальным интерфейсом TekVPI для пробников
10. Вход цифрового канала
11. Экран. Отображает частотную или временную область
12. Кнопка включения генератора сигналов произвольной формы

Меню передней панели и органы управления

На передней панели расположены кнопки и органы управления для наиболее часто используемых функций. Для доступа к более специализированным функциям имеются кнопки меню.

Использование системы меню

Чтобы использовать систему меню, надо выполнить следующие действия.

1. Нажмите на передней панели кнопку меню, чтобы вывести на экран нужное меню.

ПРИМЕЧАНИЕ. Кнопки **B1** и **B2** поддерживают до четырех различных последовательных или параллельных шин.



2. Нажмите кнопку нижнего меню. Если появится всплывающее меню, с помощью ручки **Многофункц. а** выберите требуемый вариант. Если появится всплывающее меню, нажмите кнопку еще раз, чтобы выбрать требуемый вариант.



3. Нажмите кнопку экранного меню сбоку экрана, чтобы выбрать соответствующий пункт бокового меню. Если пункт меню может принимать более одного значения, нажимайте соответствующую кнопку сбоку экрана, пока не будет выбрано нужное значение. Если появится всплывающее меню, с помощью ручки **Многофункц. а** выберите требуемый вариант.



Ознакомление с прибором

4. Чтобы убрать боковое экранное меню, нажмите еще раз кнопку нижнего экранного меню или нажмите кнопку **Menu Off**.




5. В некоторых пунктах меню для завершения установки требуется ввести числовое значение. Для настройки этих значений используйте верхнюю и нижнюю ручки **Многофункц. а** и **Многофункц. б**. Кроме того, с помощью клавиатуры из 10 цифровых клавиш, находящейся на передней панели, можно задавать числовые значения.



6. Чтобы включить или выключить точную настройку, нажмите кнопку **Точно**.

Использование кнопок меню

Кнопки меню могут использоваться для выполнения многих функций осциллографа.




1. **Измерить.** Нажмите эту кнопку, чтобы выполнить автоматические измерения на осциллограммах и получить доступ к цифровому вольтметру и функциям гистограммы сигнала.
2. **Поиск.** Эта кнопка предназначена для автоматического поиска в зарегистрированном сигнале по событиям или признакам, заданным пользователем.
3. **Автоуст.** Эта кнопка предназначена для управления автоматической установкой настроек осциллографа.
4. **Тест.** Эта кнопка предназначена для включения дополнительных и специфических для приложений функций тестирования.
5. **Сбор данных.** Эта кнопка предназначена для управления режимом регистрации и длиной записи.
6. **Меню (в группе «Запуск»).** Эта кнопка предназначена для управления настройками синхронизации.
7. **Расч.** Эта кнопка предназначена для управления расчетными осциллограммами, в том числе для вывода на экран и удаления с экрана отдельных расчетных осциллограмм.
8. **Опорн..** Эта кнопка предназначена для управления опорными осциллограммами, в том числе для вывода на экран и удаления с экрана отдельных опорных осциллограмм.
9. **B1 или B2.** С помощью этих кнопок можно задать и отобразить последовательную шину, если имеются необходимые прикладные модули. Поддержка параллельных шин доступна в продуктах MDO3000 с установленной опцией MDO3MSO. Кроме того, кнопки **B1** и **B2** позволяют вывести на экран или убрать с экрана отображение соответствующей шины.
10. **AFG** (Генератор сигналов произвольной формы) Эта кнопка предназначена для включения выхода генератора сигналов произвольной формы и доступа к меню этого генератора.
11. **Положение (в группе «По вертикали»).** Настройка положения выбранного сигнала по вертикали. Нажмите эту кнопку, чтобы расположить индикатор опорной линии осциллограммы по центру.
12. Кнопки вызова меню для каналов 1, 2, 3 и 4. Эти кнопки предназначены для настройки параметров входных осциллограмм по вертикали и отображения или удаления с экрана соответствующих осциллограмм.
13. **Масштаб (в группе «По вертикали»).** Настройка масштаба выбранного сигнала по вертикали (вольт/деление). Для более точной настройки на передней панели нажмите кнопку **Точно**.

Кнопки, расположенные под экраном

С помощью кнопок, расположенных под экраном, можно использовать различные функции осциллографа.

1. **Menu (в группе Save / Recall [Сохранение/Вызов])** (Меню). Нажмите эту кнопку, чтобы закрепить за кнопкой **Save** (Сохранить) функцию сохранения и вызова настроек, осциллограмм или снимков экрана во внутреннюю память, на запоминающее устройство USB или на смонтированный сетевой диск.



Ознакомление с прибором

2. **Default Setup** (Настройка по умолчанию). Эта кнопка предназначена для немедленного восстановления настроек осциллографа по умолчанию.



3. **Utility** (Сервис). Эта кнопка предназначена для включения системных функций, например функций выбора языка или установки времени и даты.



4. **B1** или **B2**. Нажмите эти кнопки, чтобы выбрать и отобразить шину, если имеются необходимые ключи для модулей прикладных программ.

- Модуль MDO3AERO поддерживает работу с шинами MIL-STD-1553.
- Модуль MDO3AUDIO поддерживает работу с шинами I²S, Left Justified (LJ), Right Justified (RJ) и TDM.
- Модуль MDO3AUTO поддерживает работу с шинами CAN и LIN.
- Модуль MDO3EMBD поддерживает работу с шинами I²C и SPI.
- Модуль MDO3COMP поддерживает работу с шинами RS-232, RS-422, RS-485 и UART.
- Модуль MDO3FLEX поддерживает работу с шинами FlexRay.
- Модуль MDO3USB поддерживает работу с шинами USB 2.0.



Кроме того, кнопки **B1** и **B2** позволяют вывести на экран или убрать с экрана отображение соответствующей шины.


5. **R**. Эта кнопка предназначена для управления опорными осциллограммами и зависимостями, в том числе для вывода на экран и удаления с экрана отдельных опорных осциллограмм и зависимостей.

6. **М.** Эта кнопка предназначена для управления расчетными осциллограммами и зависимостями, в том числе для вывода на экран и удаления с экрана отдельных расчетных осциллограмм и зависимостей.


Элементы управления для спектрального анализа

С помощью этих кнопок можно настроить параметры регистрации сигналов и отображение сигналов на РЧ-входе.

1. **РЧ.** Нажмите эту кнопку для отображения частотной области и меню. С помощью меню «РЧ» можно получить доступ к дисплею спектрограмм.
2. **Част./Диап..** Нажмите эту кнопку, чтобы указать фрагмент спектра, отображаемый на экране. Установите центральную частоту и диапазон или укажите начальную и конечную частоту.
3. **Ампл.** Нажмите, чтобы установить опорный уровень.
4. **Полоса проп.** Эта кнопка служит для задания полосы пропускания разрешения.
5. **Маркеры.** Нажмите эту кнопку, чтобы установить автоматические или ручные маркеры.



Другие элементы управления



1. **Курсоры.** При нажатии этой кнопки включаются два вертикальных курсора. При следующем нажатии все курсоры выключаются. Нажмите и удерживайте эту кнопку для отображения меню курсоров. С помощью этого меню можно выбрать параметры курсоров, например тип, источник, ориентацию, связанное состояние и единицы измерения.

Когда курсоры включены, их можно перемещать с помощью многофункциональных ручек.


2. С помощью верхней ручки **Многофункц. а**, если она включена, можно переместить курсор, установить числовое значение параметра для пункта меню или выбрать элемент из всплывающего списка. Нажмите кнопку **Точно** для переключения между грубой и точной настройками.

В качестве индикаторов включения ручек **а** и **б** используются значки на экране.


3. **Выбор.** Эта кнопка предназначена для включения специальных функций.

Например, если используются два вертикальных курсора (а горизонтальные курсоры не отображаются), при нажатии этой кнопки курсоры блокируются друг с другом или разблокируются. Когда одновременно отображаются два вертикальных и два горизонтальных курсора, можно нажать эту кнопку, чтобы сделать активными либо вертикальные курсоры, либо горизонтальные.

4. **Точно.** С помощью этой кнопки можно переключать режимы грубой и точной регулировки для различных операций, выполняемых с помощью многофункциональных ручек **а** и **б**.
5. С помощью нижней ручки **Многофункц. б**, если она включена, можно переместить курсор или установить числовое значение параметра для выбранного пункта меню. Для более точной настройки нажмите кнопку **Точно**.
6. **Яркость.** Эта кнопка используется для включения функции регулировки яркости осциллограммы ручкой **Многофункц. а** и регулировки яркости масштабной сетки ручкой **Многофункц. б**.




7. Кнопка с изображением **лупы**. Эта кнопка предназначена для включения режима лупы.
8. **Панорама** (внешняя ручка). При вращении этой ручки окно лупы перемещается по записанной осциллограмме.
9. **Лупа** (внутренняя ручка). Эта ручка предназначена для управления коэффициентом масштабирования. При вращении по часовой стрелке изображение увеличивается. При вращении против часовой стрелки изображение уменьшается.
10. Кнопка **воспроизведения-паузы**. Эта кнопка предназначена для запуска и останова автоматического панорамирования осциллограммы. Управление скоростью и направлением панорамирования осуществляется ручкой панорамирования.
11. **← Предыдущая**. Эта кнопка позволяет перейти к предыдущей метке на осциллограмме.
12. **Установить/сбросить (в группе «Метки»)**. Эта кнопка предназначена для установки и удаления меток на осциллограмме.
13. **→ Следующая**. Эта кнопка позволяет перейти к следующей метке на осциллограмме.



14. **Положение (в группе «По гориз.»)**. Настройка положения точки синхронизации по горизонтали относительно положения зарегистрированных сигналов. При включенной задержке с помощью этой кнопки можно выполнить центрирование. При выключенной задержке с помощью этой кнопки можно включить параметр 10 %.
15. **Масштаб (в группе «По гориз.»)**. Настройка масштаба по горизонтали (время/деление).

Ознакомление с прибором



16. Автоуст. Эта кнопка предназначена для автоматической установки значений параметров по вертикали, горизонтали и параметров запуска, обеспечивающих приемлемое изображение.

17. Однокр.. Эта кнопка предназначена для регистрации одиночного сигнала.

18. Пуск/стоп. Эта кнопка предназначена для пуска и останова регистрации.

19. Уровень (в группе «Запуск»). Ручка установки уровня синхронизации.

Уст. на 50%. Нажмите ручку уровня синхронизации, чтобы установить значение уровня синхронизации, равное половине амплитуды сигнала.

20. Принудительно (в группе «Запуск»). Мгновенное создание события синхронизации.




21. Печать. Эта кнопка служит для печати на выбранном принтере.


-
- 22. **Выключатель питания.** Используется для включения и выключения осциллографа.
 - 23. **Хост-порт USB 2.0.** Используется для подсоединения к осциллографу периферийных устройств USB, например клавиатуры или запоминающего устройства.
 - 24. **Save.** Эта кнопка предназначена для выполнения немедленного сохранения. При сохранении используются текущие параметры сохранения, заданные в меню Save/Recall.
 - 25. **Menu (в группе Save / Recall [Сохранение/Вызов]) (Меню).** Нажмите эту кнопку для сохранения настроек, осциллограмм и снимков экрана во внутреннюю память или на запоминающее устройство USB и восстановления этих данных из памяти.
 - 26. **Default Setup** (Настройка по умолчанию). Эта кнопка предназначена для немедленного восстановления настроек осциллографа по умолчанию.
 - 27. **Utility** (Сервис). Эта кнопка предназначена для включения системных функций, например функций выбора языка или установки времени и даты.
 - 28. Кнопка **D15-D0.** Предназначена для отображения на экране или удаления с экрана цифровых каналов и доступа к меню настройки цифрового канала (только для приборов с опцией MDO3MSO).
 - 29. **Menu Off** (Откл. меню). При нажатии этой кнопки отображаемое меню убирается с экрана.

Элементы отображения временной области


На экране могут появляться элементы, показанные на рисунке ниже. Эти элементы не обязательно отображаются одновременно. При выключенных меню некоторые экранные надписи оказываются за пределами масштабной сетки.



1. В поле экранной надписи регистрации отображается текущий режим: регистрация выполняется, остановлена или включен ее предварительный просмотр. «Вып.»: регистрация включена. «Стоп»: регистрация выключена. «Прокр.»: режим прокрутки (40 мс/дел или меньше). PreVu (Предварительный просмотр): осциллограф остановлен или находится между сигналами запуска. В этом режиме можно изменять масштаб и положение осциллограммы по горизонтали и по вертикали, чтобы оценить возможный вид следующей осциллограммы. A/B: при регистрации в режиме усреднения величина В означает общее количество значений для усреднения (это можно настроить с помощью бокового меню режима регистрации), а величина А означает текущее состояние относительно этого общего количества значений.
2. Значок точки синхронизации показывает расположение точки синхронизации на осциллограмме.



3. Значок неподвижной точки (оранжевый треугольник) указывает точку, которая остается неподвижной при увеличении или уменьшении масштаба по горизонтали. Чтобы сделать точку растяжения такой же, как и точка синхронизации, нажмите **Сбор данных** и установите в пункте **Задержка** нижнего меню значение **Выкл.**




4. На индикаторе записи осциллограммы отображается расположение точки синхронизации относительно записи осциллограммы. Цвет линии соответствует цвету выбранной осциллограммы. В скобках показана часть записи, которая в данный момент отображается на экране.




5. Экранная надпись состояния синхронизации показывает состояние синхронизации. Возможны следующие состояния. Предзапуск: регистрация до наступления события синхронизации. Запуск?: ожидание запуска. Trig'd: синхронизировано. Авто. регистрация без синхронизации.
6. Значок безопасности отображается, когда порты ввода-вывода выключены.
7. На экранной надписи значений курсоров отображаются время, амплитуда и разность значений для каждого курсора. При измерениях с БПФ отображаются частота и амплитуда. Для последовательных и параллельных шин экранная надпись показывает декодированные значения.

a	400.0ns	152.0mV
b	2.800µs	-240.0mV
	Δ2.400µs	Δ392.0mV
	dV/dt	-163.3kV/s


8. Значок уровня синхронизации показывает уровень синхронизации сигнала. Цвет значка соответствует цвету источника синхронизации.



9. Экранная надпись состояния синхронизации по фронту показывает источник синхронизации, фронт и уровень. В экранных надписях других видов синхронизации отображаются другие параметры.



10. В верхней строке экранной надписи длины записи и частоты выборки отображается частота выборки. Можно настроить этот параметр с помощью ручки **Масштаб** в группе «По гориз.». В нижней строке отображается длина записи. Можно настроить этот параметр, нажав кнопки **Сбор данных** и **Длина записи** в нижнем меню.



2.50GS/s
10k points

11. В верхней строке показаний положения и масштаба по горизонтали отображается масштаб (настраиваемый ручкой **Масштаб** в группе «По гориз.»). Если включен **режим задержки**, в нижней строке показывается время от значка T до значка точки растяжения (настраивается с **Положение по горизонтали**). С помощью регулировки положения по горизонтали можно ввести дополнительную задержку между моментом синхронизации и фактическим началом регистрации. Чтобы зафиксировать больше данных перед запуском, надо ввести отрицательное время. Если **Режим задержки** выключен, в нижней строке показывается, выраженное в процентах, место времени запуска в пределах регистрации.




400ns
10.00 %

12. Экранная надпись «Timing Resolution» показывает временное разрешение цифровых каналов. Временное разрешение — это время дискретизации. Оно является величиной, обратной цифровой частоте выборки. При включении элемента управления MagniVu в экранной надписи появляется «MagniVu».




D15 D0
Timing Resolution: 2.00ns

13. В экранных надписях измерений отображаются результаты выбранных измерений. Возможен одновременный выбор до четырех измерений. Если существует условие вертикальной отсечки, вместо ожидаемого цифрового значения отображается символ . Часть кривой располагается выше или ниже области экрана. Чтобы получить требуемое числовое значение измерения, с помощью ручек регулировки по вертикали установите масштаб и положение осциллограммы на экране.




① Period 995 μs
① Freq 1.004 kHz

14. На вспомогательных экранных надписях осциллограммы отображаются масштабные коэффициенты по вертикали и по горизонтали для расчетной и опорной осциллограмм.




M

15. В экранной надписи канала отображается масштабный коэффициент канала (для деления), тип входа, состояние инвертирования и полосы пропускания. Настройка выполняется с помощью ручки **Масштаб** в группе «По вертикали» и меню каналов 1, 2, 3 и 4.




2121-243

16. Для цифровых каналов индикаторы линии развертки указывают верхний и нижний уровни. Цвет значка соответствует цветовой кодировке, используемой на резисторах. Индикатор D0 – черный, индикатор D1 – коричневый, индикатор D2 – красный и т. д.




2121-216

17. Когда цифровые каналы сгруппированы, отображается значок группы.



2121-253

18. На экране шины отображается информация об уровне декодированного пакета для последовательных или параллельных шин. Индикатор шины показывает номер и тип шины.
19. Для аналоговых каналов индикатор опорной линии осциллограммы указывает нулевой уровень осциллограммы, если не задано никакого смещения. Цвета значков соответствуют цветам осциллограмм.




1785-125

Элементы отображения частотной области


Чтобы включить отображение частотной области, нажмите кнопку **RF** (PЧ) на передней панели.

Ознакомление с прибором



1. Метки вертикальной сетки
2. Начальная частота
3. Опорный уровень
4. масштаб по вертикали
5. Центральная частота
6. Диапазон и полоса пропускания разрешения
7. Конечная частота
8. Маркер опорного значения


Элементы на экране генератора сигналов произвольной формы



1. Если отображается, то выход включен
2. Метка «AFG» (Генератор сигналов произвольной формы)
3. Тип осциллограммы, например «Синус»
4. Значок аддитивного шума
5. Частота
6. Амплитуда

(См. стр. 211, *Использование генератора сигналов произвольной формы.*)

Элементы на экране цифрового вольтметра



1. Тип измерений (среднеквадратичное значение суммы переменного и постоянного тока, переменный ток, среднеквадратичное значение переменного тока или частота)
2. Числовое значение для текущего измерения
3. График (мин., макс., значение, пятисекундный диапазон скользящей средней)

Число в левой части линейной шкалы графика — это минимальное значение диапазона (например, 0,000 В).

Число в правой части линейной шкалы графика — это максимальное значение диапазона (например, 400,0 мВ).

Серая полоса показывает пятисекундную скользящую среднюю измерений.

Перевернутый треугольник указывает место на шкале, соответствующее текущему значению измерений.


4. Минимальное значение измерений, зарегистрированное с момента включения прибора или с момента последнего нажатия пункта меню **Reset DVM Statistics** (Сброс статистики цифрового вольтметра).
5. Максимальное значение измерений, зарегистрированное с момента включения прибора или с момента последнего нажатия пункта меню **Reset DVM Statistics**.
6. Среднее значение всех измерений, зарегистрированное с момента включения прибора или с момента последнего нажатия пункта меню **Reset DVM Statistics**.
7. Частота

ПРИМЕЧАНИЕ. Если частота сигнала, напряжение которого измеряется, становится равной 10 кГц и более, появляется сообщение «Over bandwidth» (Выход за верхнюю границу полосы пропускания). Если частота сигнала, напряжение которого измеряется, становится равной 10 Гц и менее, появляется сообщение «Under bandwidth» (Выход за нижнюю границу полосы пропускания). Рядом с минимальным или максимальным значением, вышедшим за границу полосы пропускания, появляется сообщение «?». Чтобы удалить сообщение «?» с экрана, нажмите **Reset DVM Statistics**.

(См. стр. 151, Выполнение измерений с помощью цифрового вольтметра.).


Разъемы передней панели

1. Разъем логического пробника
2. Канал 1, 2, 3, 4. Входные каналы с универсальным интерфейсом пробников TekVPI.
3. Входной РЧ-разъем.
4. **PROBE COMP.** Источник сигнала меандра для компенсации или калибровки пробников. Выходное напряжение: от 0 до 2,5 В, амплитуда $\pm 1\%$ при сопротивлении $1\text{ кОм} \pm 2\%$. Частота: 1 КГц.
5. Заземление.
6. Разъемы модулей прикладных программ.




Разъем боковой панели

1. Разъем антистатического браслета. Гнездо для подсоединения антистатического браслета.



Разъемы на задней панели



1. **AFG OUT** (Выход генератора сигналов произвольной формы). Используйте порт AFG OUT (Выход генератора сигналов произвольной формы) для передачи сигналов с этого генератора.
2. **AUX OUT** (Дополнит. выход)
3. **LAN**. Порт LAN (Ethernet) (с разъемом RJ-45) предназначен для подключения осциллографа к локальной сети 10/100 Base-T.
4. Порт **Видеовыход**. Видеопорт (гнездовой разъем DB-15) предназначен для отображения экрана осциллографа на внешнем мониторе или проекторе.
5. Порт **устройств USB 2.0**. Порт для подключения устройств USB 2.0, работающий в режиме High Speed, предназначен для подключения принтеров, совместимых с PictBridge, или управления осциллографом с ПК с использованием протокола USBTMC.

ПРИМЕЧАНИЕ. Кабель, соединяющий порт USB 2.0 устройства с компьютером, должен соответствовать спецификации USB 2.0, обеспечивающей обмен данными в режиме High Speed при подключении к хост-контроллеру, также работающему в режиме High Speed.

6. **Хост-порт USB 2.0**. Для подключения USB-накопителя или USB-клавиатуры используйте хост-порт USB 2.0, работающий в режиме High Speed.
7. **Вход питания**. Подсоединяется к сети переменного тока со встроенным защитным заземлением.
8. **Замок**. Используется для защиты осциллографа.
9. **Крепление VESA**. 75 мм.


Регистрация сигнала

В этом разделе описаны основные понятия и процедуры настройки осциллографа для регистрации сигнала.

Настройка аналоговых каналов

Настройка прибора для регистрации сигналов аналоговых каналов производится с помощью кнопок на передней панели.

1. Подсоедините пробник TPP0250, TPP0500B, TPP1000 или VPI к источнику входного сигнала.



2. С помощью кнопок на передней панели выберите входной канал.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если используется пробник без поддержки кодирования, в меню осциллографа «По вертикали» установите ослабление канала (коэффициент пробника), соответствующее пробнику.




3. Нажмите кнопку **Default Setup**.



4. Нажмите кнопку **Автоустановка**.



5. Нажмите кнопку нужного канала.
Отрегулируйте положение и масштаб по вертикали.



6. Отрегулируйте положение и масштаб по горизонтали.

Положение по горизонтали определяет число элементов выборки до и после синхронизации.

Масштаб по горизонтали определяет размер окна регистрации по отношению к осциллограмме.

Можно масштабировать окно таким образом, чтобы в нем умещался фронт сигнала, период, несколько периодов или несколько тысяч периодов.



Совет


- Для просмотра нескольких периодов зарегистрированного сигнала в верхней части экрана и одного периода в нижней части используйте функцию масштабирования. (См. стр. 171, *Управление осциллограммами при большой длине памяти.*)

Обозначения каналов и шин

Для упрощения идентификации отображаемых на экране каналов и шин можно добавить метки. Метка располагается на значке опорной линии осциллограммы в левой стороне экрана. В метке можно использовать до 32 символов.

Чтобы ввести метку канала, нажмите кнопку входного аналогового канала.


1. Для входного канала или шины нажмите кнопку на передней панели.



2. Чтобы создать метку, например для канала 1 или шины В1, нажмите кнопку нижнего экранного меню.




3. Для просмотра списка меток нажмите кнопку **Выбрать заданную метку**.




4. С помощью ручки **Многофункц. в** прокрутите список и найдите подходящую метку. После ввода метки при необходимости ее можно изменить.





5. Чтобы добавить метку, нажмите кнопку **Вставить предуст. метку**.




Если используется USB-клавиатура, для размещения точки ввода и изменения вставленной метки воспользуйтесь клавишами со стрелками или введите новую метку. (См. стр. 37, *Подсоединение к осциллографу USB-клавиатуры*.)



6. Если USB-клавиатура не подсоединена, для расположения точки ввода нажмите кнопки со стрелками в боковом и нижнем экранном меню.



7. Для прокрутки списка букв, цифр и других символов вращайте ручку **Многофункц. а**, чтобы найти букву в имени, которое требуется ввести.



8. Нажмите кнопку **Выбор** или **Ввести символ**, чтобы указать, что нужный символ выбран.



Для редактирования метки, при необходимости, можно использовать кнопки нижнего экранного меню.

Ввести символ		←	→	Удалить слева	Удалить	Очистить
---------------	--	---	---	---------------	---------	----------

9. Продолжайте выбирать символы и нажимать кнопку **Выбор** до тех пор, пока не будут введены все нужные символы.
Для другой метки нажмите кнопки со стрелками в боковом и нижнем экранном меню, чтобы переместить точку ввода.

10. Нажмите кнопку **Отобразить метки** и выберите значение **Вкл**, чтобы увидеть метку.



Использование настройки по умолчанию

Для восстановления настроек осциллографа по умолчанию необходимо выполнить следующие действия.

1. Нажмите кнопку **Default Setup**.



2. Чтобы отменить последнее восстановление настроек по умолчанию, нажмите кнопку **Отменить настройку по умолчанию**.

Отменить настройку по умолчанию



Использование автоматической установки

Функция автоустановки предназначена для настройки прибора (выборка, синхронизация, параметры по горизонтали и вертикали) таким образом, чтобы в нем отображались четыре или пять периодов осциллограммы для аналоговых каналов с запуском вблизи среднего уровня и десять периодов для цифровых каналов.

Функция автоустановки работает как с аналоговыми, так и с цифровыми каналами.

1. Чтобы выполнить автоустановку аналогового канала, подключите аналоговый пробник, затем выберите входной канал. (См. стр. 57, *Настройка аналоговых каналов*.)



Чтобы выполнить автоустановку цифрового канала, подключите логический пробник, затем выберите входной канал. (См. стр. 86, *Настройка цифровых каналов*.)



2. Чтобы выполнить автоустановку, нажмите кнопку **Автоустановка**.



3. Чтобы отменить последнюю автоустановку, нажмите, при необходимости, кнопку **Отмена автоустановки**.

Отмена автоуст.



Можно также отключить функцию автоустановка Чтобы отключить или включить функцию автоустановки, выполните следующие действия:

1. Нажмите и удерживайте кнопку **Автоустановка**.



- Нажмите и удерживайте кнопку **Menu Off**.



- Отпустите кнопку **Menu Off**, а затем — кнопку **Автоустановка**.
- Выберите необходимый вариант в боковом экранном меню.

Авто- ст. вкл- ючена
Авто- ст. откл- ючена

Советы

- Для наилучшего отображения сигнала при автоустановке может быть изменено его положение по вертикали. Вертикальное смещение при автоустановке всегда устанавливается равным 0 В.
- Если при автоматической установке каналы не отображаются, прибор включает первый канал (1) и устанавливает для него масштаб.
- Если при автоматической установке осциллограф обнаруживает видеосигнал, то осциллограф автоматически устанавливает в качестве типа синхронизации видеосигнал и делает другие настройки для отображения стабильного видеосигнала.

Основные понятия регистрации сигнала

Прежде чем сигнал может быть отображен, он должен пройти через входной канал, в котором выполняется его масштабирование и преобразование в цифровую форму. Для каждого из каналов выделен свой входной усилитель и аналого-цифровой преобразователь. Каждый канал выдает поток цифровых данных, из которых прибор извлекает записи осциллограмм.

Процесс выборки


Регистрацией называется процесс выборки данных из аналогового сигнала, их оцифровки и последующей сборки в запись осциллограммы, которая сохраняется в памяти.



Выборка в реальном масштабе времени

В осциллографах серии MDO3000 используется режим выборки в реальном времени. При выборке в реальном масштабе времени прибор выполняет оцифровку всех точек, зарегистрированных после одного события синхронизации.

Точки записи



Частота выборки

Запись осциллограммы


Прибор формирует запись осциллограммы с использованием следующих параметров:

- Интервал дискретизации: время между записанными точками выборки. Настройка выполняется поворотом регулятора **Масштаб** в группе «По гориз.» или нажатием кнопки **Сбор данных** и изменением длины записи в меню «Сбор данных».

- Длина записи: количество точек выборки, образующих полную запись осциллограммы. Настройка этого параметра выполняется нажатием кнопки **Сбор данных** и с помощью нижнего и бокового экранных меню.

- Точка синхронизации: нулевое опорное значение времени в записи сигнала. На экране обозначается оранжевой буквой «Т».
- Положение по горизонтали: Когда **Режим задержки** включен, это время от точки запуска до неподвижной точки по горизонтали. Настраивается поворотом регулятора **Положение по горизонтали**.

Чтобы начать сбор данных после точки синхронизации, следует ввести положительное значение времени. Чтобы начать сбор данных до точки синхронизации, следует ввести отрицательное значение времени.



- Неподвижная точка: точка, относительно которой производится растяжение и сжатие осциллограммы при масштабировании. Обозначается оранжевым треугольником.

Использование режима FastAcq

Режим FastAcq™ позволяет выполнять высокоскоростной захват сигнала. Его удобно использовать для обнаружения трудноуловимых аномалий сигнала. В режиме быстрой регистрации снижается время паузы между циклами регистрации сигналов, при этом обеспечивается возможность фиксирования и отображения кратковременных событий, например выбросов и огибающих импульсов. Режим быстрой регистрации также позволяет отображать особенности сигналов с яркостью, отражающей частоту их возникновения.

Чтобы использовать режим FastAcq, выполните указанные ниже действия.

1. Нажмите кнопку **Сбор данных**.




2. Нажмите кнопку **FastAcq**.

Режим Выборка	Длина записи 10k	FastAcq Выкл.	Задержка Вкл. В- ыкл.	Уст. горизонт. поз. на 10%	Отобр. осцил	Вывод по XY Выкл.
------------------	------------------------	------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-----------------	-------------------------




FastACq

3. Переключите переключатель **FastAcq** в боковом меню в положение **Вкл.**



4. Нажмите кнопку **Палитра осцилл..**

5. Вращайте ручку **Многофункц. а**, чтобы выбрать желаемую палитру отображения.



Палитра отображения позволяет повысить наглядность событий. Благодаря этой функции с помощью изменения яркости отображается частота появления редких событий по отношению к частоте появления обычных сигналов. Можно выбрать следующие варианты: «Температура», «Спектральная», «Обычная» и «Инвертирован.».


В палитре **Температура** для отображения частоты появления сигналов используется цветовая градация. Для более частых событий используются «горячие» цвета, например красный или желтый, а для менее частых — «холодные», например синий или зеленый.

В палитре **Спектральная** для отображения частоты появления сигналов используется цветовая градация. Для более частых событий используются «холодные» цвета, например синий или зеленый, а для менее частых — «горячие», например красный или желтый.

В палитре **Обычная** используются цвета каналов по умолчанию (например, желтый цвет для канала 1), а для отображения частоты появления событий используются оттенки серого, при этом наиболее частые события отображаются более яркими цветами.


В палитре **Инвертирован.** используются цвета каналов по умолчанию, а для отображения частоты появления событий используются оттенки серого, при этом наиболее редкие события отображаются более яркими цветами.

При использовании этих цветовых палитр выделяются часто повторяющиеся события или, в случае непериодических аномалий, редко возникающие.




Как работают аналоговые режимы сбора данных


В режиме **Выборка** сохраняются первые точки выборки из каждого интервала оцифровки. Режим «Выборка» является режимом по умолчанию.



В режиме **Пиковое детектирование** используются максимальное и минимальное значения из всех выборок, содержащихся в двух последовательных интервалах оцифровки. Этот режим применяется только для неинтерполируемой выборки в режиме реального времени. Он полезен для захвата высокочастотных выбросов.



В режиме **Высокое разрешение** рассчитывается среднее значение по всем выборкам для каждого интервала оцифровки. Этот режим также применяется только для неинтерполируемой выборки в режиме реального времени. Обеспечивается более высокое разрешение сигнала, но с меньшей шириной полосы пропускания.



В режиме **Огибающая** отыскиваются самые верхние и самые нижние точки записи сигнала по всем циклам регистрации. Для получения огибающей в каждом цикле регистрации данных используется режим обнаружения пиков.



В режиме **Усреднение** рассчитывается среднее значение для каждой точки записи сигнала по заданному числу циклов регистрации. При усреднении для каждого цикла регистрации используется режим выборки. Режим усреднения следует использовать для снижения уровня случайного шума.



Изменение режима регистрации, длины записи и времени задержки.

Для изменения режима сбора данных необходимо выполнить следующие действия.

1. Нажмите кнопку **Сбор данных**.



2. Нажмите кнопку **Режим**.


Режим Выборка	Длина памяти 10k	FastAcq Выкл.	Задержка Вкл. В- ыкл.	Уст. пол- ожение по горизонт- али в 10%	Отобра- жение осцилло- граммы	Вывод XY Выкл.
2	5		7			

3. Затем выберите в боковом экранном меню режим регистрации. Имеются следующие режимы: выборка, пиковое детектирование, высокое разрешение, огибающая и усреднение.


Режим записи осцилл.	
Выборка	3
Обна- руже- ние пиков	3
Высокое разреше- ние	
Огибаю- щая	3
Среднее 16	3

ПРИМЕЧАНИЕ. В режимах пикового детектирования и высокого разрешения используются точки выборки, которые осциллограф отбросил бы при низких скоростях развертки. Поэтому эти режимы работают только тогда, когда текущая скорость выборки меньше максимальной возможной скорости выборки. Как только осциллограф начнет сбор данных с максимальной скоростью выборки, режимы пикового детектирования, высокого разрешения и выборки будут работать одинаково. Скоростью выборки можно управлять, устанавливая масштаб по горизонтали и длину записи.

4. Если выбран режим **Среднее**, количество усредняемых осциллограмм можно установить поворотом ручки **Многофункц. а**.



5. Нажмите кнопку **Длина записи**.
6. Прокрутите доступные варианты. Выберите 1000, 10 тыс., 100 тыс., 1 млн, 5 млн или 10 млн точек.
7. Если требуется задержка начала регистрации сигнала относительно события запуска, в нижнем экранном меню нажмите кнопку **Delay**, чтобы выбрать положение **Вкл**.



Установив кнопку **Delay** в положение **Вкл**, поверните регулятор **Положение по горизонтали** против часовой стрелки, чтобы увеличить задержку. Точка запуска переместится влево и выйдет за границу зарегистрированной осциллограммы. Затем можно повернуть регулятор **Масштаб по горизонтали**, чтобы более подробно просмотреть нужный участок в центре экрана.

При включении задержки точка запуска отделяется от неподвижной точки по горизонтали. Неподвижная точка по горизонтали находится в центре экрана. Точка запуска может выходить за границы экрана. В этом случае индикатор запуска поворачивается в направлении точки запуска.

Задержка используется для подробной регистрации осциллограммы, отстоящей от события запуска на значительный интервал времени. Например, можно осуществить запуск по синхрои импульсу, появляющемуся каждые 10 мс, а затем подробно просмотреть его характеристики в области 6 мс после синхрои импульса.

Когда кнопка задержки находится в положении **Выкл**, неподвижная точка привязана к точке запуска, поэтому изменения масштаба происходят вокруг точки запуска.

Использование режима прокрутки

В режиме прокрутки изображение на экране перемещается аналогично регистрации низкочастотных сигналов на ленте самописца. Режим прокрутки позволяет видеть уже зарегистрированные точки сигнала, не дожидаясь полной записи осциллограммы.

Режим прокрутки включается, когда синхронизация установлена в автоматический режим и настроен масштаб по горизонтали 40 мс/дел или более медленный.

Советы

- Переключение в режим сбора данных «Огибающая» или «Среднее», использование цифровых каналов, использование математических форм сигнала, включение шины или переключение синхронизации в нормальный режим отключит режим прокрутки.
- Режим прокрутки отключается, когда устанавливается масштаб по горизонтали 40 мс на деление или более быстрый.
- Чтобы выйти из режима прокрутки, нажмите кнопку **Пуск/стоп**.



Дейс.по событию

При использовании этой функции осциллограф выполняет заданное действие при возникновении определенного события. Событием может быть как запуск, так и определенное количество регистраций сигнала. Можно задать перечисленные ниже действия.

- Остановить регистрацию.
- Сохранить осциллограмму или снимок экрана в файл.
- Выполнить печать.
- Отправить импульс на порт AUX OUT (Доп. выход).
- Сгенерировать сигнал SRQ интерфейса дистанционного управления.
- Отправить уведомление по электронной почте.
- Отобразить сообщение на экране осциллографа.

1. Нажмите кнопку **Тест**.




2. В нижнем меню нажмите кнопку **Приложение**.

Приложе- ние	Событие	Действие	Повторе- ние			
Дейс.по событию	Регист.		Выкл.			



3. Вращайте ручку **Многофункц.** а и выберите **Дейс.по событию**.



4. В нижнем меню нажмите кнопку **Событие**.
Появится боковое меню типов событий.
Выберите необходимый тип события.

Тип событ
Нет
Запуск
Регистра- ций (a) 10

5. В нижнем меню нажмите кнопку **Действ..**
Появится боковое меню «Действ.». В
этом меню выберите действие, которое
необходимо выполнить при наступлении
заданного события.

6. В появившемся всплывающем меню выберите тип действия.

Действ.
Выбрать действие (а) Ост. регистр.

6

7. Выберите, включать или не включать действие.

Включить действие ☒ Вкл. ☐ В-ыкл.

7

8. Если в упомянутом выше списке действий выбран пункт **Уведомлен. по эл.почте**, то чтобы задать параметры электронной почты, можно в боковом меню выбрать пункт **Настройка эл.почты**.

Настройка эл.почты

8

ПРИМЕЧАНИЕ. Для уведомлений по электронной почте о **действии по событию** и принтера электронной почты (настраиваемого в меню **Utility** (Сервис) > **Принтер** > **Выбор принтера** > **Add E-mail Printer** (Добавить принтер эл. почты) используется один и тот же набор параметров SMTP-сервера. Если изменить параметры SMTP-сервера в одной из этих групп параметров, они также будут изменены и в другой группе.

9. В нижнем меню нажмите кнопку **Повторить**.

С помощью этого параметра можно задать количество повторений выбранного события и соответствующего действия.

Настройка последовательной или параллельной шины

Осциллограф может осуществлять декодирование и синхронизацию по событиям или условиям для сигналов для следующих шин:

Тип шины	Оборудование
Audio (I ² S, Left Justified (LJ), Right Justified (RJ) и TDM)	Прикладной модуль MDO3AUDIO
CAN и LIN	Прикладной модуль MDO3AUTO
FlexRay	Прикладной модуль MDO3FLEX
I ² C и SPI	Прикладной модуль MDO3EMBD
MIL-STD-1553	Прикладной модуль MDO3AERO
Parallel	Осциллограф серии MDO3000 с опцией MDO3MSO
RS-232, RS-422, RS-485 и UART	Прикладной модуль MDO3COMP
USB 2.0	Прикладной модуль MDO3USB

ПРИМЕЧАНИЕ. Для высокоскоростных шин (HS) USB необходимо использовать модели с полосой пропускания 1 ГГц.

(См. стр. 15, Бесплатное опробование прикладных модулей.)

Два этапа использования шин


Для быстрого включения синхронизации по последовательной шине надо выполнить следующие действия:

1. Нажмите кнопку **B1** или **B2** и введите параметры шины, по которой требуется синхронизация.

Каждой из кнопок **B1** и **B2** можно назначить отдельные шины.



2. В группе «Запуск» нажмите кнопку **Меню** и введите параметры синхронизации. (См. стр. 100, *Выбор типа синхронизации.*)
- Информацию шины можно вывести на экран и без синхронизации по сигналу шины.



Настройка параметров шин

ПРИМЕЧАНИЕ. Для большинства входных шин можно использовать любое сочетание каналов от 1 до 4 и от D15 до D0. Для некоторых шин в качестве источников для декодирования протокола можно также использовать «Ref 1»–«Ref 4» и «Матем.».

О том, как выполнить синхронизацию по последовательной или параллельной шине, см. раздел «Синхронизация по шинам». (См. стр. 105, *Синхронизация по шинам.*)

Для настройки параметров последовательной шины необходимо выполнить следующие действия:

1. Для вызова нижнего меню шины нажмите кнопку **B1** или **B2**.




2. Нажмите кнопку **Шина**. Вращайте ручку **Многофункц. а** для прокрутки списка типов шин и выбора требуемой шины: параллельной, I²C, SPI, RS-232, CAN, LIN, FlexRay, аудиошины, USB, Ethernet или MIL-STD-1553.

Появляющиеся на экране пункты меню будут зависеть от модели осциллографа и установленных модулей прикладных программ.

3. Нажмите кнопку **Определ. входов**. Набор возможных вариантов зависит от выбранной шины.

Шина B1 Парал.	Определ. входов	Порог. напр.		B1 Метка Парал.	Отобра- жение шины	Таблица событий
-------------------	--------------------	-----------------	--	--------------------	--------------------------	--------------------



При задании параметров для входов, например сигналов для аналогового или цифрового канала, используйте кнопки бокового экранного меню.

Если выбрана **параллельная** шина, нажмите кнопку бокового экранного меню, чтобы включить или отключить режим **Синхр. данные**.

Нажмите кнопку бокового экранного меню, чтобы выбрать **Фронт такт. с** для синхронизации данных: нарастающий фронт, ниспадающий фронт или оба фронта.

Вращайте ручку **Многофункц. а**, чтобы выбрать **Число битов данных** в параллельной шине.

Выберите требуемое число битов с помощью ручки **Многофункц. а**.

Чтобы выбрать требуемый аналоговый или цифровой канал в качестве источника битов данных, вращайте ручку **Многофункц. б**.


Определ. входов
Синхрон. Да Нет
Фронт такт. с 
Число битов данных (А) 16
Опред. биты (А) Бит 15 (Б) D15

4. Нажмите кнопку **Порог. напр.**

Шина В1 Парал.	Определ. входов	Порог. напр.		В1 Метка Парал.	Отображение шины	Таблица событий
-------------------	-----------------	--------------	--	-----------------	------------------	-----------------

Можно задать пороговое значение для всех каналов параллельной или последовательной шины, выбрав вариант из списка предварительно заданных значений. Уставки меняются в зависимости от типа шины.

Для сигналов параллельной или последовательной шины можно также задать определенную величину в качестве порогового значения. Для этого нажмите кнопку бокового меню **Выбрать** и вращайте ручку **Многофункц. а**, чтобы выбрать бит или номер канала (имя сигнала).



Затем вращайте ручку **Многофункц. b**, чтобы задать уровень напряжения, выше которого сигнал будет интерпретироваться осциллографом как логический высокий уровень, а ниже — как логический низкий уровень.



ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые шины используют два порога на канал.

5. При желании нажмите кнопку **В1 метка**, чтобы изменить метку шины. (См. стр. 58, *Обозначения каналов и шин.*)


Шина В1 Параллельная шина	Определ. входов	Порог. напр.		В1 Метка Парал.	Отображение шины	Таблица событий
					5	6
						7

6. Чтобы определить, каким образом отображать параллельную или последовательную шину, нажмите кнопку **Отображение шины** и воспользуйтесь боковым экранным меню.

В зависимости от шины для установки числового формата используйте боковое меню или регуляторы.

Шина
Шина и осцилло- гр.
Шестна- дц.
Бинарный
ASCII

7. Нажмите кнопку **Таблица событий** и выберите **Вкл**, чтобы вывести на экран список пакетов на шине с отметками времени.



Для параллельной шины с синхронизацией в таблице приведены значения шины для каждого фронта синхроимпульса. Для параллельной шины без синхронизации в таблице приведены значения шины при изменении любого бита.

«Таблица событий» содержит байты, слова или пакеты в зависимости от типа шины.

8. Нажмите кнопку **Сохранить таб. событий**, чтобы сохранить данные таблицы событий в формате CSV (электронная таблица) на выбранном в данный момент устройстве хранения данных.

Данный пример таблицы событий относится к шине RS-232.

В таблицах событий для шины RS-232 отображается одна строка для каждого 7- или 8-битного байта, когда для пункта меню «Пакеты» выбрано значение «Выкл». В таблицах событий для шины RS-232 отображается одна строка для каждого пакета, когда для пункта меню «Пакеты» выбрано значение «Вкл».

Другие шины в зависимости от типа шины отображают одно слово, кадр или пакет на строку.

Tektronix version v1.2f		
Bus Definition: RS232		
Time	Tx	Rx
-4.77E-02	E	
-4.44E-02	n	
-4.10E-02	g	
-3.75E-02	i	
-3.41E-02	n	
-3.08E-02	e	
-2.73E-02	e	
-2.39E-02	r	
-2.06E-02	i	
-1.71E-02	n	
-1.37E-02	g	
-1.03E-02	.	
-6.92E-03	SP	
-3.49E-03	P	
-5.38E-05	o	
3.28E-03	r	
6.71E-03	t	
1.69E-02	l	
2.02E-02	a	
2.43E-02	n	
2.82E-02	d	
3.15E-02		

2319-005

9. Чтобы переместить данные о шине вверх или вниз на экране, нажмите кнопку **B1** или **B2** и вращайте ручку **Многофунк. а.**

Шина I²C

Для регистрации данных с шины I²C необходимо также настроить следующие элементы:

1. Если выбран вариант **I²C**, нажмите кнопку **Определ. входов** и выберите необходимые варианты в боковом экранном меню.

Можно задать предварительно определенный **Вход SCLK** или **Вход SDA** для любого канала, подключенного к сигналу.

Шина В1 I²C	Определ. входов	Порог. напр.	Включить R/W в адрес Нет	В1 Метка I ² C	Отобра- жение шины	Таблица событий
----------------------------------	--------------------	-----------------	--	------------------------------	--------------------------	--------------------



2. Нажмите кнопку **Включить R/W в адрес**, а затем нажмите необходимую кнопку бокового экранного меню.

Этот элемент управления определяет, каким образом осциллографом отображаются адреса шины I²C на трассах декодирования шины, в экранных надписях курсоров, в списках таблицы событий и параметрах синхронизации.

Если выбрать **Да**, то 7-битные адреса отображаются осциллографом в виде восьми битов, где восьмой бит (младший значащий бит) – это бит R/W. При этом 10-битные адреса отображаются в виде 11 битов, где третий бит – это бит R/W.

Если выбрать **Нет**, то 7-битные адреса отображаются осциллографом в виде семи битов, а 10-битные адреса — в виде десяти битов.

В физическом слое протокола I²C перед 10-битным адресом шины I²C располагается пятибитный код 11110. На осциллографе эти пять битов никогда не отображаются в значениях адресов.

Шина SPI

Для регистрации данных с шины SPI необходимо также настроить следующие элементы:

1. Если выбран вариант **SPI**, нажмите кнопку **Определ. входов** и выберите необходимые варианты в боковом экранном меню.

Для параметра **Кадрир.** можно задать «SS» (Slave Select — выбор подчиненного) или «Простой».

Любому каналу можно назначить предварительно определенные сигналы **SCLK**, **SS**, **MOSI** или **MISO**.

Шина В1 SPI	Определ. входов	Порог. напр.	Настройка	В1 Метка SPI	Отобра- жение шины	Таблица событий
-----------------------	--------------------	-----------------	-----------	-----------------	--------------------------	--------------------



2. Нажмите кнопку **Настройка** и выберите необходимые варианты в боковом экранном меню.

3. Нажмите кнопку **SCLK**, чтобы настроить фронт сигнала в соответствии с регистрируемым сигналом шины SPI.
4. Задайте уровень сигналов SS, MOSI и MISO, соответствующий шине SPI.

«Выс. активн.» означает, что сигнал считается активным, когда он выше порогового значения.

«Низ. активн.» означает, что сигнал считается активным, когда он ниже порогового значения.

SCLK

SS

Выс. активн.

Низ. активн.

MOSI

Выс. активн.

Низ. активн.

MISO

Выс. активн.

Низ. активн.

-далее-
1 из 2

3

4

5. С помощью ручки **Многофункц. а** задайте число битов в соответствии с длиной слова шины SPI.

6. Нажмите одну из кнопок бокового меню, чтобы настроить порядок битов так, чтобы он соответствовал шине SPI.

Размер слова
(A) 8 бит

Порядок битов
Сначала MS

Порядок битов
Сначала LS

5

6

Шина RS-232

Для сбора данных с шины RS-232 необходимо также настроить следующие элементы:

1. Если выбран вариант **RS-232**, нажмите кнопку **Настройка** и выберите необходимые варианты в боковом меню.

Настройте шину с помощью бокового меню. Для шины RS-232 используется нормальная полярность, а для шин RS-422, RS-485 и UART — инвертированная полярность.

Шина B1 RS-232	Определ. входов	Порог. напр-я	Настройка 9600-8-N	B1 Метка RS-232	Отображение шины	Таблица событий
-------------------	-----------------	---------------	-----------------------	-----------------	------------------	-----------------

1

- Для выбора необходимой скорости передачи нажмите кнопку **Скорость передачи** и вращайте ручку **Многофункц. а**.

Скор. перед. 9600 бит/с	2
----------------------------	---

- Нажмите кнопку **Биты данных** и выберите число в зависимости от шины.

Биты данных 7 8	3
--------------------	---

- Нажмите кнопку **Четность** и вращайте ручку **Многофункц. а**, чтобы выбрать полярность, используемую шиной: «Нет», «Нечетные» или «Четные».

Четность (a) Нет	4
---------------------	---

- Нажмите кнопку **Пакеты данных** и выберите «Вкл.» или «Выкл.».


Пакеты данных Вкл. Выкл.	5
-----------------------------	---

- Чтобы выбрать символ конца пакета, вращайте ручку **Многофункц. а**.


Конец пакета 0A (Linefeed)	6
-------------------------------	---

При декодировании RS-232 отображается поток байтов данных. Можно организовать поток в пакеты с символом конца пакета.

Если для использования при декодировании шины RS-232 задан символ конца пакета, то поток байтов будет отображаться в виде пакетов.



Когда шина RS-232 декодируется в режиме ASCII, большая точка указывает на то, что значение представляет символ ASCII, который нельзя напечатать.



Шина CAN

Для регистрации данных с шины CAN необходимо также настроить следующие элементы:

- Если выбран вариант **CAN**, нажмите кнопку **Определ. входов** и выберите необходимые варианты в боковом экранном меню.

Шина B1 CAN	Определ. входов	Порог. напр.	Скорость передачи 500 кбит/с	B1 Метка CAN	Отображение шины	Таблица событий
----------------	-----------------	--------------	---------------------------------	--------------	------------------	-----------------



2. С помощью ручки **Многофункц. а** выберите канал, подключенный к шине CAN.
3. Вращайте ручку **Многофункц. а**, чтобы выбрать тип сигнала CAN: CAN_H, CAN_L, Rx, Tx или «Дифференц.»
4. Вращайте ручку **Многофункц. а**, чтобы задать для параметра **Точ.выборки** значение от 5 до 95 % от положения внутри битового периода или единичного интервала.

Вход CAN (A) 1	2
Тип сигнала CAN_H	3
Точ.выборки 50%	4

5. Для выбора скорости передачи из списка предварительно заданных значений нажмите кнопку **Скорость передачи** и вращайте ручку **Многофункц. а**.

Кроме того, можно задать особое значение скорости передачи. Для этого выберите пункт **Пользоват.**, а затем вращайте ручку **Многофункц. б**, чтобы задать скорость передачи в диапазоне от 10 000 до 1 000 000.

Шина В1 CAN	Определ. входов	Порог. напр.	Скорость передачи 500 кбит/с	В1 Метка CAN	Отображение шины	Таблица событий
----------------	-----------------	--------------	---------------------------------	--------------	------------------	-----------------



Шина LIN

Для регистрации данных с шины LIN необходимо также настроить следующие элементы:

1. Если выбран вариант **LIN**, нажмите кнопку **Определ. входов** и выберите необходимые варианты в боковом экранном меню.

Шина В1 LIN	Определ. входов	Порог. напр.	Настройка	В1 Метка LIN	Отображение шины	Таблица событий
----------------	-----------------	--------------	-----------	--------------	------------------	-----------------



2.

С помощью ручки **Многофункц. а** выберите канал, подключенный к шине LIN.
3.

Вращайте ручку **Многофункц. а**, чтобы задать для параметра **Точ.выборки** значение от 5 до 95 % от положения внутри битового периода или единичного интервала.
4.

Выберите **Полярн.** в соответствии с шиной LIN, для которой выполняется регистрация сигнала.

Вход LIN
(A) 1

Точ.выбо-
рки
50%

Нормаль-
ная
полярно-
сть
(высок. =
1)

Инвертир.
полярно-
сть
(высок.
=0)

2

3

4

5.

Нажмите кнопку **Настройка** и выберите необходимые варианты в боковом экранном меню.

Шина B1
LIN

Определ.
входов

Порог.
напр.

Настройка

B1 Метка
LIN

Отобра-
жение
шины

Таблица
событий

5

6. Для выбора скорости передачи из списка предварительно заданных значений нажмите кнопку **Скорость передачи** и вращайте ручку **Многофункц. а**.

Кроме того, можно задать особое значение скорости передачи. Для этого выберите пункт **Пользоват.**, а затем вращайте **Многофункц. б**, чтобы задать скорость передачи в диапазоне от 800 до 100 000 бит/с.

7. Для выбора соответствующего стандарта нажмите кнопку **Стандарт LIN** и вращайте ручку **Многофункц. а**.

8. Нажмите кнопку **Вкл. четн-ть битов с Ид.**, чтобы выбрать, включать или не включать биты четности.

Скорость передачи (А) 19,2 кбит/с	6
Стандарт LIN V1.X	7
Вкл. четн-ть битов с Ид. Вкл Выкл	8

Шина FlexRay

Для регистрации с шины FlexRay необходимо настроить указанные ниже элементы.

1. Если выбран вариант **FlexRay**, нажмите кнопку **Определить входы** и выберите необходимые варианты в боковом меню.

2. При необходимости нажмите кнопки «Порог», «Скорость передачи», «Метка», «Отображение шины» и «Таблица событий» и задайте соответствующие значения параметров.

Шина B1 FlexRay	Определ. входов	Пороговые напряжения	Скорость передачи	Шина FlexRay с меткой B1 FlexRay	Представление шины	Таблица событий
--------------------	-----------------	----------------------	-------------------	-------------------------------------	--------------------	-----------------

1

Шина Audio

Для регистрации данных с шины Audio необходимо также настроить следующие элементы:

1. Если выбран вариант **Audio**, нажмите кнопку **Определ. входов** и выберите необходимые варианты в боковом меню.

Шина B1 Audio	Определ. входов	Порог. напр.	Настройка	B1 Метка RS-232	Отображение шины	Таблица событий
------------------	-----------------	--------------	-----------	-----------------	------------------	-----------------

1

2. Для выбора типа конфигурации данных аудиошины, по которой требуется синхронизация, нажмите кнопку **Тип** и вращайте ручку **Многофункц. а**.

3. Выберите **I2S** для синхронизации по стандарту Inter-IC Sound, или Integrated Interchip Sound, электрическому стандарту стереоформата для интерфейса последовательной шины.

4. Выберите **Left Justified** для синхронизации по потоку I2S, в котором отсутствует задержка на бит и данные начинаются сразу с края такта выбора слова.

5. Выберите **Right Justified** для синхронизации по потоку I2S, где данные начинаются с правого края такта выбора слова.

6. Выберите **TDM** для синхронизации с временным уплотнением.

7. Нажмите кнопку **Настройка** и последующие кнопки бокового экранного меню для настройки синхронизации по шине I2S.

Шина типа Audio
I2S
Left Justified (LJ)
Right Justified (RJ)
TDM

Шина USB

Для сбора данных с шины USB необходимо также настроить следующие элементы:

1. Если выбрана шина **USB**, нажмите **Определ. входов**, чтобы установить скорость шины USB и тип пробника.

Шина B1 USB	Определ. входов Full Speed (полноскоростной)	Порог. напр-я		B1 Метка USB	Отображение шины	Таблица событий
----------------	---	---------------	--	-----------------	------------------	-----------------



2. Меню «Порог. напр-я», «Метка», «Отображение шины» и «Таблица событий» работают аналогично другим последовательным шинам.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для высокоскоростных шин (HS) USB необходимо использовать модели с полосой пропускания 1 ГГц.

MIL-STD 1553

Для сбора данных с шины MIL-STD 1553 необходимо также настроить следующие элементы:

Шина В1 MIL – 1553	Определ. входов	Порог. напр-я 800 мВ 0,00 В	ВО 12,0 мкс 4,00 мкс	В1 Метка 1553	Отобр- ажение шины	Таблица событий
-----------------------	--------------------	--------------------------------------	----------------------------	------------------	--------------------------	--------------------



1. Нажмите кнопку **Определить входы** и вращайте ручку **Многофункц. а**, чтобы выбрать необходимые пункты бокового меню. Выберите полярность, соответствующую исследуемой шине MIL-STD-1553.
2. Пункты меню **Порог. напр-я**, **Метка**, **Отображение шины** и **Таблица событий** работают аналогично тому, как они работают в меню других последовательных шин.
3. Нажмите кнопку **ВО**, если хотите изменить максимальное и минимальное значения по умолчанию «Времени отклика» (ВО).

Активность шины на физическом уровне

Осциллограммы из аналоговых каналов 1–4, цифровых каналов D15–D0, расчетные осциллограммы и осциллограммы, которые просматриваются при выборе отображения шины, всегда показывают активность шины на физическом уровне. При отображении физического уровня разряды, которые переданы ранее, находятся слева, а разряды, переданные позже — справа.

- Шины I2C и CAN сначала передают самый старший двоичный разряд
- Шины SPI не устанавливают порядок разрядов
- Шины RS-232 и LIN сначала передают самый младший двоичный разряд

ПРИМЕЧАНИЕ. Осциллограф отображает декодированные осциллограммы и таблицы событий для всех шин с самым старшим разрядом слева и самым младшим разрядом справа.


Пусть, например, сигнал шины RS-232 (после стартового разряда) имеет следующий вид: верхний, верхний, верхний, нижний, верхний, нижний и верхний. Поскольку в протоколе RS-232 нулю соответствует верхний уровень, а единице – нижний, этим значением будет 0001 0110.

Поскольку при декодировании отображается сначала самый старший разряд, осциллограф изменяет порядок разрядов и отображает значение в виде 0110 1000. Если для отображения шины выбран шестнадцатеричный формат, то значение отображается как 68. Если для отображения шины выбран вариант «ASCII», то значение отображается как h.

Настройка цифровых каналов

Настройка прибора для регистрации сигналов из цифровых каналов производится с помощью кнопок и регуляторов на передней панели.

1. Подключите 16-канальный логический пробник Р6316 к источнику входного сигнала.




2. Подсоедините провод (или провода) заземления к цепи заземления.
Можно подсоединять отдельный проводник для каждого канала или общий провод заземления для каждой группы из 8 проводов.
3. При необходимости подсоедините подходящий зажим к наконечнику каждого пробника.
4. Подсоедините каждый пробник к нужной точке исследуемой цепи.
5. Для вывода на экран меню нажмите на передней панели кнопку **D15 - D0**.



6. Для включения или отключения меню «D15 - D0» нажмите на нижней панели кнопку **D15 - D0**.



7. Для прокрутки списка цифровых каналов вращайте ручку **Многофункц. а**. Для позиционирования выбранного канала вращайте ручку **Многофункц. б**.
Поскольку каналы на экране располагаются близко друг к другу, осциллограф группирует каналы и добавляет группы во всплывающий список. Вместо отображения отдельных каналов можно выбрать группу из списка, чтобы переместить все каналы в группу.
8. В нижнем экранном меню нажмите кнопку **Порог. напр.** Для каждого канала можно задавать различные пороговые значения.
9. Нажмите кнопку **Изменить метки** в нижнем экранном меню и создайте метку. Можно создать метки с помощью кнопок передней панели или с помощью дополнительной USB-клавиатуры. (См. стр. 58, *Обозначения каналов и шин.*)
10. Нажмите кнопку **Monitor** (Монитор), чтобы отобразить общую картину активности в цифровых каналах.



11. Чтобы улучшить временное разрешение, нажмите кнопку **MagniVu** в нижнем экранном меню. (См. стр. 89, *Когда и зачем используется режим MagniVu.*)

12. Несколько раз нажмите кнопку **Высота** в нижнем экранном меню, чтобы установить высоту сигнала. Это необходимо сделать только один раз, чтобы настроить высоту для всех цифровых каналов.

Совет

- Воспользуйтесь функцией лупы, чтобы просмотреть несколько периодов сигнала в верхней части экрана и один период в нижней части. (См. стр. 171, *Управление осциллограммами при большой длине памяти.*)
- При настройке логического пробника первый комплект из восьми выводов (контакты с 7 по 0) на логическом пробнике маркируется на коробке выводов как ГРУППА 1. Второй комплект (контакты с 15 по 8) маркируется как ГРУППА 2.
- В цифровых каналах сохраняется верхнее или нижнее состояние каждой выборки. Для каждого набора из восьми каналов можно задать пороговое значение, разделяющее верхний и нижний уровни.

Когда и зачем используется режим MagniVu

Технология регистрации Tektronix MagniVu обеспечивает более высокое временное разрешение, поэтому можно более точно определять фронты и выполнять более точные временные измерения на фронтах цифровых сигналов. С помощью технологии MagniVu можно наблюдать до 16 раз более подробную картину, чем при использовании обычных выборок для цифрового канала.

Запись в режиме MagniVu выполняется параллельно с основной цифровой регистрацией и доступна в любое время независимо от того, воспроизводится ли она или остановлена. Режим MagniVu обеспечивает просмотр зарегистрированных данных со сверхвысоким разрешением. Максимальное разрешение составляет 121,2 пс для 10 000 точек, расположенных симметрично относительно точки синхронизации.

ПРИМЕЧАНИЕ. В режиме MagniVu данные выборки автоматически центрируются вокруг точки запуска. Если включить режим MagniVu при выполнении записи большой длины и просматривать участок, расположенный не рядом с точкой запуска, то цифровой сигнал может выходить за пределы экрана. В большинстве таких случаев можно найти цифровую запись, просматривая цифровой сигнал в верхнем окне просмотра и соответствующим образом панорамируя его.

ПРИМЕЧАНИЕ. Режим MagniVu следует включать тогда, когда на экране отображается светло-серая тень, обозначающая, что положение фронта определено неточно. Если затенение отсутствует, то нет необходимости использовать режим MagniVu. (См. стр. 128, *Просмотр цифровых каналов.*)


Использование режима MagniVu

1. Нажмите кнопку **D15 – D0**.



2. Нажмите кнопку **MagniVu** и выберите значение **Вкл.**

D15 – D0 Вкл/Выкл	Порог. напр.	Метка		Монитор Вкл. Выкл.	MagniVu Вкл. Выкл.	Высота S M L
----------------------	-----------------	-------	--	--------------------------	------------------------------	------------------------




Советы

- Если необходимо увеличить временное разрешение, включите режим MagniVu.
- Режим MagniVu доступен в любой момент. Если осциллограф находится в остановленном состоянии, можно включить режим MagniVu и получить нужное разрешение, не осуществляя другую регистрацию данных.
- Функции последовательной шины не используют данные, полученные в режиме MagniVu.

Настройка РЧ-входов

Параметры для настройки частоты и диапазона

1. Центральная частота точно соответствует середине отображаемой части спектра. Во многих приложениях эта частота является несущей.
2. Диапазон представляет собой интервал частот, которые можно наблюдать вокруг центральной частоты.



Чтобы задать центральную частоту и диапазон:

1. Нажмите кнопку **Част./Диап.** на передней панели.



2. В боковом меню нажмите кнопку **Центральная частота** и либо ручкой **Многофункц. а**, либо с помощью клавиатуры осциллографа введите требуемую центральную частоту. При использовании клавиатуры с помощью появившегося бокового меню можно ввести единицы измерения.
3. Нажмите кнопку **Диапазон** и либо ручкой **Многофункц. б**, либо с помощью клавиатуры задайте необходимый диапазон. При использовании клавиатуры с помощью появившегося бокового меню можно ввести единицы измерения.
4. Выберите **Старт** для установки нижней частоты регистрации.
5. Нажмите **Стоп** для установки верхней частоты регистрации.
6. Нажмите  **К центру** для перемещения частоты, на которую указывает опорный маркер, к центральной частоте.

Частота и диапазон
Центральная частота (а) 2,24 ГГц
Диапазон (б) 3,00 ГГц
Старт 7,36 МГц
Стоп 3,74 ГГц
 К центру

Опорный уровень

1. Нажмите кнопку **Ампл.**, чтобы вызвать боковое меню для настройки параметров амплитуды РЧ-сигнала.




	Амплитуда
2. Нажмите кнопку Опор. уровень и вращайте ручку Многофункц. а , чтобы задать приблизительное значение максимального уровня мощности, соответствующее индикатору опорной линии на вершине частотной сетки.	Опор. уровень (а) -25,0 дБм
3. Нажмите кнопку По вертикали и вращайте ручку Многофункц. а , чтобы настроить положение по вертикали. Можно перемещать индикатор опорной линии вверх или вниз. Это удобно, если требуется переместить сигналы на видимую часть дисплея. Вращайте ручку Многофункц. б , чтобы настроить масштаб по вертикали.	По вертикали 420 мдел 20,0 дБ/дел.
4. Нажмите кнопку Единицы по вертикали и вращайте ручку Многофункц. а , чтобы задать единицы измерения по вертикали для частотной области. Возможны следующие варианты: дБм, дБмкВ, дБмВ, дБмкВ, дБмА, дБмкА. Это удобно, если для приложения необходимы единицы измерения, отличные от отображаемых на экране.	Единицы по вертикали дБм
5. Чтобы включить автоматический расчет и установку опорного уровня, нажмите Автоустановка уровня .	Автоустановка уровня


Полоса пропускания разрешения

Полоса пропускания разрешения (RBW) определяет уровень различения отдельных частот осциллографом в частотной области. Например, если в тестовом сигнале содержится две несущие частоты, отличающиеся на 1 кГц, то для различения этих частот необходимо значение RBW менее 1 кГц.

На рисунках ниже показан один и тот же сигнал. Различие заключается в использованном значении RBW.



Меньшие значения RBW (узкая полоса) требуют большего времени обработки, однако дают более высокое разрешение и меньший уровень шума.



Более высокие значения RBW (широкая полоса) требуют меньшего времени обработки, но обеспечивают более низкое разрешение и более высокий уровень шума.

1. Нажатие кнопки **BW** (Полоса пропускания) открывает боковое меню полосы пропускания разрешения. Таким образом можно установить минимальную разницу частот, которую инструмент будет способен различить на оси частот.



2. Нажмите кнопку Режим RBW, чтобы выбрать режим Авто или Вручную. В режиме Авто полоса пропускания разрешения устанавливается автоматически вслед за изменением диапазона. По умолчанию значение RBW устанавливается равным одной тысячной ширины диапазона. Режим Вручную позволяет задавать пользовательские значения полосы пропускания разрешения.	Полоса пропускания Режим RBW Авто Вручную
3. Чтобы вручную настроить полосу пропускания разрешения, нажмите кнопку RBW (Полоса пропускания разрешения) и вращайте ручку Многофункц. а.	RBW (Полоса пропускания разрешения) (a) 600 кГц (Авто)
4. Нажмите кнопку Span : RBW (Соотношение диапазона и полосы пропускания разрешения) и вращайте ручку Многофункц. а, чтобы задать соотношение диапазона и полосы пропускания разрешения. Это значение используется в том случае, если параметр Режим RBW имеет значение Авто. Значение по умолчанию составляет 1000:1. Пользователю предоставляется возможность выбрать значения в последовательности 1-2-5 (например, 1000, 20 000, 50 000).	Span : RBW (Диапазон:RBW) 1000 : 1
5. Нажмите кнопку Окно и вращайте ручку Многофункц. а, чтобы выбрать тип используемого окна БПФ. Возможны следующие варианты: Кайзера, прямоуг., Хэмминга, Хеннинга, Блэкмана-Харриса и Плосковершинное.	Окно Кайзера

С функцией БПФ РЧ-полосы пропускания используются шесть окон. Каждое из них обеспечивает некоторый компромисс между разрешением по частоте и точностью отображения амплитуды. Выбор используемого окна определяется необходимостью измерения конкретных величин и характеристиками исходного сигнала. При выборе окна рекомендуется руководствоваться следующими указаниями:

Описание

Окно

Кайзер

При использовании окна Кайзера достигается среднее разрешение по частоте, просачивание спектральных частот и точность измерения амплитуды — хорошие.

Окно Кайзера используется при частотах, близких по значению, но отличающихся по амплитуде (уровень бокового лепестка и форм-фактор сравнимы с традиционной шириной полосы пропускания разрешения Гаусса (RBW)). Его также используют для случайных сигналов.

**Прямоугольное**

При использовании прямоугольного окна (также известного как окно типа «грузовик-фургон») достигается хорошее разрешение по частоте, просачивание спектральных частот при этом высокое, а точность измерения амплитуды — низкая.

Прямоугольное окно применяется для измерения переходных процессов или выбросов, когда уровень сигнала до и после события приблизительно одинаков. Кроме того, это окно используется при обработке синусоидальных колебаний одинаковой амплитуды с близкими частотами, а также широкополосных случайных шумов с медленно меняющимся спектром. Рекомендуется применять его для получения частотного спектра неповторяющихся сигналов и измерения частотных составляющих вблизи нулевой частоты.

**Хэмминг**

При использовании окна Хэмминга достигается хорошее разрешение по частоте (немного лучше, чем с окном Хеннинга), просачивание спектральных частот при этом умеренное, а точность измерения амплитуды — вполне допустимая.

Окно Хэмминга применяется для измерения синусоидальных и периодических сигналов, а также узкополосного случайного шума. Это окно применяется для измерения переходных процессов или выбросов, когда уровень сигнала до и после события сильно отличается.

**Хеннинг**

При использовании окна Хеннинга достигается хорошее разрешение по частоте, просачивание спектральных частот при этом низкое, а точность измерения амплитуды — вполне допустимая.

Окно Хеннинга применяется для измерения синусоидальных и периодических сигналов, а также узкополосного случайного шума. Это окно применяется для измерения переходных процессов или выбросов, когда уровень сигнала до и после события сильно отличается.

**Блэкман-Харрис**


При использовании окна Блэкмана-Харриса достигается низкое разрешение по частоте, просачивание спектральных частот при этом очень низкое, а точность измерения амплитуды — хорошая.

Окно Блэкмана-Харриса применяется для исследования осциллограмм, в которых преобладает одна частотная составляющая, на предмет наличия высших гармоник, или несколько значительно или незначительно разделенных синусоидальных сигналов.

**Плосковершинное**

При использовании плосковершинного окна достигается низкое разрешение по частоте, просачивание спектральных частот при этом очень низкое, а точность измерения амплитуды — очень хорошая.

Плосковершинное окно используется для проведения точных измерений амплитуды синусоидальных сигналов, значительно или умеренно разделенных между собой.




Настройка синхронизации

В этом разделе описаны основные понятия и процедуры настройки синхронизации осциллографа по исследуемому сигналу.


Основные понятия синхронизации

Событие синхронизации

По событию синхронизации устанавливается нулевая точка на временной шкале в записи осциллограммы. Все данные в записи осциллограммы располагаются по времени относительно этой точки. Прибор постоянно собирает данные и восстанавливает точки выборки в количестве, достаточном для заполнения части записи осциллограммы, предшествующей синхронизации. Эта часть осциллограммы отображается на экране до события синхронизации, то есть слева от него. Когда происходит событие синхронизации, прибор начинает регистрировать выборки для построения части записи сигнала, расположенной после синхронизации. Эта часть осциллограммы отображается после (правее) события синхронизации. После появления события синхронизации и до завершения регистрации данных и истечения времени выдержки прибор не воспринимает другие события синхронизации.



Без синхронизации



С синхронизацией

Режимы синхронизации

Режим синхронизации определяет работу прибора при отсутствии события синхронизации.

- В обычном режиме синхронизации прибор регистрирует сигнал только в том случае, если тот синхронизирован. Если синхронизация отсутствует, на экране остается последний зарегистрированный сигнал. При отсутствии последнего сигнала никакие сигналы на экране не отображаются.
- В режиме автоматической синхронизации прибор регистрирует сигнал, даже если синхронизация не выполняется. В автоматическом режиме используется таймер, запускаемый после того как запущен сбор данных и получены данные в интервале до синхронизации. Если до истечения времени ожидания таймера событие синхронизации не обнаружено, прибор начинает принудительную синхронизацию. Продолжительность времени ожидания события синхронизации зависит от настройки масштаба времени.


Если в автоматическом режиме принудительный запуск выполнен при отсутствии действительных событий синхронизации, сигнал на экране не синхронизируется. Осциллограмма перемещается по экрану. Когда происходит действительный запуск, изображение на экране становится устойчивым.

Для принудительной синхронизации осциллографа следует нажать на передней панели кнопку **Принудительно**.

Выдержка синхронизации

Чтобы обеспечить стабильную синхронизацию в тех случаях, когда прибор синхронизируется по нежелательным событиям, настройте время выдержки.

Выдержка синхронизации позволяет стабилизировать запуск, поскольку в течение времени выдержки осциллограф не реагирует на новые события синхронизации. Когда прибор распознает событие синхронизации, система синхронизации отключается на время регистрации. Кроме того, система синхронизации остается отключенной во время периода выдержки, следующего за каждой регистрацией.




Тип входа синхронизации


Тип входа синхронизации определяет составляющую сигнала, передаваемую в цепь синхронизации. При синхронизации по фронту и последовательной синхронизации могут использоваться все допустимые типы входа: по постоянному току, по переменному току, подавление НЧ, подавление ВЧ и подавление шума. Во всех остальных типах синхронизации используется только вход по постоянному току.

Положение по горизонтали

Когда **Режим задержки** включен, регулировка положения по горизонтали используется для регистрации данных сигнала в области, значительно отстоящей во времени от точки синхронизации.



1. Положение (время задержки) устанавливается ручкой **Положение по горизонтали**.
2. Настройте масштаб по горизонтали (**Масштаб**), чтобы зарегистрировать данные за определенный интервал времени вокруг неподвижной точки в заданном положении (с заданной задержкой).




Часть записи до момента синхронизации соответствует интервалу до синхронизации. Часть записи после момента синхронизации соответствует интервалу после синхронизации. Данные на интервале до синхронизации могут помочь в отладке устройства. Например, чтобы найти причину нежелательного выброса в проверяемой цепи можно выполнить запуск по выбросу и увеличить интервал до синхронизации, чтобы записать данные до выброса. Анализируя, что произошло перед выбросом, можно получить информацию, которая поможет обнаружить источник выброса. Наоборот, если необходимо проследить, что происходит в системе в результате события синхронизации, можно увеличить интервал после синхронизации, чтобы зарегистрировать данные после синхронизации.

Наклон и уровень


Элемент управления наклоном определяет фронт (нарастающий или нисходящий), на котором выполняется поиск точки синхронизации.

Ручка уровня определяет место на фронте, соответствующее точке синхронизации.

На координатной сетке осциллографа отображается длинная горизонтальная линия (или несколько линий), отображающая уровень синхронизации.



1. Настройка уровня синхронизации без перехода в меню осуществляется ручкой **Уровень** в группе «Запуск» на передней панели.
2. Для быстрой установки уровня синхронизации в средней точке размаха осциллограммы нажмите ручку **Уровень** в группе «Запуск» на передней панели.



Выбор типа синхронизации

Для выбора синхронизации необходимо выполнить следующие действия.

1. Нажмите кнопку **Меню** в группе «Запуск».



2. Нажмите кнопку **Тип**, чтобы появилось боковое экранное меню **Тип синхронизации**.

ПРИМЕЧАНИЕ. В осциллографах серии MDO3000 можно использовать синхронизацию по шине для параллельных шин даже без прикладного модуля. Для синхронизации по шине на других шинах необходимы прикладные модули MDO3AERO, MDO3AUDIO, MDO3AUTO, MDO3FLEX, MDO3COMP, MDO3EMBD или MDO3USB.

Тип синхронизации
Последоват. (запуск.В)
Длит. имп.
Тайм-аут
Рант
По лог. сигн.
Уст. и Удерж.
Вр.нар./ спада
Видео
Шина

3. Для выбора требуемого типа синхронизации вращайте ручку **Многофунк. а**.

4. Выполните настройку синхронизации с помощью элементов управления для выбранного типа синхронизации, выведенных в нижнем экранном меню. Элементы управления, используемые для настройки синхронизации, меняются в зависимости от типа синхронизации.

Тип Фронт	Источник 1	Тип входа пост. ток	Фронт 	Уровень 100 мВ		Режим Авто & задержка
---------------------	----------------------	-------------------------------	--	--------------------------	--	---------------------------------------

















Выбор синхронизации

Вид синхронизации

Условия синхронизации

Фронт




1785-092

Запуск по переднему, заднему или обоим фронтам в зависимости от параметра, заданного с помощью регулятора наклона. Варианты типа входа: по постоянному току, подавление НЧ, подавление ВЧ и подавление шума.

Запуск по фронту является самым простым и наиболее часто используемым типом синхронизации и позволяет работать как с аналоговыми, так и с цифровыми сигналами. Событие синхронизации по фронту происходит, когда сигнал источника синхронизации пересекает заданный уровень напряжения в заданном направлении.


Последовательность (запуск В) (недоступна при использовании типа наклона фронтов **Оба**)



2121-221

Сочетание синхронизации по фронту события А (основной запуск) и события В (задержанный запуск) позволяет синхронизироваться со сложными сигналами. (См. стр. 110, *Использование синхронизации последовательности (по событию А (основное) и по событию В (с задержкой))*.)


Время. После события А система синхронизации ожидает определенное количество времени, затем, до выполнения синхронизации и отображения осциллограммы, выполняет поиск события В.



2121-228

События. После события А система синхронизации, до выполнения синхронизации и отображения осциллограммы, выполняет поиск заданного числа событий В.


По длительности импульса



1785-093

Синхронизация производится по импульсам, длительность которых меньше, больше, равна или не равна заданному значению времени. Кроме этого, возможна синхронизация при попадании длительности импульса в заранее заданный диапазон или в область вне этого диапазона. Синхронизация может осуществляться как по положительным, так и по отрицательным импульсам. Синхронизация по длительности импульса в основном применяется для цифровых сигналов.

Тайм-аут




2810-078

Запуск осуществляется, если за указанный период времени не обнаружено никаких импульсов. Уровень сигнала остается выше или ниже (или только выше/только ниже) заданного значения в течение установленного интервала времени.

Вид синхронизации


Условия синхронизации

Рант



Запуск по амплитуде импульса, пересекающей первый пороговый уровень, но не пересекающей второй пороговый уровень до повторного пересечения первого. Можно задать положительную или отрицательную огибающую (или обе), либо огибающую шире заданного значения, меньше, больше, равную или неравную заданному значению. Запуск по огибающей используется преимущественно для цифровых сигналов.

По логическому сигналу




Синхронизация выполняется, когда все каналы переходят в выбранное состояние. Вращайте ручку **Многофунк. а**, чтобы выбрать требуемый канал. Нажмите соответствующую кнопку в боковом экранном меню, чтобы установить для данного канала состояние **Высокий (H)**, **Низкий (L)** или **Не важно (X)**.

Для выбора канала тактовых импульсов используйте кнопку **Тактовый импульс** в боковом экранном меню. Можно выбрать максимум один канал тактовых импульсов. Чтобы изменить полярность фронта тактового импульса, нажмите кнопку **Фронт такт.с** в нижнем экранном меню. Отключите тактовую синхронизацию и вернитесь к синхронизации без тактовых сигналов (модель), выбирая канал синхронизации и устанавливая для него высокий или низкий уровень либо безразличное состояние.

Для синхронизации без использования тактовых импульсов, по умолчанию синхронизация выполняется тогда, когда соблюдается выбранное условие. Также можно выбрать синхронизацию в случае невыполнения условия или синхронизацию по времени.

Для синхронизации по логической модели можно использовать до 20 каналов (4 аналоговых и 16 цифровых).

ПРИМЕЧАНИЕ. Оптимальные характеристики синхронизации по логическому каналу достигаются при использовании только аналоговых каналов или только цифровых каналов.

Вид синхронизацииУстановка и
фиксация**Условия синхронизации**


Запуск осуществляется при изменении состояния логического входа данных в интервале времени установки и фиксации относительно фронта синхроимпульсов.

Временем установки называется промежуток времени до фронта тактового импульса, в течение которого данные должны оставаться неизменными. Временем фиксации называется промежуток времени после фронта тактового импульса, в течение которого данные должны оставаться неизменными.

Осциллограф серии MDO3000 способен выполнять синхронизацию типа «Установка и удержание» в нескольких каналах и мониторинг состояния всей шины в части нарушений установки и удержания. Для синхронизации типа «Установка и удержание» можно использовать до 20 каналов (4 аналоговых и 16 цифровых).

Для выбора канала тактовых импульсов используйте кнопку **Тактовый импульс** в боковом экранном меню. Чтобы выбрать один или несколько каналов для мониторинга нарушений синхронизации типа «Установка и фиксация», используйте элемент управления **Выбрать** и кнопки **Данные** и **Не использ.**


ПРИМЕЧАНИЕ. Оптимальные характеристики синхронизации типа «Установка и фиксация» достигаются при использовании только аналоговых каналов или только цифровых каналов.

Время
нарастания
/спада

Запуск по времени нарастания или спада. Запуск по фронтам импульса, проходящим между двумя порогами с большей или меньшей скоростью, чем указанная. Задаются положительные или отрицательные фронты, либо те и другие.

Вид синхронизации

Видео


**Условия синхронизации**

Запуск производится по заданным полям или строкам композитного видеосигнала. Поддерживаются только стандарты с композитными сигналами.

Запуск выполняется в стандартах NTSC, PAL и SECAM. Поддерживаются сигналы Macrovision.

Синхронизация ряда сигналов в стандарте HDTV, а также пользовательских (нестандартных) двух- и трехуровневых видеосигналов с количеством строк от 3 до 4000.

Шина



Синхронизация по состояниям различных шин.

Для работы с шиной I²C необходим модуль MDO3EMBD.

Для работы с шиной SPI необходим модуль MDO3EMBD.

Для работы с шиной CAN необходим модуль MDO3AUTO.

Для работы с шинами RS-232, RS-422, RS-485 и UART необходим модуль MDO3COMP.

Для работы с шиной LIN необходим модуль MDO3AUTO.

Для работы с шиной FlexRay необходим модуль MDO3FLEX.

Для работы с аудиошиной необходим модуль MDO3AUDIO.

Для работы с шиной USB необходим модуль MDO3USB.

Для работы с шиной MIL-STD-1553 необходим модуль MDO3AERO.

Для работы с параллельной шиной необходима опция MDO3MSO.

(См. стр. 15, *Бесплатное опробование прикладных модулей.*)

Синхронизация по шинам

Если установлен соответствующий прикладной модуль, возможна синхронизация осциллографа по нескольким шинам. Осциллограф серии MDO3000 может выполнять синхронизацию по параллельным шинам без прикладного модуля. На экране осциллографа может отображаться как физический уровень шины (в виде аналоговых осциллограмм), так и информация на уровне протокола (в виде цифровых осциллограмм и символов).

Для настройки синхронизации по шине необходимо выполнить следующие действия.

1. Если тип шины еще не выбран (с помощью кнопки **B1** или **B2** на передней панели), выберите его. (См. стр. 72, *Настройка последовательной или параллельной шины.*)



2. Нажмите кнопку **Меню** в группе «Запуск».



3. Нажмите кнопку **Тип**.

Тип	Входная шина	Запуск по	Адрес		Направление	Режим
Шина	B1 (I2C)	Адрес	07F		Запись	Авто и задержка

4. Перемещайтесь по типам синхронизации в боковом меню, вращая ручку **Многофункц. а** до тех пор, пока не будет выбран пункт **Шина**.



5. Нажмите **Входн. шина** и используйте боковое меню «Входн. шина» для выбора шины, по которой нужно синхронизироваться.
6. Нажмите кнопку **Запуск по** и выберите нужную синхронизацию в боковом меню.

Синхронизация по параллельной шине (необходима опция MDO3MSO)

Можно выполнять синхронизацию по двоичному или шестнадцатеричному значению данных. В нижнем меню нажмите кнопку **Данные** и введите необходимые параметры с помощью ручек **Многофункц. а** и **Многофункц. б**.

Синхронизация по шине I2C

Синхронизацию можно выполнять по параметрам **Старт**, **Повт. старт**, **Стоп**, **Нет подтв**, **Адрес**, **Данные** или **Адр. / данные**.

При настройке синхронизации по шине I2C и выборе для параметра **Запуск по** значения **Адрес** или **Адр. / данные** для доступа к боковому меню «Адрес I2C» следует нажать в нижнем меню кнопку **Адрес**.

В боковом меню нажмите кнопку **Режим адресации** и выберите **7 бит** или **10 бит**. В боковом меню нажмите кнопку **Адрес**. С помощью ручек **Многофункц. а** и **Многофункц. б** введите необходимые параметры адреса.

Затем в нижнем меню нажмите кнопку **Направление** и выберите нужный вариант: **Чтение**, **Запись** или **Чтен.-Запись**.

Если для параметра **Запуск по** выбран вариант **Данные** или **Адр./Данные**, в нижнем меню нажмите кнопку **Данные**, чтобы получить доступ к боковому у меню «Данные I²C».

Нажмите кнопку **Число байт** и введите число байтов с помощью ручки **Многофункц. а**.

В боковом меню нажмите кнопку **Режим адресации** и выберите **7 бит** или **10 бит**. В боковом меню нажмите кнопку **Данные**. Введите необходимые параметры данных с помощью ручек **Многофункц. а** и **Многофункц. б**.

Для получения дополнительной информации о форматах адресов шины I²C см. пункт 2 в разделе *Настройка параметров шин*.

Синхронизация по шине SPI

Можно выполнить синхронизацию по параметрам **SS-активный**, **MOSI**, **MISO** или **MOSI & MISO**.

При настройке синхронизации по шине SPI и выборе для параметра **Запуск по** значения **MOSI** или **MISO** в нижнем меню нажмите кнопку **Данные**, в боковом меню нажмите кнопку **MOSI** или **MISO** и введите требуемые параметры данных с помощью ручек **Многофункц. а** и **Многофункц. б**.

Затем нажмите кнопку **Число байт** и введите число байтов с помощью ручки **Многофункц. а**.

Если выбран пункт **MOSI & MISO**, нажмите в нижнем меню кнопку **Данные** и в боковых меню введите нужные параметры.

Синхронизация по шине RS-232

Можно выполнять синхронизацию следующих типов: **начал. бит Tx**, **начал. бит Rx**, **Конец пакета Tx**, **Конец пакета Rx**, **Данные Tx** и **Данные Rx**.

При настройке синхронизации по шине RS-232 и выборе для параметра **Запуск по** варианта **Данные Tx** или **Данные Rx** в нижнем меню нажмите кнопку **Данные**.

Нажмите кнопку **Число байт** и введите число байтов с помощью ручки **Многофункц. а**.

В боковом меню нажмите кнопку **Данные** и введите необходимые параметры с помощью ручек **Многофункц. а** и **Многофункц. б**.

Синхронизация по шине CAN

Синхронизацию можно выполнить по параметру **Старт кадра**, **Тип из кадров**, **Идентифик.**, **Данные**, **Ид.** и **данные**, **Конец кадра** и **Нет подтв.**

При настройке синхронизации по шине CAN и выборе для параметра **Запуск по** варианта **Тип из кадров** в нижнем меню нажмите кнопку **Тип кадра** и выберите **Кадр данных**, **Дистанцион. кадр**, **Кадр погрешности** или **Кадр перегрузки**.

При выборе для параметра **Запуск по** варианта **Идентифик.** в нижнем меню нажмите кнопку **Идентифик.** и выберите пункт **Формат**. Затем в боковом меню нажмите кнопку **Идентифик.** и многофункциональными регуляторами **а** и **б** введите двоичное или шестнадцатеричное значение.

Нажмите в нижнем меню кнопку **Направление** и выберите нужный вариант: **Чтение**, **Запись** или **Чтен.-Запись**.

При выборе для параметра **Запуск по** варианта **Данные** в нижнем меню нажмите кнопку **Данные** и введите нужные параметры.

Синхронизация по шине LIN

Синхронизацию можно выполнить по параметрам **Синхрониз.**, **Идентифик.**, **Данные**, **Ид.** и **данные**, **Актив. кадра**, **Неакт. кадр** или **Ошибка**.

При настройке синхронизации по шине LIN и выборе кнопкой **Запуск по** пункта **Идентифик.**, **Данные** или **Ид. и данные** в нижнем меню нажмите кнопку **Идентифик.** или **Данные** и введите нужные параметры в появившемся боковом меню.

Если для параметра **Запуск по** выбран вариант **Ошибка**, нажмите в нижнем меню кнопку **Тип ошибки** и в появившемся боковом меню введите нужные параметры.

Синхронизация по шине FlexRay

Можно выполнить синхронизацию по параметрам **Старт кадра**, **Тип из кадров**, **Идентифик.**, **Счет циклов**, **Поля загол.**, **Данные**, **Ид.** и **данные**, **Конец кадра** и **Ошибка**.

Синхронизация по шине Audio

При использовании аудиошины **I2C**, **Left Justified (LJ)** или **Right Justified (RJ)** можно выполнить синхронизацию по параметрам **Выбор слова** или **Данные**.

Если используется звуковая шина **TDM**, можно выполнять синхронизацию по параметрам **Кадр.синхр.** или **Данные**.

Синхронизация по шине USB

Можно выполнить синхронизацию по параметрам **Синхрониз.**, **Сброс**, **Suspend** (Приостановить), **Resume** (Возобновить), **Конец пакета**, **Token (Address) Packet** (Пакет маркера (адреса)), **Data Packet** (Пакет данных), **Handshake Packet** (Пакет установления связи), **Special Packet** (Специальный пакет) или **Ошибка**.

Синхронизация шины MIL-STD-1553

Синхронизацию можно осуществлять по пунктам **Синхрониз.**, **Command** (Команда), **Status** (Состояние), **Данные**, **Time (RT/IMG)** (Время (RT/IMG)) или **Ошибка**.

Если при настройке синхронизации MIL-STD-1553 выбрано значение **Запуск вкл.** для пункта **Command** (Команда), нажмите кнопку **RT Address** (Адрес RT) нижнего экранного меню, чтобы ввести конкретные значения **RT Address** (Адрес RT) для синхронизации. Нажимайте кнопку нижнего экранного меню **Command Word Details** (Подробное описание командного слова), чтобы ввести значения **T/R bit** (Бит T/R), **Subaddress/Mode** (Субадрес/Режим), **Word Count/Mode Code** (Подсчет слов/Код режима) и **Четность**.

Если при настройке синхронизации MIL-STD-1553 выбрано значение **Запуск вкл.** для пункта **Status** (Состояние), нажмите кнопку **RT-Address** (Адрес RT) нижнего экранного меню, чтобы ввести конкретные значения параметра **RT Address** (Адрес RT) для синхронизации. Нажимайте кнопку **Status Word Bits** (Биты слова состояния) нижнего экранного меню, чтобы ввести значения параметров **Message Error (bit 9)** (Ошибочное сообщение (бит 9)), **Instr. (bit 10)** (Приб. (бит 10)), **Service Req. (bit 11)** (Треб. сервиса (бит 11)), **BCR (bit 15)** (BCR (бит 15)), **Busy (bit 16)** (Занято (бит 16)), **Subsystem Flag (bit 17)** (Флаг подсистемы (бит 17)), **DBCA (bit 18)** (DBCA (бит 18)), **Terminal Flag (bit 19)** (Флаг терминала (бит 19)) и **Четность**.

Если при настройке синхронизации MIL-STD-1553 выбрано значение **Запуск вкл.** для пункта **Данные**, нажмите кнопку **Данные** нижнего экранного меню, чтобы ввести конкретные значения параметров **Данные** и **Четность**.

Если при настройке синхронизации MIL-STD-1553 выбрано значение **Запуск вкл.** для пункта **Time (RT/IMG)** (Время (RT/IMG)), нажмите кнопку **Усл. запуска** нижнего экранного меню, чтобы задать условие запуска. Нажмите кнопку **Время** нижнего экранного меню, чтобы задать **Maximum** (Максимум) и **Minimum** (Минимум) по времени.

Если при настройке синхронизации MIL-STD-1553 выбрано значение **Запуск вкл.** для пункта **Ошибка**, нажмите кнопку **Тип ошибки** нижнего экранного меню, чтобы выбрать тип ошибки для синхронизации.

Проверка на совпадение данных при синхронизации по шинам I²C, SPI, USB, CAN, LIN и FlexRay

Совпадение байтов в скользящем окне для шин I²C, SPI, USB и FlexRay. Чтобы использовать скользящее окно для синхронизации данных, задайте число совпадающих байтов. Затем на осциллографе с помощью скользящего окна выполняется поиск всех совпадений внутри пакета, причем при каждой проверке окно смещается на один байт.

Например, если задано количество в один байт, осциллограф будет пытаться проверить совпадение для первого, второго и третьего байтов и так далее для всех байтов в пакете.

Если задано количество в два байта, выполняется проверка для всех последовательных пар байтов, например для первого и второго, второго и третьего, третьего и четвертого и так далее. При обнаружении совпадения осциллограф запустит синхронизацию.

Для шины FlexRay или USB совпадение байтов в скользящем окне достигается выбором для параметра **Смещение, в байтах** в меню «Данные» значения **Не важно**.

Совпадение определенного байта (при проверке на совпадение данных в нескользящем окне для определенного положения в пакете) для шин I²C, SPI, USB, CAN и FlexRay.

Синхронизацию по определенному байту для шин I²C, SPI, CAN и FlexRay можно выполнить несколькими способами:

- Для шин I²C и SPI вводится количество байтов сигнала, проверяемых на совпадение. Затем используется установка в безразличное состояние (X) для маскирования ненужных байтов.
- Чтобы запустить синхронизацию типа **Адр./Данные** для шины I²C, в нижнем экранном меню нажмите кнопку **Запуск по**. Нажмите кнопку **Адрес**. В боковом меню нажмите кнопку **Адрес** и вращайте ручки **Многофункц. а** и **Многофункц. б**. Если требуется маскировать адрес, установите для него состояние «Не важно (X)». Данные проверяются на совпадение, начиная с первого байта, без использования прокручиваемого окна.
- Запуск для шины USB производится, когда выбранные пользователем входные данные совпадают с данными и квалификатором в сигнале, начиная со смещения в байтах. Установите число байтов, которые должны совпасть с представляющими интерес байтами. С помощью классификатора данных задайте операции =, !=, <, >, >= и <=.
- Запуск для шины CAN производится, когда выбранные пользователем входные данные совпадают с данными и квалификатором в сигнале, начиная с первого байта. Установите число байтов, которые должны совпасть с исследуемыми байтами. С помощью квалификатора данных задайте операции =, !=, <, >, >= и <=. Запуск по

идентификатору и данным всегда совпадает с идентификатором и данными, выбранными пользователем, причем данные начинаются с первого байта. Скользящее окно не используется.

- Запуск синхронизации для шин FlexRay и Ethernet производится, когда выбранные пользователем входные данные совпадают с данными и квалификатором в сигнале, начиная со смещения в байтах. Установите число байтов, которые должны совпасть с представляющими интерес байтами. С помощью классификатора данных задайте операции: =, !=, <, >, >= и <=. Синхронизация по идентификатору и данным всегда происходит при совпадении с идентификатором и данными, выбранными пользователем, причем данные отсчитываются с первого байта. Скользящее окно не используется.

Согласование значений данных

Можно запускать синхронизацию по определенному значению данных для байтов на шине RS-232. Если задан символ конца пакета, чтобы использовать его для декодирования шины RS-232, можно использовать этот же символ конца пакета в качестве значения для проверки совпадения данных при синхронизации. Для этого выберите символ «Конец пакета передачи» или «Конец пакета приема» в качестве варианта выбора «Запуск по».


Для других шин также имеется возможность синхронизации по конкретному значению данных.

Совпадение байтов при синхронизации по параллельной шине

Оптимальные характеристики синхронизации по параллельной шине достигаются при использовании только аналоговых каналов или только цифровых каналов.

Проверка настроек синхронизации

Чтобы быстро определить значения некоторых ключевых параметров синхронизации, проверьте экранную надпись синхронизации в нижней части экрана. Экранные надписи различаются для запусков по фронту и сложных запусков.



Экранная надпись синхронизации по фронту

1. Источник синхронизации = канал 1.
2. Наклон синхронизации = нарастающий фронт.
3. Уровень синхронизации = 0,00 В.

Использование синхронизации последовательности (по событию А (основное) и по событию В (с задержкой))

Сочетание синхронизации по фронту события А (основная синхронизация) и события В (задержанная синхронизация) позволяет синхронизироваться со сложными сигналами. После того как произошло событие «А», система синхронизации ожидает событие «В», а затем выполняет синхронизацию и отображает запись сигнала.

У запусков «А» и «В» обычно бывают разные источники.

ПРИМЕЧАНИЕ. Можно выбрать запуск при выборе типа наклона **Спадающий** или **Нарастающий**, но только не при выборе типа наклона **Оба**.

Сначала используйте меню синхронизации по фронту, чтобы настроить синхронизацию по событию «А». Затем, чтобы запустить синхронизацию по событию «В», выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку **Меню** в группе «Запуск».



2. Нажмите кнопку **Тип**.
3. Вращайте ручку **Многофункц. а**, чтобы выбрать тип синхронизации **Последоват.(запуск.В)**.

Появится меню последовательности для синхронизации «В».

4. Нажмите кнопку **Запуск В после А**.

Тип	Источник	Тип входа	Фронт	Уровень	Запуск В после А	Режим
Последоват. (запуск.В)	1	пост. ток		0,00 В	Время	Авто и задержка




Выберите способ, чтобы выбрать составление последовательности из синхронизации события «В» после события «А», с помощью кнопки бокового меню.

Время (a) 8 нс
События В 1
Устано- вить на минимум

- Установите другие параметры последовательной синхронизации в соответствующих боковом и нижнем экранном меню.


Синхронизация по событию «В» после задержки

По событию «А» прибор подготавливается к синхронизации. Запись сигнала для интервала времени после точки синхронизации начинается по первому фронту «В» после задержки.



Синхронизация по событию «В»

По событию «А» прибор подготавливается к запуску. Запись сигнала для интервала времени после точки синхронизации начинается после n-го события «В».



Советы

- Время задержки синхронизации по событию «В» и время задержки, определяющее положение по горизонтали, являются независимыми функциями. При определении условия запуска с использованием только запуска по событию «А» или запусков по событиям «А» и «В» можно также задать задержку по горизонтали, чтобы регистрация сигнала начиналась через дополнительный интервал времени.
- Использование синхронизации «В» возможно только тогда, когда для синхронизации «А» и «В» установлен тип «По фронту».

Запуск и остановка регистрации

После настройки параметров сбора данных и синхронизации запустите регистрацию сигнала нажатием кнопки **Пуск/стоп** или **Однократный**.

- Чтобы начать регистрацию сигнала, нажмите кнопку **Пуск/Стоп**. Осциллограф последовательно регистрирует данные до тех пор, пока снова не будет нажата эта кнопка, чтобы остановить регистрацию.



- Чтобы выполнить однократную регистрацию сигнала, нажмите кнопку **Однократный**.

При нажатии кнопки «Однократный» устанавливается режим синхронизации **Обычная** для однократной регистрации.

- Если имеется активная аналоговая или цифровая осциллограмма, то нажатие кнопки **Пуск/стоп** для прекращения регистрации данных переведет осциллограф в режим ожидания еще одного события синхронизации, после чего произойдет остановка. По завершении регистрации кнопка **Пуск/стоп** изменит цвет на красный, а кнопка **Однокр.** погаснет.

Если для параметра «Режим синхронизации» выбрано значение «Авто» и в течение таймаута автоматической синхронизации не наступит иное событие синхронизации, то произойдет регистрация данных и прибор будет остановлен.


Если для параметра «Режим синхронизации» выбрано значение «Обычный», осциллограф продолжит ожидать событие синхронизации столько времени, сколько потребуется.

Отображение осциллограмм и зависимостей

В данном разделе содержатся понятия и процедуры, используемые для отображения зарегистрированного сигнала или зависимостей.

Добавление и удаление осциллограмм

1. Чтобы добавить или удалить осциллограмму с экрана, нажмите кнопку соответствующего канала на передней панели или кнопку «D15-D0».
- Независимо от того, отображается ли канал, его можно использовать в качестве источника синхронизации.




Настройка стиля отображения и послесвечения экрана

1. Чтобы настроить стиль отображения, нажмите кнопку **Сбор данных**.



2. Нажмите кнопку **Отобр. осцил.**

Режим Выборка	Длина памяти 10k	FastAcq Выкл.	Delay (За- держка) Вкл. Выкл.	Уст. пол- ожение по горизонт- али в 10%	Waveform Display (Отобра- жение осцилло- граммы)	Вывод по XY Вкл.
------------------	------------------------	------------------	--------------------------------------	--	---	------------------------



3. В боковом экранном меню нажмите кнопку **Только точк. Вкл. Выкл.** Если этот параметр включен, точки записи осциллограммы отображаются в виде экранных точек. Если он выключен, точки осциллограммы соединяются векторами.

Отобр.
осцил

Только
точки
Вкл. | **Выкл.**

3

4. Для отключения послесвечения переключите параметр **Послесвеч.** в значение **Выкл.**

Послесв-
ечение
Вкл. |
Выкл.

4

5. Нажмите кнопку **Время послесвеч.** и вращайте ручку **Многофункц. а**, чтобы установить время, в течение которого осциллограмма сохраняется на экране.

Время
послесв-
еч.
(а) Авто

5

6. Чтобы выбрать автоматическую установку времени послесвечения, нажмите кнопку **Установить на «Авто»**.

Установка
на "Авто"

6

7. Чтобы сбросить настройку послесвечения, нажмите кнопку **Выключить послесвечение**.

Выключ-
ить после-
свеч.

7

8. Чтобы отобразить амплитуду одной осциллограммы напротив амплитуды другой осциллограммы, нажмите кнопку **Вывод по ХУ**. Затем в боковом меню нажмите кнопку **ХУ с запуском**.
Точка данных из первой осциллограммы указывает положение по горизонтали, а соответствующая точка данных из второй осциллограммы указывает положение по вертикали для каждой отображаемой точки.
Опционально можно одновременно просматривать оба отображения УТ и ХУ на одном экране.

Советы


- Переменное послесвечение означает накопление точек записи в течение указанного интервала времени. Каждая точка гаснет в соответствии с установленным значением времени независимо от остальных. Переменное послесвечение применяется для отображения редко появляющихся аномалий сигнала, например выбросов.
- Бесконечное послесвечение означает, что точки записи постоянно накапливаются до тех пор, пока не будет изменен какой-либо параметр отображения регистрации. Бесконечное послесвечение применяется для отображения однократных аномалий сигнала, например выбросов.
- В режиме «Вывод XY» на графике отображаются данные фиксированных пар осциллограмм друг относительно друга.

Настройка стиля масштабной сетки


1. Чтобы настроить стиль масштабной сетки, нажмите кнопку **Utility**.



2. Нажмите кнопку **Стр. сервиса**.



3. Вращайте ручку **Многофункц.** а и выберите команду **Дисплей**.



4. В нижнем экранном меню нажмите кнопку **Сетка**.

Стр. сервиса Дисплей	Яркость подсветки Высокая	Сетка Полная	Комментарий к экрану	Показания частоты синхрониз.		
-------------------------	------------------------------	-----------------	----------------------	------------------------------	--	--




5. В появившемся боковом экранном меню выберите стиль.

Сетка **Кадр** обеспечивает четкое и наглядное представление результатов автоматического измерения и другого текста на экране.

Полная сетка помогает выполнить курсорные измерения на печатных копиях.

Стили масштабной сетки **Сетка**, **Сплошная** и **Перекрестие** являются промежуточными вариантами между стилями **Кадр** и **Полная**.



Советы


- Предоставляется возможность отображать масштабные сетки с единицами IRE и mV. Для этого установите тип синхронизации по видеосигналу и задайте для масштаба по вертикали значение 114 мВ/дел. (Вариант 114 мВ/дел. доступен в точных настройках масштаба по вертикали для канала, когда задан тип синхронизации по видеосигналу.) На осциллографе автоматически отображается масштабная сетка IRE для сигналов NTSC и масштабная сетка для других видеосигналов (PAL, SECAM, HDTV и пользовательские).

Настройка яркости подсветки ЖК-дисплея и времени, по истечении которого она уменьшается


1. Нажмите кнопку **Utility**.



2. Нажмите кнопку **Стр. сервиса**.



3. Вращайте ручку **Многофункц.** а и выберите команду **Дисплей**.



4. Нажмите кнопку **Яркость подсветки**.

Стр. сервиса Дисплей	Яркость подсветки Высокая	Сетка Полная	Комментарий к экрану			
-------------------------	------------------------------	-----------------	----------------------	--	--	--



5. В появившемся боковом экранном меню выберите уровень яркости. Возможны следующие варианты: **Высокая**, **Средняя** и **Низкая**.

Яркость подсветки
Яркость подсветки Высокая
Ав.выкл Вкл. Выкл.
Низкая 60 мин

6. При включенном параметре **Ав.выкл** яркость подсветки экрана будет уменьшаться по истечении заданного времени. Эта функция позволяет продлить срок службы ЖК-экрана.

Настройка яркости осциллограмм


1. Нажмите на передней панели кнопку **Яркость**.



На экране появится экранная надпись яркости.

- a Waveform Intensity: 35%
b Graticule Intensity: 75%

2. Для выбора яркости осциллограммы вращайте ручку **Многофункц. а**.



3. С помощью ручки **Многофункц. б** установите требуемую яркость масштабной сетки.


4. Чтобы убрать с экрана экранную надпись яркости, еще раз нажмите кнопку **Яркость**.




Выбор масштаба и положения осциллограммы

Элементы управления отображением по горизонтали служат для настройки временной развертки, точки синхронизации, а также для более подробного просмотра осциллограммы. Для настройки отображения осциллограмм также можно использовать элементы управления увеличением и панорамированием с помощью функции Wave Inspector. (См. стр. 171, *Управление осциллограммами при большой длине памяти*.)

Если нажать ручку **Положение** в группе «По гориз.» и при этом параметр **Задержка** будет иметь значение **Вкл.**, то будет установлено положение по горизонтали, соответствующее 0 с. Если нажать эту ручку и при этом параметр **Задержка** будет иметь значение **Выкл.**, то будет установлено положение по горизонтали, соответствующее 10 %.



Элементы управления отображением по вертикали используются для выбора осциллограмм, корректировки положения по вертикали и масштаба осциллограммы и установки параметров входа. Нажмите необходимое количество раз кнопку меню канала (1, 2, 3 или 4) и кнопки соответствующих пунктов меню, чтобы выбрать, добавить или удалить осциллограмму.



Советы

- **Просмотр.** При использовании ручек положения и масштаба в группе органов управления отображением по вертикали во время остановки регистрации данных или ожидания следующей синхронизации осциллограф соответствующим образом изменяет положение и масштаб соответствующей осциллограммы. Эти изменения имитируют картину, которая появится при следующем нажатии кнопки **Пуск**. Вновь заданные параметры используются осциллографом при отображении результатов следующей регистрации данных.


Если изображение выходит за рамки экрана, осциллограмма отображается в усеченном виде.

При использовании предварительного просмотра расчетная осциллограмма, курсоры и автоматические измерения остаются активными и не искажаются.

Настройка параметров входа

Органы управления отображением по вертикали используются для выбора осциллограмм, корректировки положения по вертикали и масштаба осциллограммы и установки параметров входа.

1. Нажмите кнопку меню канала 1, 2, 3 или 4, чтобы вызвать меню вертикальных параметров для выбранной осциллограммы. Меню вертикальных параметров действует только для выбранной осциллограммы.



Кроме того, при нажатии кнопки канала разрешается или запрещается выбор соответствующей осциллограммы.

2. Для выбора типа входа нажмите несколько раз кнопку **Тип входа**. При связи по постоянному току на вход пропускаются как постоянная, так и переменная составляющие сигнала.

При связи по переменному току постоянная составляющая задерживается, и на вход поступает только переменная составляющая сигнала.

Тип входа DC AC	Согл. нагр. 1MΩ 50Ω	Инверсия Вкл Выкл	Полоса проп.я Полная	(1) Метка	Дополнит.	
2	3	4	5	6	7	

3. Для выбора входного импеданса требуемое число раз нажмите кнопку **Согл. нагр.**

При использовании связи по постоянному току установите входной импеданс (согласующую нагрузку) 50 Ом или 1 МОм. При использовании связи по переменному току автоматически устанавливается импеданс 1 МОм.

Импеданс 75 Ом доступен в моделях с верхней границей полосы пропускания не более 500 МГц.

Для получения дополнительной информации о входном импедансе см. раздел **Советы**. (См. стр. 125, *Советы*.)

4. Чтобы инвертировать сигнал, нажмите кнопку **Инверсия**.

Для обычной работы выберите **Инверсия Выкл.**, для инвертирования полярности сигнала в предварительном усилителе выберите **Инверсия Вкл.**

5. Нажмите кнопку **Полоса проп.** и выберите нужную полосу пропускания в появившемся боковом экранном меню.

Имеются следующие варианты выбора: «Полная», «250 МГц» и «20 МГц». В зависимости от типа используемого пробника могут появиться дополнительные варианты.

Чтобы установить полную ширину полосы пропускания осциллографа, выберите **Полная**.

Чтобы установить ширину полосы пропускания осциллографа 250 МГц, выберите **250 МГц**.

Чтобы установить ширину полосы пропускания осциллографа 20 МГц, выберите **20 МГц**.

ПРИМЕЧАНИЕ. В моделях осциллографов на 100 МГц и 200 МГц опция меню «250 МГц» отсутствует.

6. Нажмите кнопку **Метка**, чтобы создать метку для канала. (См. стр. 58, *Обозначения каналов и шин*.)

7. Нажмите кнопку **Дополнит.**, чтобы открыть всплывающее меню дополнительных функций. Эти функции описаны ниже.

8. Выберите **шкала точ. от.**, чтобы с помощью ручки **Многофункц. а** выполнить точные настройки вертикальной шкалы.



9. Выберите кнопку **Смещение**, чтобы с помощью ручки **Многофункц. а** выполнить точные настройки смещения по вертикали.

Чтобы установить смещение по вертикали 0 В, в боковом экранном меню выберите **Установка на 0 В**.

Для получения дополнительной информации о смещении см. раздел **Советы**. (См. стр. 125, *Советы*.)

10. Выберите кнопку **Настройка пробника**, чтобы задать параметры пробника.

В появившемся боковом экранном меню выполните следующие действия.

- Выберите **Напряжение** или **Ток**, чтобы задать тип пробника для пробников, не оснащенных интерфейсом TekProbe Level 1, TekProbe II (требуется адаптер TPA-BNC) или TekVPI.
- При работе с пробниками, не оснащенными интерфейсом Tek, когда для параметра **Тип** задано значение **Напряжение**, вращайте ручку **Многофункц. а**, чтобы установить **Ослабление**, соответствующее пробнику.
- При работе с пробниками, не оснащенными интерфейсом Tek, когда для параметра **Тип** задано значение **Ток**, вращайте ручку **Многофункц. а**, чтобы установить отношение ток/напряжение (ослабление), соответствующее пробнику.
- Если измерение тока выполняется по падению напряжения на резисторе, задайте для параметра **Ток измерения** значение **Да**. Нажмите в боковом экранном меню кнопку отношения **A/B** и вращайте ручку **Многофункц. а**, чтобы установить отношение ток/напряжение или напряжение/ток для своей системы. Например, если измеряется падение напряжения на резисторе сопротивлением 2 Ом, установите отношение В/А равным 2.
- При использовании некоторых типов пробников можно нажать эту кнопку, чтобы отправить осциллографу команду на выполнение калибровки всего сигнального тракта от наконечника пробника до соответствующего канала осциллографа. Это может обеспечить более равномерную частотную характеристику по всему частотному диапазону.

11. Выберите значение **Комп.** чтобы выполнить регулировку отображения и измерения для пробников, у которых различное временное запаздывание. Это особенно важно, когда используется пробник тока в сочетании с пробником напряжения.

Для достижения наилучших результатов применяйте специальные компенсаторы, например Tektronix 067-1686-xx.

Если компенсатора нет, можно использовать элементы управления в меню «Комп.», чтобы задать для параметров компенсации осциллографа рекомендованные значения, основываясь на номинальных значениях временного запаздывания для каждого пробника. Осциллографом автоматически загружаются значения номинальных временных задержек пробников TekVPI и TekProbe II (требуется адаптер TPA-BNC). Для других типовых пробников в боковом меню нажмите кнопку **Выбрать** и выберите канал, к которому присоединен пробник. Затем в боковом меню нажмите кнопку **Модель пробника** и выберите модель пробника. Если используемого пробника нет в списке, задайте для модели пробника значение **Другое**, нажмите кнопку **Задержка распротр.** и с помощью ручки **Многофункц. а** выберите соответствующую задержку распространения.

Чтобы отобразить рекомендованные значения компенсации временного запаздывания, вычисленные осциллографом, установите для параметра **Показ. рек. компенсации** значение **Да**.

Чтобы задать значения компенсации временного запаздывания для каждого канала, нажмите в боковом экранном меню кнопку **Уст. для всех компенсаций реком. знач.**

Советы

- **Использование пробников с интерфейсами TekProbe II и TekVPI.** При подсоединении пробника с интерфейсом TekProbe II или TekVPI осциллограф автоматически устанавливает чувствительность канала, тип входа и сопротивление в соответствии с характеристиками пробника. Для пробников с интерфейсом Tek Probe II требуется адаптер TPA-BNC.
- **Разница между положением по вертикали и смещением.** Регулируя положение по вертикали, можно располагать осциллограммы там, где они должны отображаться для просмотра. Индикаторы опорной линии осциллограммы указывают нулевой уровень напряжения (или тока) для каждой осциллограммы. При регулировке масштаба по вертикали осциллограмма растягивается относительно индикатора опорной линии осциллограммы.

Когда для перемещения кривой используется элемент управления «Канал» <X> > **Дополнит. >Смещение > Вертик. смещение**, индикатор опорной линии уже не соответствует нулевому значению. Вместо этого он показывает уровень смещения. При регулировке масштаба по вертикали осциллограмма растягивается относительно индикатора опорной линии осциллограммы.

- **Защита входа 50 Ом.** При выборе нагрузочного сопротивления 50 Ом максимальный масштаб вертикальной шкалы составляет 1 В/дел., а у пробника 10X 10 В. Если приложить дополнительное входное напряжение, то осциллограф автоматически переключится на нагрузочное сопротивление 1 МОм, чтобы защитить внутреннюю нагрузку 50 Ом. Дополнительную информацию о технических характеристиках см. в *справочном руководстве по техническим характеристикам осциллографов серии MDO3000*.


Расположение и маркировка сигналов шин

Расположение сигналов шины. На передней панели нажмите кнопку соответствующей шины и вращайте ручку **Многофункц. а**, чтобы настроить положение выбранной шины по вертикали. (См. стр. 72, *Настройка последовательной или параллельной шины*.)

1. Нажмите на передней панели соответствующую кнопку шины, чтобы выбрать эту шину.



2. Вращайте ручку **Многофункц. а**, чтобы настроить положение выбранной шины по вертикали.



Маркировка сигналов шины. Для маркировки шины выполните следующие действия:

1. Нажмите на передней панели соответствующую кнопку шины.



2. Нажмите кнопку **Метка**.
(См. стр. 58, *Обозначения каналов и шин.*)

Шина (B1) Парал- ельная	Определ. входов	Порог. напр.		(B1) Метка Парал- ельная	Отобра- жение шины	Таблица событий
-------------------------------	--------------------	-----------------	--	--------------------------------	--------------------------	--------------------



Расположение, масштабирование и группировка цифровых каналов

1. Нажмите на передней панели кнопку **D15–D0**.



2. В нижнем меню нажмите кнопку **D15–D0**.


D15 – D0 Вкл/Выкл	Порог. напр.	Изменить метки		Монитор Вкл. Вы- кл.	MagniVu Вкл. Выкл	Высота S M L
----------------------	-----------------	-------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------	--------------------------



3. Нажмите в боковом меню кнопку **Выбрать**.



4. Вращайте ручку **Многофункц. а**, чтобы выбрать перемещаемый канал.



5. Для перемещения выбранного канала вращайте ручку **Многофункц. б**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Экран канала (или группы) перемещается только после прекращения вращения рукоятки.




6. Чтобы изменить масштаб (высоту) цифровых каналов, нажмите в нижнем экранном меню кнопку **Высота**.

ПРИМЕЧАНИЕ. При выборе варианта **S** (Небольшая) каждая осциллограмма будет отображаться высотой 0,2 дел. При выборе варианта **M** (Средняя) каждая осциллограмма будет отображаться высотой 0,5 дел. При выборе варианта **L** (Большая) каждая осциллограмма будет отображаться высотой 1 деление. Вариант **L** реализуется только в том случае, если на экране достаточно места для отображения осциллограмм. Одновременно может отображаться до восьми осциллограмм по варианту **L**.

7. Для упрощения идентификации можно маркировать отдельные цифровые каналы. (См. стр. 58, Обозначения каналов и шин.)

8. Чтобы сгруппировать некоторые или все цифровые каналы вместе, переместите каналы и разместите их рядом друг с другом. Все расположенные рядом каналы автоматически образуют группу.



Чтобы отобразить группы, в боковом меню нажмите кнопку **Выбрать** и вращайте ручку **Многофункц. а**.

Когда группа выбрана, вращайте ручку **Многофункц. б**, чтобы переместить всю группу.


Просмотр цифровых каналов

Разные способы отображения данных цифровых каналов помогают анализировать сигналы. В цифровых каналах сохраняется верхнее или нижнее состояние каждой выборки.

Логические верхние уровни отображаются зеленым цветом. Логические нижние уровни отображаются синим цветом. Когда происходит единичный переход за время, представляемое одним столбцом пикселей, переход (фронт) отображается серым цветом.

Когда происходят несколько переходов за время, представляемое одним столбцом пикселей, переход (фронт) отображается белым цветом.

Когда на экране отображается белый фронт, обозначающий несколько переходов, отдельные фронты можно увеличить, чтобы рассмотреть.



Если увеличение такое большое, что для выборки используется более одного столбца пикселей, то на неопределенность положения фронта указывает светло-серая тень.



ПРИМЕЧАНИЕ. Когда на экране видне светло-серая тень, используйте режим *MagniVu*.

Комментирование экрана

Можно добавить свой текст на экран, выполнив следующие действия:


1. Нажмите кнопку **Utility**.



2. Нажмите кнопку **Стр. сервиса**.



3. Вращайте ручку **Многофункц. а** и выберите команду **Отобразить**.



4. В появившемся меню в нижней части экрана выберите команду **Комментарий к экрану**.



5. В боковом экранном меню нажмите кнопку **Показать комментарий**, чтобы выбрать **Вкл** в боковом меню.

Появится окно аннотаций. С помощью ручек **Многофункц. а** и **Многофункц. б** измените его положение на экране.

6. Нажмите кнопку **Изменить комментарий** в боковом меню.

7. Чтобы выбрать требуемые символы, для прокрутки списка букв, цифр и других символов вращайте ручку **Многофункц. а**.

Либо воспользуйтесь для ввода символов USB-клавиатурой. (См. стр. 37, *Подсоединение к осциллографу USB-клавиатуры*.)

Чтобы изменить положение текста аннотации, в боковом меню нажмите кнопку **Положение** и вращайте ручки **Многофункц. а** и **Многофункц. б**.

Просмотр частоты синхронизации

Можно вывести на экран значение частоты синхронизации. Выполняется подсчет всех событий синхронизации, независимо от того, используются ли они осциллографом для синхронизации или нет, и отображается число таких событий в секунду. Чтобы вывести на экран этот показатель, выполните следующие действия:


1. Нажмите кнопку **Utility**.



2. Нажмите кнопку **Стр.сервиса**.



3. Вращайте ручку **Многофункц.** и выберите команду **Дисплей**.




4. В появившемся в нижней части экрана меню нажмите кнопку **Показания частоты синхрониз.**



5. Нажмите кнопку **Вкл** бокового экранного меню.

Теперь частота синхронизации появится среди показаний синхронизации в правом нижнем углу экрана.



Отображение меню частотной области

1. Нажмите кнопку **RF (PЧ)**, чтобы вызвать меню частотной области.



2. Нажмите кнопку **Спектр. зависим.**, чтобы вызвать боковое меню четырех типов спектральных зависимостей, которые может отображать осциллограф MDO3000.



3. Нажмите **Spectrogram**, чтобы отобразить в боковом меню настройки включения и отображения спектрограммы.
4. Нажмите кнопку **Метод обнаружения**, чтобы вызвать боковое меню способов уменьшения выхода БПФ на дисплей шириной 750 пикселей.
5. Нажмите кнопку **Изменить метку**, чтобы пометить кривые РЧ.
6. Нажмите **Дополнит.**, чтобы выбрать боковое меню для компенсации тракта РЧ-сигнала или настройки пробника РЧ-входа.

Типы зависимостей

В окне частотной области возможно отображение четырех типов спектральных зависимостей. Эти зависимости можно включать и выключать для каждого канала независимо. Возможно одновременное отображение всех перечисленных зависимостей или только некоторых из них.

1. Нажмите кнопку **Спектральные зависимости** в меню РЧ-сигнала, чтобы вызвать связанное боковое меню.

2. Установите для параметра **Обычный** значение **Вкл.**, чтобы отобразить нормальную зависимость.

3. Чтобы отображать усредненную кривую, присвойте параметру **Среднее** значение **Вкл.**. Вращайте ручку **Многофункц. а**, чтобы задать количество осциллограмм, включаемых в каждое усреднение.


4. Установите для параметра **Фиксация максимума** значение **Вкл.**, чтобы отобразить кривую фиксации максимума.

5. Установите для параметра **Фиксация минимума** значение **Вкл.**, чтобы отобразить кривую фиксации минимума.

Спектральные зависимости	
Обычный Вкл. Выкл.	2
Среднее 16 Вкл. Выкл.	3
Фиксация максимума Вкл. Выкл.	4
Фиксация минимума Вкл. Выкл.	5

На рисунке справа показаны различные типы зависимостей.


1. Нормальная зависимость: каждый элемент регистрации данных вытесняется следующим элементом данных.
2. Кривая фиксации максимума: максимальные значения накапливаются на основе нескольких экземпляров регистрации нормальной зависимости.
3. Кривая фиксации минимума: минимальные значения накапливаются на основе нескольких экземпляров регистрации нормальной зависимости.
4. Усредненная зависимость: данные усредняются на основе нескольких регистраций нормальных зависимостей. Выполняется усреднение реальной мощности перед логарифмическим преобразованием. Усреднение по каждой из степеней двойки снижает отображаемый шум на 3 дБ.



На рисунке справа показан индикатор вида зависимости частотной области.

1. Индикатор **РЧ** размещается по опорному уровню.
2. Заглавная буква **М** указывает на то, что включена кривая фиксации максимума.
3. Заглавная буква **А** указывает на то, что включена усредненная зависимость.
4. Заглавная буква **Н** указывает на то, что включена нормальная зависимость.
5. Строчная буква **т** указывает на то, что включена кривая фиксации минимума.


Оранжевым цветом выделен текущий выбранный тип зависимости. На рисунке справа оранжевым цветом выделена строчная буква **т**, соответствующая кривой фиксации минимума. Это указывает на то, что текущей выбранной кривой является кривая фиксации минимума.



Способы детектирования

Осциллограф MDO3000 вычисляет БПФ с числом выходных точек от 1000 до примерно 2 000 000, в зависимости от настроенных параметров регистрации данных. Затем полученные результаты БПФ сжимаются для отображения на экране шириной 750 пикселей. Это означает что в каждом столбце пиксельной сетки будет размещаться от 1 до 2000 точек БПФ. В осциллографе MDO3000 предусмотрены настройки для выбора способа «сжатия» данных БПФ. Возможны следующие варианты: +peak (положительный пик), выборка, среднее и -peak (отрицательный пик). На рисунке ниже показано, как перечисленные методы детектирования работают при уплотнении данных БПФ в пропорции 5:1 (пять точек на один пиксель).

1. Точки БПФ




2. Прореживание



3. +Peak (Положительный пик):
используется точка с наибольшей
амплитудой на каждом интервале.

3



4. Выборка: используется первая точка
каждого интервала.

4




5. Среднее: используется среднее по
всем точкам каждого интервала.

5



6. –Peak (отрицательный пик):
используется самая нижняя точка
амплитуды в каждом интервале.



Отображение спектрограммы


Отображение спектрограммы наиболее полезно для отслеживания медленных изменений РЧ-сигнала. Частота откладывается по оси Х, как и в случае типичного отображения спектра. По оси Y откладывается время. Значения амплитуды кодируются цветом.

Срезы спектрограммы создаются путем поворота каждого спектра таким образом, чтобы его высота на экране составляла один пиксел, при этом цвет пиксела указывает на амплитуду соответствующей частоты сигнала. Малым значениям амплитуд соответствуют синий и зеленый цвета, большим значениям — желтый и красный цвета. Каждая новая регистрация данных приводит к добавлению очередного среза в нижней части спектрограммы. Временная последовательность измерений при этом сдвигается на одну строку вверх.

По окончании регистрации можно выполнить навигацию по истории спектрограммы, нажав в боковом меню элемент управления «Срез» и вращая ручку **Многофункц. а**. По окончании регистрации и отображении спектрограммы будет отображена кривая среза спектрограммы в виде обычной кривой спектра.

Чтобы использовать функцию отображения спектрограммы, выберите **Спектрограмма** в меню РЧ-сигнала, чтобы вызвать связанное боковое меню.

1. Установите для параметра **Отообразить** значение **Вкл.**, чтобы начать сбор данных.
2. Для просмотра каждого спектра, зарегистрированного в спектрограмме, нажмите кнопку **Пуск/стоп**, чтобы остановить регистрацию РЧ-данных. Вращайте ручку **Многофункц. а**.



Анализ осциллограмм или зависимостей

После настройки регистрации данных, синхронизации и отображения осциллограммы или зависимости можно приступить к анализу полученных результатов. Для этого можно использовать курсоры, автоматические измерения, статистическую обработку, гистограммы форм сигналов, расчетные осциллограммы и БПФ.

Работа с маркерами частотной области

1. Нажмите кнопку **Маркеры**. Появится боковое меню **Маркеры**.



2. Нажмите кнопку **Мар-ры пиков** и вращайте ручку **Многофункц. а**, чтобы выбрать количество пиков, помечаемых на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ. Выбранное значение соответствует максимальному числу пиков с маркерами. В случае если число пиков, соответствующее пороговому условию, будет превосходить установленное число маркеров пиков, то отмечено будет лишь указанное количество пиков с наибольшей амплитудой.

3. Нажмите кнопку  К центру чтобы задать в качестве центральной частоты частоту, отображаемую опорным маркером. Опорный маркер автоматически размещается на самом высоком пике амплитуды.

4. Нажмите кнопку **Порог. напр.** и вращайте ручку **Многофункц. а**, чтобы задать пороговое значение маркеров пиков. Вращайте ручку **Многофункц. б**, чтобы задать для них значение отклонения.

5. Нажмите кнопку **Ручные маркеры** для активации ручных маркеров. Ручные маркеры можно использовать для измерений на участках спектра, отличных от пиков.


6. Нажмите **Показания** для выбора типа показаний: «Абсолютный» или «Дельта». Показания типа «Дельта» являются относительными к опорному маркеру.

Маркеры
Маркеры пиков (a) 5 Вкл. Выкл.
 К центру
Порог -50,0 дБм Относительный порог 30,0 дБ
Ручные маркеры Вкл. Выкл.
Показания Абсолютные Дельта

Автоматические маркеры пиков


Автоматические маркеры пиков включены по умолчанию и предназначены для быстрого определения частот и амплитуд спектральных пиков.

1. Опорный маркер помещается в точку, которой соответствует наивысший пик амплитуды. Эта точка обозначается буквой R в красном треугольнике. 
2. Автоматические маркеры указывают частоту и амплитуду.
3. Абсолютные показания соответствуют фактической частоте и амплитуде в точках, отмеченных автоматическими маркерами.
4. Показания «дельта» соответствуют значениям частот и амплитуд в точках, отмеченных автоматическими маркерами, по отношению к опорному маркеру.



На снимке экрана ниже изображены маркеры, помещенные в области явных пиков. Опорным маркером отмечен наибольший пик. Этот маркер имеет вид буквы R в красном треугольнике. Числовые показания для данного маркера также выделены красным цветом.

1. Опорный маркер
2. Автоматические маркеры



Используйте параметры **Порог** и **Размах** для определения того, какие пики необходимо отметить маркерами.

Порог определяет минимальную амплитуду, которую должен иметь сигнал, чтобы считаться пиком. Чем ниже порог, тем больше пиков будет отмечено маркерами. Чем выше порог, тем меньше пиков будет отмечено маркерами.

Размах (относительный порог) представляет собой уровень амплитуды между двумя пиками, при котором значение также считается пиком. Чем ниже размах, тем больше пиков будет отмечено маркерами. Чем выше размах, тем меньше пиков будет отмечено маркерами.


Каждый автоматический маркер снабжен числовыми показаниями. Эти показания могут представлять абсолютные и относительные значения. Абсолютные показания соответствуют фактической частоте и амплитуде в точке, отмеченной маркером. Показания типа «дельта» соответствуют частоте и амплитуде, рассчитанным относительно опорного маркера. Показания опорного маркера всегда являются абсолютными.

Ручные маркеры


Для измерения непиковых областей спектра, плотности шума и фазового шума доступны два ручных маркера. Когда ручные маркеры включены, опорный маркер больше не прикрепляется автоматически к самому высокому пику амплитуды. Теперь он назначен для ручки **Многофункц. а**, и его можно переместить в любое требуемое положение. Это позволяет легко измерять любую часть спектра, а также приращения к любой части спектра. Кроме того, это позволяет измерять интересное непиковое спектральное содержимое. Как и в экранных надписях автоматических маркеров, в экранных надписях ручных маркеров отображаются частота и амплитуда.

Показания ручных маркеров, так же как и показания автоматических маркеров, могут быть абсолютными или относительными («дельта»).

1. Один ручной маркер управляется ручкой **Многофункц. а**.
2. Другой — ручкой **Многофункц. b**.



3. Показания типа «дельта» для частот и амплитуд размещаются в верхней части экрана.
4. В третьей строке показаний ручного маркера **a** всегда указывается плотность шума (дБм/Гц).
5. В третьей строке показаний ручного маркера **b** плотность шума (дБм/Гц) указывается в том случае, если используются абсолютные маркеры. Если используются маркеры типа «дельта», то вместо этого указывается фазовый шум (дБн/Гц).



Автоматические измерения во временной области

Чтобы произвести автоматические измерения во временной области, выполните следующие действия.

1. Если прибор находится в режиме частотной области, нажмите канал 1.




2. Нажмите кнопку **Измерения**.



3. Нажмите кнопку **Добавить измерение**.

Добавить измерение	Удаление измерения	Индикаторы	Цифровой вольтметр прямой	Осциллограмма Гистограммы	Дополнит.	
--------------------	--------------------	------------	------------------------------	------------------------------	-----------	--



4. Вращайте ручку **Многофункц. b**, чтобы выбрать требуемый тип измерения. При необходимости вращайте ручку **Многофункц. a**, чтобы выбрать канал для выполнения измерения.

5. Чтобы удалить измерение, нажмите кнопку **Remove Measurement** (Удалить измерение), затем с помощью ручки **Многофункц. а** выберите требуемое измерение и в боковом меню нажмите кнопку **OK Remove Measurement** (ОК Удалить измерение).



Советы

- Чтобы удалить все измерения, выберите **Удалить все измерения**.
- Символ  отображается вместо ожидаемого цифрового значения, если существует условие вертикальной отсечки. Часть кривой располагается выше или ниже области экрана. Чтобы получить требуемое числовое значение измерения, с помощью ручек регулировки по вертикали установите масштаб и положение осциллограммы на экране.
- Если на экране осциллографа появляется сообщение **Низкое разрешение**, необходимо увеличить длину записи регистрации, чтобы осциллограф мог обрабатывать большее количество точек.

Выбор автоматических измерений во временной области


В приведенных ниже таблицах содержится список автоматических измерений по категориям: по времени или амплитуде. (См. стр. 141, *Автоматические измерения во временной области*.)

Измерения времени

Измерение		Описание
Частота		Первый период осциллограммы или ее фрагмента в стробированной зоне. Частота является величиной, обратной значению периода, и измеряется в герцах (Гц), где 1 Гц равняется одному циклу в секунду.
Период		Время, необходимое для завершения первого периода осциллограммы или ее фрагмента в стробированной зоне. Значение периода измеряется в секундах и является величиной, обратной значению частоты.
Время нарастания		Время, которое требуется для того, чтобы уровень переднего фронта первого импульса осциллограммы или ее фрагмента в стробированной зоне изменился от нижнего опорного уровня (по умолчанию = 10%) до верхнего опорного уровня (по умолчанию = 90%) конечного значения.
Время спада		Время, которое требуется для того, чтобы уровень переднего фронта первого импульса осциллограммы или ее фрагмента в стробированной зоне изменился от верхнего опорного уровня (по умолчанию = 90%) до нижнего опорного уровня (по умолчанию = 10%) конечного значения.
Задержка		Продолжительность времени между точками среднего опорного уровня (по умолчанию = 50%) двух различных осциллограмм. См. также <i>Фаза</i> .
Фаза		Количество времени, характеризующее опережение или отставание одной осциллограммы по отношению к другой. Выражается в градусах, при этом 360° соответствуют одному периоду осциллограммы. См. также <i>Задержка</i> .

Измерения времени (прод.)



Измерение	Описание
Длительность положительного импульса	Временной отрезок между точками среднего опорного уровня амплитуды (по умолчанию — 50 %) положительного импульса. Измерение производится по первому импульсу в осциллограмме или стробированной зоне.
Длительность отрицательного импульса	Временной отрезок между точками среднего опорного уровня амплитуды (по умолчанию — 50 %) отрицательного импульса. Измерение производится по первому импульсу в осциллограмме или стробированной зоне.
Положительная скважность	Отношение длительности положительного импульса к периоду сигнала, выраженное в процентах. Скважность импульса измеряется на первом периоде осциллограммы или ее фрагмента в стробированной зоне.
Отрицательная скважность	Отношение длительности отрицательного импульса к периоду сигнала, выраженное в процентах. Скважность импульса измеряется на первом периоде осциллограммы или ее фрагмента в стробированной зоне.
Длительность вспышки	Продолжительность вспышки (последовательности событий перехода); измеряется по всей осциллограмме или в стробированной зоне.




Измерения амплитуды

Измерение	Описание
Размах	Абсолютная величина разности между максимальным и минимальным значениями амплитуды по всей осциллограмме или стробированной зоне.
Амплитуда	Разность между максимальным и минимальным значениями уровня сигнала по всей осциллограмме или стробированной зоне.
Максимум	Пиковое напряжение с максимальным положительным значением. Максимум измеряется по всей осциллограмме или стробированной зоне.
Минимум	Пиковое напряжение с максимальным по абсолютной величине отрицательным значением. Минимум измеряется по всей осциллограмме или стробированной зоне.

Измерения амплитуды (прод.)

Измерение		Описание
Высокий		Это значение используется в качестве 100 %, когда требуются значения верхнего, среднего или нижнего опорного уровня (например, при проведении измерения времени спада или времени нарастания). Рассчитывается по методу минимального/максимального уровня или по методу гистограммы. При использовании метода минимального/максимального уровня используется максимальное обнаруженное значение. При использовании метода гистограммы используется наиболее часто встречающееся значение, превышающее среднее. Это значение измеряется по всей осциллограмме или стробированной зоне.
Нижний		Это значение используется в качестве 0 %, когда требуются значения верхнего, среднего или нижнего опорного уровня (например, при проведении измерения времени спада или времени нарастания). Рассчитывается по методу минимального/максимального уровня или по методу гистограммы. При использовании метода минимального/максимального уровня используется минимальное обнаруженное значение. При использовании метода гистограммы применяется наиболее часто встречающееся значение, величина которого меньше среднего. Это значение измеряется по всей осциллограмме или стробированной зоне.
Положительный выброс		Измеряется по всей осциллограмме или в стробированной зоне и определяется следующим образом: Положительный выброс = $((\text{Максимум} - \text{Верхний}) / \text{Амплитуда}) \times 100\%$.
Отрицательный выброс		Измеряется по всей осциллограмме или в стробированной зоне и определяется следующим образом: Отрицательный выброс = $((\text{Нижний} - \text{Минимум}) / \text{Амплитуда}) \times 100\%$.
Суммарный выброс		Это сумма положительного и отрицательного выбросов.
Среднее		Среднее арифметическое по всей осциллограмме или в стробированной зоне.
Среднее за период		Среднее арифметическое значение по первому периоду всей осциллограммы или по первому периоду в стробированной зоне.
Среднеквадратичное значение		Действительное среднеквадратичное значение напряжения по всей осциллограмме или ее фрагменту в стробированной зоне.
Среднеквадратичное значение цикла		Действительное среднеквадратичное значение напряжения по первому периоду всей осциллограммы или по первому периоду в стробированной зоне.



Дополнительные измерения

Измерение		Описание
Счетчик положительных импульсов		Число положительных импульсов, превышающих средний опорный уровень в осциллограмме или стробированной зоне.
Счетчик отрицательных импульсов		Число отрицательных импульсов, оказывающихся ниже среднего опорного уровня в осциллограмме или стробированной зоне.
Счетчик нарастающих фронтов		Число положительных переходов от нижнего опорного уровня к верхнему опорному уровню в осциллограмме или стробированной зоне.
Счетчик нисходящих фронтов		Число отрицательных переходов от верхнего опорного уровня к нижнему опорному уровню в осциллограмме или стробированной зоне.
Площадь		Площадь измеряется для кривой напряжения по оси времени. Площадь под всей осциллограммой или стробированной зоной выражается в вольт-секундах. Области, измеряемые над уровнем потенциала земли, считаются положительными, а области, измеряемые ниже уровня потенциала земли, — отрицательными.
Площадь под кривой периода		Измерение напряжения вдоль оси времени. Результат измерения представляет собой площадь под кривой за первый период осциллограммы или за первый период стробированной зоны. Выражается в вольт-секундах. Площадь, расположенная выше общей опорной точки, является положительной, а расположенная ниже общей опорной точки — отрицательной.

Измерения по гистограммам

Измерение	Описание
Число осциллограмм	Число осциллограмм, по которым построена данная гистограмма.
Число точек в окне гистограммы	Число выборок в пределах окна гистограммы или на его границах.
Число пиковых значений	Число выборок в столбце, содержащем наибольшее число пиковых значений.
Среднее значение выборки	Среднее значение данных гистограммы, при котором половина всех точек данных гистограммы находится ниже этого значения, а половина — выше.

Измерения по гистограммам (прод.)

Измерение	Описание
Размах	Представляет полный размах гистограммы. Для вертикальных гистограмм отображается разность напряжений самого высокого ненулевого столбца и самого низкого ненулевого столбца. Для горизонтальных гистограмм отображается разность времен самого правого ненулевого столбца и самого левого ненулевого столбца.
Максимальное значение гистограммы	Отображается напряжение самого высокого ненулевого столбца для вертикальных гистограмм или время самого правого ненулевого столбца для горизонтальных гистограмм.
Минимальное значение гистограммы	Отображается напряжение самого низкого ненулевого столбца для вертикальных гистограмм или время самого левого ненулевого столбца для горизонтальных гистограмм.
Среднее значение гистограммы	Измеряется среднее значение по всем точкам гистограммы в окне гистограммы.
Стандартное отклонение	Измеряет стандартное отклонение (среднеквадратичное отклонение) всех точек гистограммы в окне гистограммы.
Одна сигма	Представляет выраженное в процентах количество точек гистограммы, находящихся в пределах одного стандартного отклонения от ее среднего значения.
Два сигма	Представляет выраженное в процентах количество точек гистограммы, находящихся в пределах двух стандартных отклонений от ее среднего значения.
Три сигма	Представляет выраженное в процентах количество точек гистограммы, находящихся в пределах трех стандартных отклонений от ее среднего значения.

Пользовательская настройка автоматических измерений во временной области

Настройка автоматических измерений может быть выполнена с использованием стробирования, модификации статистик измерения, корректировки опорных уровней измерений или посредством получения снимков измерений.

Стробир.

Стробирование используется для того, чтобы ограничить измерения определенной частью осциллограммы. Чтобы использовать стробирование, выполните следующие действия.

1. Нажмите кнопку **Измерения**.



2. Нажимайте кнопку **Дополнит**, пока в раскрывающемся меню не будет выбрана команда **Стробиров**.

Добавить измерение	Удалить измерение	Индикаторы	Цифровой вольтметр прямой	Осциллограмма Гистограммы	 Дополнит.	
--------------------	-------------------	------------	------------------------------	------------------------------	---	--



3. В боковом экранном меню выберите положение строба.

Стробиров. измерения
 Выкл (Полная запись)
 Экран
 Между курсорами

Статистика

Статистика характеризует устойчивость измерений. Чтобы настроить статистику, выполните следующие действия.

1. Нажмите кнопку **Измерения**.



2. Нажимайте кнопку **Дополнит**, пока в раскрывающемся меню не будет выбрана команда **Статистика**.

Добавить измерение	Удалить измерение	Индикаторы	Цифровой вольтметр прямой	Осциллограмма Гистограммы	 Дополнит.	
--------------------	-------------------	------------	------------------------------	------------------------------	---	--



3. Выберите нужный вариант в боковом экранном меню. Можно включить или выключить вычисление статистики и выбрать, сколько отсчетов используется при вычислении среднего значения и стандартного отклонения.

Статистика измерений

Вкл. Выкл.

Сред. знач. и станд. откл. выборки

(a) 32

Сброс статистики

3

3

Снимок

Для одновременного просмотра всех измерений одного источника в выбранный момент времени выполните следующие действия.


1. Нажмите кнопку **Измерения**.



2. Нажмите кнопку **Добавление измерения**.

Добавление измерения	Удалить измерение	Индикаторы	Цифровой вольтметр прямой	Осциллограмма Гистограммы	Дополнит.	
----------------------	-------------------	------------	------------------------------	------------------------------	-----------	--

3. Для выбора требуемого канала источника вращайте ручку **Многофункц. а**.



4. С помощью ручки **Многофункц. в** выберите **Тип измерений** для поля **Снимок**.



5. Нажмите кнопку **Снимок всех измерений**.



6. Просмотрите результаты.

Моментальный снимок на 1

Период	: 312,2 мкс	Частота	: 3,203 кГц
+Длительн.	: 103,7 мкс	-Длительн.	: 208,5 мкс
Длит. синх.	: 936,5 мкс	Спад	: 1,144 мкс
Нарастание	: 1,452 мкс	±Выброс	: 14,286 %
+Скважн.	: 33,23 %	-Скважн.	: 66,77 %
+Выброс	: 7,143 %	-Выброс	: 7,143 %
Высокое	: 9,200 В	Нижний	: -7,600 В
Максимум	: 10,40 В	Минимум	: -8,800 В
Амплитуда	: 16,80 В	Размах	: 19,20 В
Среднее	: -5,396 В	Ср. цикла	: -5,396 В
Действ.	: 7,769 В	Дейс. цикла	: 8,206 В
Область	: -21,58 мВ·с	Цик обл	: -654,6 мкВ·с
+Фронты	: 1	-Фронты	: 0
+Имп-сы	: 2	-Имп-сы	: 2

Опорные уровни

Опорные уровни определяют порядок измерения временных параметров сигнала. Например, они используются при расчете времени нарастания и спада.

1. Нажмите кнопку **Измерения**.



2. Нажимайте кнопку **Дополнит**, пока в раскрывающемся меню не будет выбрана команда **Опорные уровни**.

Добавить измерение	Удалить измерение	Индикаторы	Цифровой вольтметр прямой	Гистограмма	 Дополнит.	
--------------------	-------------------	------------	------------------------------	-------------	--	--



3. В боковом экранном меню выберите уровни.

Верхний и нижний опорные уровни используются для расчета времени нарастания и времени спада.

Средний опорный уровень используется прежде всего для проведения измерений между фронтами, таких как длительность импульса.

Опорные уровни
Уст. уровни в % 
Высокий  90,0%
Средний 50,0 % 50,0 %
Низкий 10,0 %
-далее-

Выполнение автоматических измерений в частотной области

Чтобы выполнить автоматические измерения в частотной области, выполните указанные ниже действия.

1. Если прибор находится в режиме временной области, нажмите кнопку **RF** (РЧ).



2. Нажмите кнопку **Измерения**.



Выберите измерение						
Нет						

3. Нажмите кнопку **Выбор измерения**.



4. В боковом меню выберите интересующий режим измерений.

Выберите измерение
Нет
Мощность канала
Соотношение мощности смежных каналов
Занимаемая полоса частот

Мощность канала. Общая мощность в рамках полосы пропускания, определяемая шириной канала.

Соотношение мощности смежных каналов. Мощность основного канала и отношение мощности канала к основной мощности для верхней и нижней половин каждого смежного канала.

Занимаемая полоса частот. Полоса пропускания, содержащая определенный процент мощности в пределах анализируемой полосы пропускания.

При выборе измерения каждой частоты на экране будет появляться подсказки, поясняющие цель каждого измерения. В нижнем меню появится опция **Настройка**. После нажатия кнопки **Настройка** и установки параметров измерения в появившемся боковом меню осциллограф автоматически установит диапазон. При РЧ-измерениях все частотные области перейдут с автоматического детектирования на значение **Среднее**. Этим достигается оптимальная точность измерения.

Выполнение измерений с помощью цифрового вольтметра

Использование цифрового вольтметра для измерения разности потенциалов между двумя точками электрической цепи.

1. Нажмите канал 1.



2. Нажмите кнопку **Измерения**.



3. В нижнем меню нажмите кнопку **DVM** (Цифровой вольтметр).


Add (Добавить) Измерение	Удалить Измерение	индикаторы Выкл.	Цифровой вольтметр Выкл.	Осциллограмма Гистограммы	Дополнит.	
--------------------------	-------------------	-------------------------	---------------------------------	---------------------------	-----------	--



4. В боковом меню выберите необходимые параметры **Режим**, **Источник** и **Display Style** (Стиль отображения).

Цифровой вольтметр
Режим (a) Выкл.
Источник (b) 1
Функция автоматического выбора пределов измерений недоступна в режиме запуска по источнику цифрового вольтметра
Стиль отображения Полный Миним.
Сброс статистики цифрового вольтметра

Просмотр окончательных результатов.



Выполнение ручных измерений с помощью курсоров


Курсорами называются экранные маркеры, которые можно разместить на осциллограмме для ручного измерения собранных данных. Курсоры отображаются в виде горизонтальных и вертикальных линий. Чтобы воспользоваться курсорами в аналоговых или цифровых каналах:

1. Чтобы включить курсоры, нажмите кнопку **Курсоры**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вторым нажатием курсоры выключаются. Для отображения меню курсоров можно также нажать и удерживать кнопку **Курсоры**.



В нашем примере на выбранной осциллограмме появятся два вертикальных курсора. При вращении ручки **Многофункц. а** один из курсоров перемещается влево или вправо. При вращении ручки **Многофункц. б** перемещается другой курсор.



2. При включенных курсорах нажмите кнопку **Выбор**.

При этом включается или выключается связь между курсорами. Если связь включена, при вращении ручки **Многофункц. а** оба курсора перемещаются вместе. Промежуток времени между курсорами настраивается вращением ручки **Многофункц. б**.




3. Кнопка **Точно** предназначена для переключения грубой и точной настройки с помощью ручек **ма** и **Многофункц. б**. Кроме того, при нажатии кнопки **Точно** изменяется чувствительность остальных ручек.



4. Для отображения меню курсоров нажмите и удерживайте кнопку **Курсоры**.
5. Нажмите кнопку нижнего экранного меню **Курсоры**, чтобы установить курсорам значение **Экран**.
В экранном режиме две горизонтальные и две вертикальные линии пересекают всю масштабную сетку.

Курсоры Осцилло- гр. Экран	Источник Выбран- ная осцил- лограмма	Линии по горизон- тали по вертикали	Синхрон- ный Вкл. Выкл	Уст. курсоры на экран	Единицы курсоров	
-------------------------------------	---	---	-------------------------------------	-----------------------------	---------------------	--


6. Пара горизонтальных курсоров перемещается при вращении ручек **Многофункц. а** и **Многофункц. б**.



7. Нажмите кнопку **Выбор**.
При этом вертикальные курсоры становятся активными, а горизонтальные — неактивными. Теперь при повороте многофункциональных ручек перемещаются вертикальные курсоры.
Чтобы снова сделать активными горизонтальные курсоры, нажмите кнопку **Выбор** еще раз.
8. Просмотрите курсор и экранную надпись курсора.



ПРИМЕЧАНИЕ. С помощью курсоров в цифровых каналах можно выполнять временные измерения, но не измерения амплитуды.



9. Чтобы отобразить несколько осциллограмм на экране, нажмите одну или несколько кнопок каналов с 1 по 4 или кнопку **D15-D0**.

10. Для повторного отображения меню курсоров нажмите и удерживайте кнопку **Курсоры**.



11. В нижнем меню нажмите кнопку **Источник**.

На экране появится контекстное меню. Выбор пункта меню по умолчанию **Selected Waveform** (Выбранная осциллограмма) обусловит проведение измерений с помощью курсоров на выбранной (последней использовавшейся) осциллограмме.

12. Вращая ручку **Многофункц. а**, выберите канал для измерения, отличный от выбранного с помощью функции **Выбранная осцилл.**

13. Нажмите кнопку **Menu Off**, чтобы убрать боковое меню.

14. Вращая ручку **Многофункц. а**, проведите курсорные измерения на альтернативной осциллограмме.



15. Нажмите кнопку **Курсоры** еще раз. Курсоры выключаются. Курсоры и показатели курсоров исчезают с экрана.



Использование экранных надписей курсоров

В экранной надписи курсоров представлена текстовая и цифровая информация, относящаяся к текущему положению курсоров. Экранная надпись отображается на осциллографе во всех случаях, когда включены курсоры.

Экранная надпись отображается в правом верхнем углу масштабной сетки. Если включено масштабирование, экранная надпись отображается в правом верхнем углу окна масштабирования.

Когда выбрана шина, показания включают декодированные данные шины в формате, выбранном в меню шины. При выборе цифрового канала курсоры показывают значения всех отображаемых на экране цифровых каналов.

ПРИМЕЧАНИЕ. При выборе последовательных или параллельных шин значение данных в соответствующей точке отображается в значении курсора.

Δ Экранная надпись «дельта».

На экранных надписях с символом «дельта» отображается разность между положениями курсоров.

a	400.0ns	152.0mV
b	2.800μs	-240.0mV
	Δ2.400μs	Δ392.0mV
	dV/dt	-163.3kV/s

Экранная надпись «a».

Означает, что значение устанавливается с помощью ручки **Многофункц. a**.

Экранная надпись «b».

Означает, что значение устанавливается с помощью ручки **Многофункц. b**.

Горизонтальные линии курсоров на экране служат для измерения вертикальных параметров; обычно это напряжение.



Вертикальные линии курсоров на экране служат для измерения горизонтальных параметров; обычно это время.



Когда присутствуют и вертикальный и горизонтальный курсоры, в схемах использования экранных надписей рядом с обозначениями многофункциональных регуляторов появляются значки в форме квадрата и окружности.

Использование курсоров XY

При включенном режиме отображения XY экранные надписи курсора будут появляться справа от нижней масштабной шкалы (XY). Они будут включать экранные надписи для прямоугольных и полярных координат, название продукта и значения коэффициентов. В верхней масштабной сетке осциллографа (YT) будут отображаться курсоры осциллограмм в виде вертикальных полос.

Настройка гистограммы

Можно отображать как вертикальные (для напряжения), так и горизонтальные (временные) гистограммы. Измерения с помощью гистограмм позволяют получить статистические данные для фрагмента сигнала по одной из осей. Источником для гистограммы может быть сигнал любого из четырех или двух аналоговых каналов, расчетный сигнал или любая из четырех или двух опорных осциллограмм.

Отображение гистограммы

1. Задайте на осциллографе отображение осциллограммы, на которой должна быть измерена гистограмма. При необходимости воспользуйтесь кнопкой **Автоустановка**.



2. Нажмите кнопку **Измерения**.



3. В нижнем экранном меню нажмите кнопку **Гистограмма**.

Добавить измерение	Удалить измерение	Индикаторы	Цифровой вольтметр прямой	Осциллограмма Гистограммы	Дополнит.	
--------------------	-------------------	------------	------------------------------	------------------------------	-----------	--



4. Чтобы выбрать ось осциллограммы, для которой нужно показать значения гистограммы, нажмите верхнюю кнопку нижнего экранного меню. **По верт.** или **По гориз.**

Выкл

По верт.

По horiz.

5. В боковом меню нажмите кнопку **Источник** и вращайте ручку **Многофункц. а**, чтобы выбрать канал, для которого необходимо отобразить измерения гистограммы.

Источник

(a) 1

6. В боковом меню нажмите кнопку **Horiz. Limits** (Пределы по горизонтали), и при помощи ручек **Многофункц. а** и **Многофункц. б** установите границы **L** (левую) и **R** (правую) для окна гистограммы.

пределы по горизонтали

L (a)
-584 нс

R (b)
760 нс

7. В боковом меню нажмите кнопку **Vert. Limits** (Пределы по вертикали) и при помощи ручек **Многофункц. а** и **Многофункц. б** установите границы **T** (верхнюю) и **B** (нижнюю) для окна гистограммы.

пределы по вертикали

T (a)
-584 нс

B (b)
760 нс

8. Нажмите - далее - 1 из 2.

-далее-

1 из 2

9. Нажмите кнопку **Дисплей** бокового меню и выберите **Линейный** или **Логарифмич.**


Дисплей

Линейный

Логарифмич.

158

Руководство по эксплуатации осциллографов серии MDO3000



Добавление измерений к данным гистограммы

- 1. Чтобы добавить измерения к данным гистограммы, нажмите кнопку **Добавление измерения** нижнего экранного меню.


Добавле- ние изме- рения	Удаление измере- ния	Индикат- оры	Цифровой вольтметр прямой	Гистогра- мма	 Дополнит.	
--------------------------------	----------------------------	-----------------	---------------------------------	------------------	--	--



- 2. В боковом меню нажмите кнопку **Источник** и вращайте ручку **Многофункц. а**, чтобы задать параметр **Н** для измерений гистограммы.
- 3. В боковом меню нажмите кнопку **Тип измерений** и вращайте ручку **Многофункц. б**, чтобы выбрать измерение гистограммы.

Источник (a) Н
Тип измере- ний (b) Число пиковых значений

4. Нажмите кнопку **ОК** **Добавить измерение** бокового меню, чтобы добавить измерение в перечень измеренных данных.




Сброс измерений гистограммы и статистики

Чтобы сбросить измерения гистограммы и статистику, выполните следующие действия:


1. В нижнем экранном меню нажмите кнопку **Гистограмма**.



2. Нажмите кнопку **- далее - 1 из 2** бокового меню.




3. В боковом меню нажмите кнопку **Сбросить значения гистограммы**.





4. Нажмите нижнюю экранную кнопку **Дополнит.**



5. В боковом меню нажмите кнопку **Сброс статистики**.



Гистограмму можно просмотреть в верхней части (для горизонтальных гистограмм) или у левого края (для вертикальных гистограмм) координатной сетки.



Советы

- Используйте горизонтальные гистограммы для измерения дрожания сигнала.
- Используйте вертикальные гистограммы для измерения шума сигнала.

Использование расчетных осциллограмм

Расчетные осциллограммы создаются для анализа сигналов канала и опорных сигналов. С помощью комбинаций и преобразований исходных осциллограмм и других данных в расчетные осциллограммы можно получить данные в форме, необходимой для конкретного приложения.

ПРИМЕЧАНИЕ. С последовательными шинами расчетные осциллограммы не используются.

ПРИМЕЧАНИЕ. Когда прибор работает в режиме временной области, доступны математические функции.

Для выполнения простых математических операций (+, −, ×, ÷) над двумя осциллограммами используется указанная ниже процедура.

1. Нажмите кнопку **Расчетные**.




2. Нажмите кнопку **Две осцил.**

Две осцил.	БПФ	Матем. расширенный	Спектральные вычисления	(M) Метка		
------------	-----	--------------------	-------------------------	-----------	--	--



3. В боковом экранном меню установите источники либо для каналов **1, 2, 3, 4**, либо для опорных осциллограмм **R1, 2, 3** или **4**. Выберите оператор **+**, **-**, **x** или **÷**
4. Например, можно определить мощность умножением осциллограммы напряжения на осциллограмму тока.



Советы

- Расчетные осциллограммы можно создавать на основе осциллограммы в канале, опорной осциллограммы или их сочетания.
- Измерения для расчетных осциллограмм выполняются таким же образом, как и для канальных сигналов.
- Масштаб по горизонтали и положение расчетных осциллограмм определяется по исходным осциллограммам, указанным в соответствующих математических выражениях. Изменение настройки элементов управления для исходных осциллограмм приводит к соответствующему изменению расчетных осциллограмм.
- Масштабирование расчетной осциллограммы выполняется с помощью внутренней ручки элемента управления масштабированием и панорамированием. Внешняя ручка служит для перемещения окна масштабирования. (См. стр. 171, *Управление осциллограммами при большой длине памяти*.)

Использование БПФ

При выполнении БПФ сигнал разбивается на частотные составляющие, по которым осциллограф строит изображение сигнала в частотной области, в отличие от обычного для осциллографов графического представления сигнала во временной области. Эти частотные составляющие можно сравнить с известными частотами системы, например с системной тактовой частотой, частотами генераторов или источников питания.

1. Нажмите кнопку **Расчетные**.



2. Нажмите кнопку **БПФ**.

Две осцил.	БПФ	Матем. расширенный	Спектральные вычисления	(M) Метка		
------------	------------	--------------------	-------------------------	-----------	--	--



3. Чтобы выбрать источник сигнала, в боковом экранном меню нажмите (при необходимости) кнопку **Источник для БПФ**, а затем вращайте ручку **Многофункц. а**. Возможны следующие варианты: каналы 1, 2 (3 и 4 для четырехканальных моделей); опорные осциллограммы R1, R2 (R3 и R4 для четырехканальных моделей).

БПФ
Источник для БПФ 1



4. Чтобы выбрать шкалу «Линейная среднеквадратичная» или «дБ среднеквадратичная», несколько раз нажмите кнопку **Масштаб по вертикали**.

Единицы по вертикали действ.



5. чтобы выбрать окно БПФ, несколько раз нажмите в боковом экранном меню кнопку **Окно**.

Возможные варианты окна: прямоугольное, окно Хэмминга, окно Хеннинга, и окно Блэкмена-Харриса.

Окно Хеннинг




6. В боковом меню нажмите кнопку **По гориз.**, чтобы включить ручки **Многофункц. а** и **Многофункц. б**, с помощью которых можно панорамировать и масштабировать дисплей БПФ.

По горизонтали 625 кГц 1,25 кГц/дел.



7. На экране появится результат БПФ.



Советы

- Используйте короткие записи, чтобы ускорить реакцию прибора.
- Используйте длинные записи, чтобы понизить уровень шума по отношению к сигналу и увеличить разрешение по частоте.
- При необходимости можно использовать функцию лупы, а также органы управления **Положение** и **Масштаб** по горизонтали для увеличения и перемещения осциллограммы БПФ.
- Среднеквадратичная шкала в децибелах, установленная по умолчанию, позволяет подробно рассматривать частотные составляющие, даже если их амплитуды сильно различаются. Линейная среднеквадратичная шкала используется для просмотра общего вида частотных составляющих в сравнении друг с другом.
- С математической функцией БПФ используется четыре окна. Каждое из них обеспечивает некоторый компромисс между разрешением по частоте и точностью отображения амплитуды. Выбор используемого окна определяется необходимостью измерения конкретных величин и характеристиками исходного сигнала. При выборе окна рекомендуется руководствоваться следующими указаниями:

Описание

Прямоугольное

При использовании прямоугольного окна (также известного как окно типа «грузовик-фургон») достигается хорошее разрешение по частоте, просачивание спектральных частот при этом высокое, а точность измерения амплитуды — низкая.

Прямоугольное окно применяется для измерения переходных процессов или выбросов, когда уровень сигнала до и после события приблизительно одинаков. Кроме того, это окно используется при обработке синусоидальных колебаний одинаковой амплитуды с близкими частотами, а также широкополосных случайных шумов с медленно меняющимся спектром. Рекомендуется применять его для получения частотного спектра неповторяющихся сигналов и измерения частотных составляющих вблизи нулевой частоты.

Окно



Описание	Окно
Хемминга При использовании окна Хемминга достигается хорошее разрешение по частоте (немного лучше, чем с окном Хеннинга), просачивание спектральных частот при этом умеренное, а точность измерения амплитуды — вполне допустимая. Окно Хемминга применяется для измерения синусоидальных и периодических сигналов, а также узкополосного случайного шума. Это окно применяется для измерения переходных процессов или выбросов, когда уровень сигнала до и после события сильно отличается.	
Хеннинга При использовании окна Хеннинга достигается хорошее разрешение по частоте, просачивание спектральных частот при этом низкое, а точность измерения амплитуды — вполне допустимая. Окно Хеннинга применяется для измерения синусоидальных и периодических сигналов, а также узкополосного случайного шума. Это окно применяется для измерения переходных процессов или выбросов, когда уровень сигнала до и после события сильно отличается.	
Блэкмен-Харрис: При использовании окна Блэкмана-Харриса достигается низкое разрешение по частоте, просачивание спектральных частот при этом очень низкое, а точность измерения амплитуды — хорошая. Окно Блэкмана-Харриса применяется для исследования осциллограмм, в которых преобладает одна частотная составляющая, на предмет наличия высших гармоник, или несколько значительно или незначительно разделенных синусоидальных сигналов.	

Использование дополнительных математических функций

Дополнительные математические функции предназначены для создания пользовательских математических выражений с осциллограммами, в которые могут входить активные и опорные осциллограммы, результаты измерений, а также числовые константы. Для использования дополнительных функций необходимо выполнить следующие действия.

1. Нажмите кнопку **Расчетные**.



2. Нажмите кнопку **Доп. матем. функции**.

Две осцил.	БПФ	Матем. расширенный	Спектральные вычисления		(M) Метка	
------------	-----	--------------------	-------------------------	--	-----------	--




3. С помощью бокового экранного меню создайте выражение.

4. Нажмите кнопку **Изменить выражение** и создайте выражение с помощью многофункциональных ручек и кнопок нижнего экранного меню. Закончив работу, нажмите в боковом экранном меню кнопку **ОК Принять**.

Например, чтобы с помощью функции **Изменить выражение** взять интеграл от прямоугольного сигнала, надо выполнить следующие действия.

1. В нижнем экранном меню нажмите кнопку **Очистить**.
2. Вращайте ручку **Многофункц. а**, чтобы выбрать **Интегр.(**.
3. Нажмите кнопку **Ввод выбранного**.
4. Вращайте ручку **Многофункц. а** и выберите канал 1.
5. Нажмите кнопку **Ввод выбранного**.
6. Вращайте ручку **Многофункц. а** и выберите **)**.
7. Нажмите кнопку **ОК Принять**.



Использование спектральных вычислений

Функция математических операций над спектром позволяет создавать расчетные осциллограммы путем сложения или вычитания кривых частот.

ПРИМЕЧАНИЕ. Спектральные вычисления доступны только тогда, когда прибор регистрирует сигналы в режиме анализатора спектра.

1. Нажмите кнопку **Расч.**




2. Нажмите кнопку **Спектральные вычисления**. Для создания необходимой расчетной кривой используйте боковое меню.

Спектральные вычисления					(M) Метка	
-------------------------	--	--	--	--	-----------	--

2

6

3. В боковом меню нажмите кнопку **1-й источник**, затем с помощью многофункциональных ручек отрегулируйте параметры опорной осциллограммы или кривой по вертикали.
4. В качестве оператора выберите + или –.
5. Выберите второй источник из предложенных вариантов.



Расчетная осциллограмма будет отображена на экране в виде красной кривой.

6. В нижнем меню нажмите кнопку **Метка** и в появившемся боковом меню выберите требуемый вариант для присвоения расчетной кривой соответствующей метки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Осциллограф завершит вычисления только в том случае, если единицы измерения исходных осциллограмм сочетаются друг с другом.

Использование опорных осциллограмм и зависимостей

Создайте и сохраните опорную осциллограмму или зависимость. Это можно сделать, например, для создания образца, с которым будут сравниваться другие осциллограммы. Чтобы использовать опорную осциллограмму или зависимость, необходимо выполнить следующие действия.

ПРИМЕЧАНИЕ. Опорные осциллограммы объемом 10 млн выборок хранятся в энергонезависимой памяти и не сохраняются при выключении питания осциллографа. Чтобы сохранить такие осциллограммы, необходимо записать их на внешнее запоминающее устройство.

1. Нажмите кнопку **Опорный**. Появится нижнее экранное меню опорных осциллограмм.



2. Используйте нижнее меню для выбора или отображения опорной осциллограммы или зависимости.

(R1)  (Вкл) 3-Май-07	(R2)  (В- ыкл)	(R3)  (В- ыкл)	(R4)  (В- ыкл)			
						

- 3. В боковом меню нажмите **По верт.**, затем с помощью многофункциональных ручек установите настройки опорной осциллограммы или зависимости по вертикали.
- 4. В боковом меню нажмите **По гориз.**, затем с помощью многофункциональных ручек установите настройки опорной осциллограммы или зависимости по горизонтали.
- 5. Нажмите кнопку **Изменить метки** и определите метки с помощью появившегося меню для отображения на опорных осциллограммах и зависимостях.
- 6. Нажмите **Подробн. опор. сигнала** для просмотра информации о выбранном опорном сигнале. Используйте этот пункт меню, чтобы определить, является ли опорная кривая аналоговой осциллограммой или зависимостью РЧ.
- 7. Нажмите **Сохранить в файл** для записи опорной информации на внешний носитель.

R1
По вертикали 0,00 делений 100 мВ/дел
По горизонтали 0,00 с 4,00 мкс/дел
Изменить метки
Подробн. опор. сигнала
Сохранить в файл

Советы

- **Выбор и отображение опорных осциллограмм.** Все опорные осциллограммы могут отображаться одновременно. Выбор конкретной опорной осциллограммы осуществляется нажатием соответствующей кнопки экранного меню.
- **Удаление опорных осциллограмм с экрана.** Чтобы удалить с экрана опорную осциллограмму, нажмите на передней панели кнопку **Опорный**, чтобы вызвать нижнее экранное меню. Затем нажмите кнопку нижнего экранного меню, соответствующую удаляемой осциллограмме.
- **Задание масштаба и положения опорной осциллограммы.** Положение и масштаб опорной осциллограммы можно регулировать независимо от остальных отображаемых осциллограмм. Выберите опорную осциллограмму и выполните нужные настройки с помощью многофункциональной ручки. Это можно делать независимо от того, выполняется регистрация данных или нет.


Регулирование масштаба и положения выбранной опорной осциллограммы при включенном и выключенном увеличении выполняется одинаково.
- **Сохранение осциллограмм объемом 10 млн выборок.** Опорные осциллограммы объемом 10 млн выборок хранятся в энергонезависимой памяти и не сохраняются при выключении питания осциллографа. Чтобы сохранить такие осциллограммы, необходимо записать их на внешнее запоминающее устройство.

Управление осциллограммами при большой длине памяти

Элементы управления функцией Wave Inspector (масштабирование и панорамирование, воспроизведение и пауза, метки, поиск) обеспечивают возможность эффективной работы с записями осциллограмм большой длины. Увеличение осциллограммы в горизонтальном направлении осуществляется вращением рукоятки «Лупа». Перемещение по увеличенной осциллограмме осуществляется вращением рукоятки «Панорама».

Ручка «Панорама-Лупа» состоит из следующих частей.

1. Внешняя ручка панорамирования.
2. Внутренняя ручка лупы.




1785-053


Увеличение осциллограммы

Чтобы использовать лупу, надо выполнить следующие действия.


1. При повороте внутренней ручки «Панорама-Лупа» по часовой стрелке изображение выбранной части осциллограммы увеличивается. При повороте этой ручки против часовой стрелки изображение уменьшается.



2. Вместо этого можно включать и выключать режим лупы нажатием кнопки лупы.



3. Просмотрите увеличенную осциллограмму, которая отображается в нижней, большей части экрана. В верхней части экрана отображается положение и размер увеличенной части осциллограммы на всей записи.




Панорамирование осциллограммы

При включенной функции лупы быстрые перемещения по осциллограмме осуществляются с помощью функции панорамирования. Чтобы использовать панорамирование, надо выполнить следующие действия.

1. Для перемещения (панорамирования) осциллограммы следует вращать внешнюю ручку «Панорама-Лупа».


При повороте ручки по часовой стрелке выполняется панорамирование вперед. При повороте против часовой стрелки выполняется панорамирование назад. Чем сильнее повернута ручка, тем быстрее перемещается окно лупы.



Воспроизведение осциллограммы и пауза


Функция воспроизведения-паузы обеспечивает автоматическое панорамирование осциллограммы. Чтобы использовать эту функцию, выполните следующие действия.

1. Включите режим воспроизведения-паузы нажатием кнопки воспроизведения-паузы.
2. Скорость воспроизведения регулируется поворотом ручки панорамирования (внешняя ручка). Чем сильнее повернута ручка, тем выше скорость воспроизведения.



3. Чтобы изменить направление воспроизведения, следует повернуть ручку панорамирования в другую сторону.
4. Чем сильнее (до некоторой степени) повернута ручка во время воспроизведения, тем быстрее перемещается осциллограмма. При повороте ручки до упора скорость воспроизведения не изменяется, но окно лупы быстро перемещается в сторону поворота. Функция, действующая при максимальном повороте, позволяет повторно воспроизвести только что пропущенную часть сигнала.

5. Для приостановки воспроизведения нажмите кнопку воспроизведения-паузы еще раз.




Поиск и метки в осциллограммах

На зарегистрированной осциллограмме можно пометить места, представляющие интерес. Эти метки помогают ограничить анализ отдельными частями осциллограммы. Области осциллограммы помечаются автоматически, если они удовлетворяют некоторым заданным условиям, либо нужные элементы осциллограммы помечаются вручную. Кнопки со стрелками позволяют перемещаться от метки к метке (от одного места, представляющего интерес, к другому). Автоматический поиск и установка меток осуществляется для многих из тех параметров, по которым выполняется запуск.

Метки поиска позволяют отметить область осциллограммы для дальнейшего использования. Метки можно расставлять автоматически, с помощью условий поиска. Поиск и установка меток выполняются с помощью поиска по заданным фронтам, длительности импульсов, огибающей, логическим состояниям, времени нарастания и спада и поиска по шине.

Чтобы установить или очистить (удалить) метки вручную, выполните следующие действия.

1. Вращая ручку панорамирования (внешняя ручка), переместите осциллограмму (или окно лупы) так, чтобы вывести на экран то место, где требуется поставить или удалить метку.



Для перехода к очередной (предыдущей или следующей) метке нажмите одну из кнопок со стрелкой (→) или (←).

2. Нажмите кнопку **Установить/сбросить**.

Если в центре экрана нет метки поиска, метка добавляется.

3. Исследуйте осциллограмму, переходя от одной метки поиска к другой. Для перехода из одного маркированного положения в другое, не меняя настройки других элементов управления, нажмите кнопку со стрелкой (→) для перехода в следующее положение или (←) для перехода в предыдущее положение.
4. Удалите метку. Нажмите кнопку со стрелкой (→) или (←), чтобы перейти к метке, которую требуется удалить. Чтобы удалить текущую, расположенную в центре метку, нажмите кнопку **Установить/Сбросить**. Таким образом можно удалять метки, установленные как автоматически, так и вручную.

Чтобы выполнить автоматическую установку или очистку (удаление) меток, выполните следующие действия.

1. Нажмите кнопку **Поиск**.




2. В нижнем экранном меню выберите нужный тип поиска.

Меню поиска аналогично меню синхронизации.




3. В боковом меню включите функцию поиска.

При необходимости перейдите на вторую страницу бокового меню и включите таблицу меток поиска. В таблице меток поиска отображается список меток времени для каждого события.



- 4. На экране места автоматической установки меток показаны пустыми треугольниками, а места установки пользовательских меток — сплошными треугольниками. Метки отображаются и в обычном представлении осциллограммы, и в окне лупы.
- 5. Можно выполнить быстрое исследование осциллограммы, перемещаясь от одной метки поиска к другой с помощью кнопок со стрелками (→) и (←) для перехода к следующему и предущему положению. Другой дополнительной настройки не требуется.



Советы.

- Можно скопировать настройки синхронизации, чтобы найти на зарегистрированной осциллограмме места, удовлетворяющие условиям синхронизации.
- Кроме того, можно скопировать условия поиска в настройки синхронизации.
- При сохранении осциллограммы вместе с настройками пользовательские метки также сохраняются.
- Автоматические метки поиска не сохраняются при сохранении осциллограммы. Однако их нетрудно восстановить путем повторного использования функции поиска.
- Критерии поиска сохраняются при сохранении настроек.

Элементы управления Wave Inspector обеспечивают следующие возможности поиска:

Поиск	Описание
По фронту	Поиск фронтов (нарастающих, нисходящих или и тех, и других) с заданным пороговым уровнем.
По длительности импульса	Поиск положительных или отрицательных импульсов, длительность которых $>$, $<$, $=$ или $\neq$ заданному значению или находится внутри или вне указанного диапазона.
Тайм-аут	Поиск пауз в сигнале. Уровень сигнала остается выше или ниже (или только выше/только ниже) заданного значения в течение установленного интервала времени.
По огибающей	Поиск положительных или отрицательных импульсов, пересекающих одно пороговое значение амплитуды, но не пересекающих второе пороговое значение до повторного пересечения первого. Поиск всех импульсов огибающей или только тех, длительность которых $>$, $<$, $=$ или $\neq$ заданному значению.
По логическому сигналу	Поиск по логической модели (И, ИЛИ, НЕ-И или НЕ-ИЛИ) по нескольким осциллограммам, для каждого из входов можно задать уровень «Высокий», «Низкий» и «Безразлично». Поиск событий, когда функция принимает истинное или ложное значение или остается верной в течение периода времени, который $>$, $<$, $=$ или $\neq$ заданному значению. Кроме того, можно определить один из входов как вход синхроимпульсов для синхронного поиска (данных состояния).
По установке/фиксации	Поиск нарушения заданных пользователем значений времени установки и фиксации.

Поиск	Описание
По времени нарастания/спада	Поиск нарастающих или нисходящих фронтов длительностью $>$, $<$, $=$ или $\neq$ заданному значению.
По шине	Парал.: поиск двоичного или шестнадцатеричного значения. I²C: «Старт», «Повторный старт», «Стоп», «Нет подтверждения», «Адрес», «Данные» и «Адрес и данные». SPI: SS Active, MOSI, MISO, или MOSI и MISO RS-232, RS-422, RS-485, UART: поиск следующих типов «Стартовый разряд передачи», «Стартовый разряд приема», «Конец пакета передачи», «Конец пакета приема», «Данные Tx», «Данные Rx», «Ошибка четности Tx» и «Ошибка четности». CAN: поиск следующих типов «Старт кадра», «Тип кадра» (данные, удаленный, ошибка, перегрузка), «Идентификатор» (стандартный или расширенный), «Данные», «Идентификатор и данные», «Конец кадра», «Нет подтверждения» и «Ошибка битстаффинга». LIN: поиск следующих типов «Синхроимпульс», «Идентификатор», «Данные», «Идентификатор и данные», «Кадр активации», «Кадр перехода в режим ожидания», «Ошибка» FlexRay: поиск следующих типов «Начало кадра», «Тип кадра», «Идентификатор», «Счетчик циклов», «Поля заголовка», «Данные», «Идентификатор и данные», «Конец кадра», «Ошибка» Аудиосигнал: поиск «Выбор слова», «Данные». Разъем USB. Поиск «Синхронизация», «Сброс», Suspend «Приостановить», Resume «Возобновить», «Конец пакета», Token (Address) Packet «Пакет маркера (адреса)», Data Packet «Пакет данных», Handshake Packet «Пакет установления связи», Special Packet «Специальный пакет» или «Ошибка» MIL-STD-1553: поиск для «Синхрониз.» Command (Команда), Status (Состояние), «Данные», Time (RT/IMG) (Время (RT/IMG)), «Ошибка»


Автоувеличение

По мере регулировки масштаба по горизонтали в сторону большего разрешения по времени осциллограф серии MDO3000 автоматически увеличивает частоту выборки с целью формирования записи такой же длины за меньшие промежутки времени. Однако рано или поздно будет достигнут предел частоты выборки осциллографа. Когда прибор работает на максимальной частоте выборки, дальнейшее повышение временного разрешения приведет к включению режима автоувеличения, при котором соотношение время/дел. продолжает уменьшаться, а длина записи сохраняется прежней. В результате на экране осциллографа будут отображаться не все точки выборки при заданном соотношении время/дел.

Вместо этого на временной сетке будет отображаться только часть записанных данных. Данная функция служит для увеличения участка записи без обращения к меньшему масштабу экрана. Благодаря этому удается достичь наибольшего полезного эффекта при различных соотношениях частоты выборки и длины записи. Функция автоувеличения позволяет получить доступ к полной длине записи при максимальной частоте выборки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Автоувеличение работает только в том случае, если функция масштабирования отключена.

1. Полная регистрация обозначена горизонтальной полосой в верхней части дисплея.
2. Фрагмент регистрации, отображаемый на сетке временной области, выделен в верхней части дисплея квадратными скобками.



Предельные тесты и тесты по маске

Можно отслеживать активный входной сигнал по маске с помощью модуля предельного теста и теста по маске MDO3LMT. Кроме того, можно выводить успешные и неуспешные результаты. Результаты показывают, находится ли входной сигнал в пределах по вертикали и горизонтали, заданных маской. Можно создавать как собственные маски, так и использовать маски из файла. Чтобы настроить и запустить предельный тест или тест по маске, выполните указанные ниже действия.

1. Выберите или создайте маску.
2. Настройте тест.
3. Выполните тест и просмотрите результаты.

Создание или выбор маски

Можно создать или выбрать маски двух типов: маска для предельного теста и пользовательская маска.

Создание маски предельного теста.

1. Нажмите на передней панели кнопку **Default Setup**.



2. Подключите пробник осциллографа к источнику маски.
3. Нажмите на передней панели кнопку **Автоустановка**.



4. Нажмите на передней панели кнопку **Тест**.



5. В нижнем меню нажмите кнопку **Приложение**. Вращайте ручку **Многофункц. а**, чтобы в меню выбрать **Пред. тест/ т. по маске**.
6. В нижнем меню нажмите кнопку **Выбрать маску** и в открывшемся боковом меню выберите **Предельный тест**.

7. В нижнем меню нажмите кнопку **Создать пред. маску**.

8. В открывшемся боковом меню выберите пункт **Канал источника** и с помощью ручки **Многофункц. а** выберите осциллограмму, которая будет использоваться в качестве шаблона для предельного теста.

9. Нажмите кнопку **По горизонт. $\pm$ предел**, чтобы задать пределы маски по горизонтали. Единицы измерения соотносятся с делениями масштабной сетки, где одно базовое деление содержит 1000 миллиделений (мдл).

10. Нажмите кнопку **По вертикали $\pm$ предел**, чтобы задать пределы маски по вертикали. Единицы измерения соотносятся с делениями масштабной сетки, где одно базовое деление содержит 1000 миллиделений (мдл).

11. Нажмите кнопку **ОК Создать пред. маску**, чтобы создать соответствующую маску в осциллографе.



Создание пользовательской маски. Пользовательскую маску можно создать двумя способами. Можно загрузить маску из текстового файла или создать ее с помощью удаленного интерфейса.

Создание пользовательской маски из текстового файла.

1. Нажмите на передней панели кнопку **Тест**.

2. В нижнем меню нажмите кнопку **Приложение**. Вращайте ручку **Многофункц. а**, чтобы в меню выбрать **Пред. тест/ т. по маске**.

3. В нижнем меню нажмите кнопку **Настроить маску**.

4. В открывшемся боковом меню выберите **Загрузить маску из файла**.

У текстового файла маски должно быть расширение MSK и следующий формат:

```
:REM «Инициализировать пользовательскую маску»
```

```
:MASK:CUSTom INIT
```

```
:REM «Информация по установке маски»
```

```

:MASK:USER:LABEL «Пользовательская маска STS-1»
:MASK:USER:AMPLITUDE 1.0000
:MASK:USER:VSCALE 200.0000E-3
:MASK:USER:VPOS -2.5000
:MASK:USER:VOFFSET 0.0E+0
:MASK:USER:HSCALE 4.0000E-9
:MASK:USER:HTRIGPOS 318.1000E-3
:MASK:USER:WIDTH 29.5500E-9
:MASK:USER:RECORDLENGTH 1000
:MASK:USER:TRIGTOSAMP 7.2750E-9
:REM «Точки маски заданы в вольтах и секундах»
:REM «Точки сегмента должны быть заданы против часовой стрелки»
:REM «Одна точка с координатами 0,0 обозначает пустой сегмент»
:MASK:USER:SEG1:POINTS -7.5000E-9,1.5000,-7.5000E-9,100.0000E-3,-5.1656E-
9,100.0000E-3,-1.3536E-9,500.0000E-3,-1.3536E-9,1.2000,7.2750E-9,1.1000,15.9036E-
9,1.2000,15.9036E-9,500.0000E-3,19.7156E-9,100.0000E-3,22.0500E-9,100.0000E-
3,22.0500E-9,1.5000
:MASK:USER:SEG2:POINTS -7.5000E-9,-500.0000E-3,22.0500E-9,-500.0000E-3,22.0500E-9,-
100.0000E-3,13.4214E-9,-200.0000E-3,13.4214E-9,500.0000E-3,11.6780E-9,800.0000E-
3,7.2750E-9,900.0000E-3,2.8720E-9,800.0000E-3,1.1286E-9,500.0000E-3,1.1286E-9,-
200.0000E-3,-7.5000E-9,-100.0000E-3
:MASK:USER:SEG3:POINTS 0.0E+0,0.0E+0
:MASK:USER:SEG4:POINTS 0.0E+0,0.0E+0
:MASK:USER:SEG5:POINTS 0.0E+0,0.0E+0
:MASK:USER:SEG6:POINTS 0.0E+0,0.0E+0
:MASK:USER:SEG7:POINTS 0.0E+0,0.0E+0
:MASK:USER:SEG8:POINTS 0.0E+0,0.0E+0

```

Создание пользовательской маски через удаленный интерфейс. Информацию о создании и изменении маски с помощью команд удаленного интерфейса см. в руководстве программиста осциллографов серии MDO3000.

Настройка теста

Для настройки предельного теста или теста по маске подключите источник теста к осциллографу. Если планируется предельный тест, задайте для горизонтальных и вертикальных параметров источника теста те же значения, которые были использованы при создании маски предельного теста. Нажмите в нижнем меню кнопку **Настроить тест** и задайте следующие параметры:

Параметр	Описание
Канал источника	Выбор канала для теста
Порог нарушения	Выберите количество нарушений пороговых значений, после превышения которого тест будет считаться непройденным.
Остан. после осциллогр.	Остановить тест после заданного количества осциллограмм.
Остановить после Время	Указание остановить тест после истечения заданного количества времени.

Параметр	Описание
Выбрать действие при сбое	Выбор варианта реакции осциллографа на непрохождение теста. Можно выбрать несколько действий. Доступные варианты: Остановить регистрацию Сохранить осциллограмму в файл Сохранить снимок экрана в файл Печать снимка экрана Импульс на дополнительный выход Задать запрос на обслуживание удаленного интерфейса (SRQ)
Выбрать действие по завершении теста	Выбор варианта реакции осциллографа на завершение теста. Можно выбрать несколько действий. Доступные варианты: Импульс на дополнительный выход Задать запрос на обслуживание удаленного интерфейса (SRQ)
Задержка зап. теста	Выбор задержки запуска теста.
Повторить тест	Выберите вариант Вкл, чтобы тест повторялся после прохождения минимального количества осциллограмм или по прошествии минимального времени. Выберите Выкл, чтобы тест выполнялся один раз без повторов.
Полярность маски	Выбор полярности маски, используемой во время теста. Если выбрать вариант Обе, тест будет выполнен с полярностью Нормальная примерно для половины предполагаемого числа осциллограмм или в течение примерно половины затраченного времени, а оставшаяся часть теста будет выполнена с полярностью Инвертированная.


Выполнение теста и просмотр результатов

1. Чтобы начать или остановить тест, нажмите кнопку **Выполн. тест** в нижнем меню.

Приложение Пред. тест/Тест по маске	Настройка маски Вкл	Выбрать маску Предель- ный тест	Создать пред. маску	Настроить тест 1	Выполн. тест Вкл Выкл	Результ- аты Выкл
--	---------------------------	--	---------------------------	------------------------	-----------------------------	-------------------------



- В нижнем меню нажмите кнопку **Показать результаты** и в появившемся боковом меню выберите, какие результаты отображать: основные или более подробные. Кроме того, можно сбросить эти результаты.



Советы

- Для создания более плавной и чистой маски предельного теста используйте функцию сбора данных в режиме усреднения.
- Если маску в дальнейшем необходимо будет использовать еще раз, сохраните ее в файле, выбрав в нижнем меню пункт **Настроить маску**, а затем выбрав в открывшемся боковом меню пункт **Сохранить маску в файле**.
- Для упрощения процесса настройки источника теста сохраните настройки осциллографа, чтобы впоследствии можно было быстро загрузить их для корректного отображения источника теста, который понадобится для предельного теста.
- Можно автоматически изменить масштабирование маски, изменив настройки канала источника. Для этого выберите в нижнем меню пункт **Настроить маску** и в открывшемся боковом меню задайте для параметра **Lock to Source** (Привязать к источнику) значение **Вкл.**
- Для теста по маске расчетная осциллограмма недоступна.

Тесты видеосигналов

Запуск и отображение видеосигналов. Используйте для этого стандартные встроенные инструменты для тестов видеосигналов. Чтобы воспользоваться этим приложением, выполните следующие действия:

- Нажмите кнопку **Тест**.




- Вращайте ручку **Многофункц. а**, чтобы выбрать **Видео изобр.**

- С помощью кнопок в нижнем меню настройте необходимый тест видеосигнала.

Приложение Видео изобр.	Дисплей Вкл. Выкл.	Стандарт NTSC PAL	Контрастность Автом.	Нечетные Четные Чередов.	Источник 1	Расположение
-----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------	--------------

Варианты выбора:


- включение или выключение отображения;
- стандарт: NTSC или PAL;
- контрастность и скорость обновления;
- вывод изображения: нечетные, четные или чередование;
- канал источника;
- место на экране для отображения результатов.



Отображение тестового шаблона, создаваемого генератором видеосигнала



Отображение реального видеосигнала



Отображение вложенных видеосигналов путем подключения кабеля от разъема VIDEO OUT (Выход видео) на задней панели к входу аналогового канала на передней панели.

Выполнение автоматических измерений мощности

Регистрация, изменение и анализ сигналов систем питания с помощью модуля анализа систем питания MDO3PWR. Чтобы воспользоваться этим приложением, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку **Тест**.



2. вращайте ручку **Многофункц.** а и выберите пункт **Анализ питания.**

3. Нажмите кнопку **Анализ.**

Приложе- ние	Анализ Нет					
-----------------	----------------------	--	--	--	--	--




4. С помощью кнопок бокового экранную меню выберите требуемую функцию анализа.

Варианты выбора:

- Качество питания;
- Потери переключ.;
- Гарм. искаж.;
- Пульсация;
- Модуляция;
- Область устойч. работы;
- Комп.

Более подробные сведения см. в руководстве по эксплуатации модулей анализа систем питания MDO3PWR, DPO3PWR и DPO4PWR.



Сохранение и вызов информации

В осциллографе обеспечивается постоянное хранение настроек, осциллограмм и снимков экрана. Для сохранения данных файлов настройки и опорных осциллограмм используется внутреннее запоминающее устройство осциллографа.

Для сохранения настроек, осциллограмм и снимков экрана используются внешние накопители, например запоминающие устройства USB или сетевые диски. Внешние запоминающие устройства используются для переноса данных на удаленный компьютер с целью дальнейшего анализа и архивации.

Структура внешнего файла. Если информация сохраняется на внешнем запоминающем устройстве, выберите соответствующее меню (например, боковое меню **В файл** для сохранения настроек и осциллограмм) и вращайте ручку **Многофункц. а** для прокрутки по внешней файловой структуре.

- E: – запоминающее устройство USB, подключенное к порту USB на передней панели осциллографа.
- F: – запоминающее устройство USB, подключенное к порту USB на задней панели осциллографа.
- От I до Z — сетевые ячейки памяти

Для прокрутки списка файлов вращайте ручку **Многофункц. а**. Для открытия и закрытия папок используйте кнопку **Выбор** на передней панели.

Имена файлов.

Файлам, создаваемым в осциллографе, по умолчанию присваиваются имена в следующем формате:

- tekXXXXX.set для файлов настройки, где XXXXX – целое число от 00000 до 99999
- tekXXXXX.png, tekXXXXX.bmp или tekXXXXX.tif для файлов изображений
- tekXXXXYYY.csv для файлов электронной таблицы или tekXXXXYYY.isf для файлов внутреннего формата

Для осциллограмм XXXX – это целое число от 0000 до 9999. YYY – канал осциллограммы и он может быть одним из следующих:

- CH1, CH2, CH3 или CH4 – для аналоговых каналов
- D00, D01, D02, D03 и так далее до D15 – для цифровых каналов
- MTH – для расчетной осциллограммы
- RF1, RF2, RF3 или RF4 – для осциллограмм, хранящихся в опорной памяти
- ALL – для одного файла электронной таблицы, содержащей несколько каналов, при выборе команды «Save All Waveforms» (Сохранить все осциллограммы)

Для зависимостей PC XXXX — это целое число от 0000 до 9999. Код YYY определяет тип зависимости и может принимать одно из следующих значений:

- NRM — нормальная зависимость
- AVG — усредненная зависимость
- MAX — кривая фиксации максимума

- MIN — кривая фиксации минимума
- TIQ — файл I & Q модулирующего сигнала

ПРИМЕЧАНИЕ. Аналоговые, цифровые и РЧ-осциллограммы и кривые, а также производные от них осциллограммы и кривые (например, расчетные и опорные), можно сохранить в ISF-файл. При сохранении всех каналов в формате ISF будет сохранена группа файлов. Каждый из них будет иметь одинаковое значение для XXXX, но в качестве значений YYY будут установлены номера различных каналов, которые были включены при выполнении команды «Save All Waveforms» (Сохранить все осциллограммы).

Значение XXXX автоматически инкрементируется при сохранении очередного файла каждого типа. Например, первому сохраненному файлу присваивается имя tek00000. Следующему файлу этого же типа присваивается имя tek00001.

Изменение названий файлов, каталогов, опорных осциллограмм и настроек прибора. Присваивайте файлам описательные имена, удобные для распознавания. Чтобы изменить названия файлов, каталогов, опорных осциллограмм и настроек прибора, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку **Save / Recall Menu**.



2. Нажмите кнопку **Сохранить снимок экрана, Сохранить осциллограмму** или **Сохранить текущие настройки**.


Сохранить снимок экр.	Сохранить осцилл.	Сохранить текущ. настройки	Вызов осцилл.	Вызвать настройки	Назначить Save для настроек	Управление файлами
-----------------------	-------------------	----------------------------	---------------	-------------------	------------------------------------	--------------------



3. Для файлов осциллограмм или настройки перейдите в диспетчер файлов, выбрав соответствующий пункт в боковом меню.



4. Для перемещения по файловой структуре вращайте ручку **Многофункц. а.** (См. стр. 186, Структура внешнего файла.)




5. Чтобы открыть или закрыть папку, нажмите кнопку **Выбор**.



6. Нажмите кнопку **Изменить имя файла**.
Измените имя файла точно так же, как изменяли метки для каналов. (См. стр. 58, *Обозначения каналов и шин*.)

7. Чтобы отменить сохранение, нажмите кнопку **Menu Off** или для завершения сохранения выберите в боковом экранном меню пункт **OK Сохранить**.



Сохранение снимка экрана

Снимок экрана представляет собой графическое изображение экрана осциллографа. Он отличается от данных осциллограммы, состоящих из числовых значений для каждой точки осциллограммы. Чтобы сохранить снимок экрана, выполните следующие действия.

1. Нажмите кнопку **Save / Recall Menu**.
Кнопку **Save** пока не нажимайте.



2. В нижнем экранном меню нажмите кнопку **Сохранить снимок экрана**.

Сохранить снимок экр.	Сохранить осцилл.	Сохранить текущ. настройки	Вызов осцилл.	Вызвать настройки	Назначить Save для настроек	Управление файлами
-----------------------	-------------------	----------------------------	---------------	-------------------	-----------------------------	--------------------



- | | | |
|--|---|---|
| | Сохранить снимок экр. | |
| 3. В боковом экранном меню повторными нажатиями кнопки Формат файла выберите один из следующих форматов: .tif, .bmp или .png. | Формат файла
.png | 3 |
| 4. Нажмите кнопку Ориентация и выберите альбомную (горизонтальную) или книжную (вертикальную) ориентацию сохраняемого изображения. | Ориентация
  | 4 |
| 5. Нажмите кнопку экономичный режим , чтобы включить или выключить Экономичный режим . Когда этот режим включен, изображение печатается на белом фоне. | Эк. черн.
Вкл Выкл | 5 |
| 6. Чтобы задать новое имя файла со снимком экрана, нажмите кнопку Изменить имя файла . Чтобы оставить имя по умолчанию, пропустите этот шаг. | Изменить имя файла | 6 |
| 7. Чтобы записать снимок экрана на выбранный носитель, нажмите кнопку ОК Сохран. снимок . | ОК Сохран. снимок | 7 |

Сведения о распечатке снимков экрана и осциллограмм см. в разделе *Настройка для печати*. (См. стр. 197, *Настройка для печати*.)

Сохранение и вызов данных осциллограмм и зависимостей

Данные осциллограммы или зависимости содержат числовые значения всех точек на осциллограмме или зависимости. При этом копируются данные, а не графическое изображение на экране. Чтобы сохранить данные текущей осциллограммы или зависимости либо вызвать ранее сохраненные данные осциллограммы или зависимости, надо выполнить следующие действия.

1. Нажмите кнопку **Save / Recall Menu**.



2. В нижнем экранном меню нажмите кнопку **Сохранить осциллограмму** или **Вызов осциллограммы**.

Сохранить снимок экр.	Сохранить осцил.	Сохранить текущие настройки	Вызов осцил.	Загрузка сохран. настройки	Назначить Save для осциллограммы	Управление файлами
-----------------------	------------------	-----------------------------	--------------	----------------------------	----------------------------------	--------------------

ПРИМЕЧАНИЕ. Осциллограф может сохранять цифровые осциллограммы в файлы формата CSV, но не в опорной памяти. На осциллографе невозможно восстановить цифровые осциллограммы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Осциллограф может сохранять, но не вызывать повторно регистрации РЧ-данных в виде файлов .TIQ. Файлы .TIQ могут быть использованы в ПО векторного анализа сигналов Tektronix SignalVu.

3. Вращайте ручку **Многофункц. а** и в боковом меню выберите одну из отображаемых осциллограмм или кривых. Другой способ — выбрать пункт **All Displayed Waveforms** (Все отображаемые осциллограммы).
- При сохранении данных зависимости РЧ можно выбрать один из вариантов: сохранение в виде стандартных отображаемых данных или в виде данных I and Q модулирующего сигнала (файлы .TIQ). Данные I and Q могут быть использованы в ПО векторного анализа сигналов Tektronix SignalVu.
4. Вращайте ручку **Многофункц. б** и выберите расположение, в которое необходимо сохранить данные осциллограммы или кривой или из которого их необходимо извлечь.
- Сохраните информацию во внешний файл на смонтированном сетевом диске или во флэш-памяти USB. Кроме того, можно сохранить данные в одном из четырех или двух файлов опорной памяти осциллографа.



5. Для сохранения на запоминающем USB-устройстве или сетевом диске нажмите кнопку **Сведения о файле**.



Появится экран диспетчера файлов. Используйте его для перехода к требуемому диску или папке, а также, при желании, для указания имени файла. Если используется имя и местоположение файла по умолчанию, пропустите этот шаг.

Сохранение осциллограммы в файле. При нажатии кнопки бокового меню **Сведения о файле** осциллограф изменяет содержание этого меню. В следующей таблице описаны пункты бокового меню, предназначенные для сохранения данных в файл на внешнем запоминающем устройстве большой емкости.

Кнопка бокового экранного меню	Описание
Собственный формат файлов прибора (.ISF)	Предписывает осциллографу сохранять данные осциллограмм из аналоговых каналов (а также расчетные и опорные осциллограммы, там где это возможно, из соответствующих каналов) в собственном формате файлов прибора (.isf). Файлы этого формата сохраняются наиболее быстро. Кроме того, файлы собственного формата прибора имеют наименьший размер. Этот формат файлов следует использовать, если впоследствии предполагается загрузка аналоговой осциллограммы или зависимости РЧ в опорную память для просмотра и проведения измерений.
Формат файла электронной таблицы (.csv)	Сохранение данных в файле с разделением запятыми, совместимом с большинством редакторов электронных таблиц. Аналоговые и РЧ-данные, сохраненные в файлах такого формата, также могут быть вызваны в опорную память.

Сохранение осциллограммы или зависимости в опорной памяти. Чтобы сохранить осциллограмму или кривую во внутренней энергонезависимой памяти осциллографа, нажмите кнопку экранного меню **Сохранить осцилл.**, выберите осциллограмму, которую требуется сохранить, после чего выберите одно из мест размещения опорной осциллограммы.

Сохраненные осциллограммы содержат только последние собранные данные. Данные шкалы серого, если они присутствуют, не сохраняются.

ПРИМЕЧАНИЕ. Опорные осциллограммы объемом 10 млн выборок хранятся в энергонезависимой памяти и не сохраняются при выключении питания осциллографа. Чтобы сохранить такие осциллограммы, необходимо записать их на внешнее запоминающее устройство.

Отображение опорной осциллограммы. Чтобы вывести на экран осциллограмму, сохраненную в энергонезависимой памяти, выполните следующие действия.

1. Нажмите кнопку **Опорный**.



2. Нажмите кнопку **R1, R2, R3** или **R4**.

(R1) (Вкл)	(R2) (В- ыкл)	(R3) (В- ыкл)	(R4) (В- ыкл)			
------------	------------------	------------------	------------------	--	--	--

Если нажать кнопку бокового меню **Подробн. опор. сигнала**, можно узнать, являются ли сохраненные данные опорной аналоговой осциллограммой или зависимостью РЧ.



Удаление опорной осциллограммы с экрана. Чтобы удалить с экрана опорную осциллограмму, выполните следующие действия.

1. Нажмите кнопку **Опорный**.



2. В нижнем экранном меню нажмите кнопку **R1, R2, R3** или **R4**, чтобы удалить опорную осциллограмму с экрана.

(R1) (Вкл)	(R2) (В- ыкл)	(R3) (В- ыкл)	(R4) (В- ыкл)			
------------	------------------	------------------	------------------	--	--	--

Опорная осциллограмма по-прежнему находится в оперативной памяти и может быть вызвана повторно еще одним нажатием кнопки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Опорные осциллограммы объемом 10 млн выборок хранятся в энергонезависимой памяти и не сохраняются при выключении питания осциллографа. Чтобы сохранить такие осциллограммы, необходимо записать их на внешнее запоминающее устройство.

Сохранение и вызов настроек

Настройки содержат сведения о сборе данных, например о параметрах по горизонтали и по вертикали, синхронизации, курсорах и измерениях. Сведения, касающиеся обмена данными, например адреса GPIB в их состав не включаются. Чтобы сохранить параметры настройки, выполните следующие действия.

1. Нажмите кнопку **Save / Recall Menu**.



2. В нижнем экранном меню нажмите кнопку **Сохранить текущ. настройки** или **Загрузка сохран. настройки**.

Сохранить снимок экрана	Сохранить осцилл.	Сохранить текущ. настройки	Вызов осцилл.	Загрузка сохран. настройки	Назначить Save для настроек	Управление файлами
-------------------------	-------------------	----------------------------	---------------	----------------------------	------------------------------------	--------------------

2

2

3. В появившемся боковом экранном меню выберите место для сохранения настроек или место, откуда их требуется вызвать.

Чтобы сохранить сведения о настройке в одной из десяти областей памяти настроек осциллографа, нажмите соответствующую кнопку в боковом экранном меню.


Чтобы сохранить сведения о настройке в файл на USB-накопителе или сетевом диске, нажмите кнопку **В файл**.

Сохранить текущ. настройки
To File (В файл)
Изменить метки
Настройка 1
Настройка 2
-далее-

3

3

4. При сохранении информации на USB-накопителе или сетевом диске для перемещения по файловой структуре вращайте ручку **Многофункц. а.** (См. стр. 186, *Структура внешнего файла*.)



Чтобы открыть или закрыть папку, нажмите кнопку **Выбор**.



Чтобы отменить сохранение, нажмите кнопку **Menu Off**, чтобы завершить сохранение, нажмите в боковом экранном меню кнопку **Сохранить в выбранный файл**.



5. Сохраните файл.

Сохранить в выбранный файл

Советы

- **Загрузка стандартных настроек.** Для возврата к заданным настройкам осциллографа по умолчанию служит кнопка **Настройка по умолчанию**. (См. стр. 60, *Использование настройки по умолчанию*.)

Сохранение одним нажатием кнопки

После выбора параметров сохранения и восстановления с помощью кнопки «Menu» в группе «Save/Recall» сохранение в файлы можно выполнять одним нажатием кнопки **Save**. Например, если задано сохранение данных осциллограммы в USB-накопителе, при каждом нажатии кнопки **Save** данные текущей осциллограммы сохраняются в заданном USB-накопителе.

1. Чтобы задать действие кнопки «Save», нажмите кнопку **Save/Recall Menu**.



2. Нажмите кнопку **Назначить Save для....**

Сохранить снимок экрана	Сохранить осцилл.	Сохранить текущую настройку	Вызов осцилл.	Вызвать настройки	Назначить Save для настроек	Управление файлами
-------------------------	-------------------	-----------------------------	---------------	-------------------	-----------------------------	--------------------



3. Нажмите кнопку бокового меню, соответствующую элементу, который необходимо сохранять при нажатии кнопки **Save**.

Назначить Save для
снимка экрана
осцилло- гр.
настройки
Изображ. Осцил- логр. и настройка

4. Теперь при каждом нажатии кнопки **Save** осциллограф будет выполнять заданное действие без перехода по меню.



Управление дисками, каталогами и файлами

Из пользовательского интерфейса осциллографа можно осуществлять управление дисками, каталогами и файлами.

1. Нажмите кнопку **Menu** в группе «Save/Recall».



2. Нажмите кнопку **Управление файлами**.

Сохран. снимок	Сохранить осцилл.	Сохран. текущ. настройки	Вызов осцилл.	Загрузка настройки	Назначить Save для настройки	Управление файлами
-------------------	----------------------	--------------------------------	------------------	-----------------------	---------------------------------------	-----------------------

Выберите в боковых меню нужное действие над файлом. Можно сделать следующее:

- Создать папку
- Удалить выделенный каталог или файл
- Скопировать выделенный диск, каталог или файл
- Вставить ранее скопированный диск, каталог или файл
- Смонтировать или размонтировать сетевой диск
- Переименовать выделенный диск, каталог или файл
- Отформатировать выделенный диск



Монтирование сетевого диска

Смонтируйте сетевой накопитель, например ПК или файловый сервер, для сохранения настроек, осциллограмм и снимков экрана непосредственно на диск, а также для загрузки осциллограмм или настроек диска.

Чтобы сохранить файлы на сетевой диск или загрузить их с него, необходимо сначала подключить осциллограф к сети. (См. стр. 28, Подключение осциллографа к компьютеру.)

ПРИМЕЧАНИЕ. За информацией о сети обращайтесь к сетевому администратору.

После установки соединения с сетью сделайте следующее:

1. Нажмите на передней панели кнопку **Save/Recall Menu**.
2. Нажмите кнопку **Управление файлами** в нижней панели и в открывшемся боковом меню выберите **–далее– 1 из 2**. Затем выберите **Смонтировать**.

3. В открывшемся боковом меню выберите следующее:

Параметр	Описание
Буква диска	Выберите букву от I: до Z:
Имя сервера или IP-адрес	С USB-клавиатуры или из экранного интерфейса введите имя или IP-адрес сервера.
Путь	С USB-клавиатуры или из экранного интерфейса введите путь к файлу. Например, чтобы смонтировать каталог ПК MS Windows с именем «C:\Example», введите «C\$\\Example». Знак доллара делает возможным совместное использование. Никакого двоеточия ставить не нужно.
Имя польз.	При необходимости с USB-клавиатуры или из экранного интерфейса введите имя пользователя.
Пароль	Для ввода пользовательского пароля при необходимости используйте клавиатуру USB или экранный интерфейс. При вводе пароля осциллограф отображает только звездочки «*». После нажатия кнопки ОК Принять они стираются с экрана.

ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что в сетевом местоположении включен общий доступ к файлам.

4. Нажмите кнопку **ОК Принять**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для размонтирования сетевого диска на передней панели в группе «Save/Recall» нажмите кнопку **Меню**, затем выберите **Управление файлами** в нижнем меню и в боковом меню выберите пункты **-далее- 1 из 2** и **Размонтировать**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Любые сетевые местоположения, смонтированные при выключенном осциллографе, будут автоматически смонтированы повторно при включении осциллографа. Любое сетевое местоположение, которое не следует автоматически монтировать повторно при включении, необходимо размонтировать.

Настройка для печати

Чтобы распечатать изображение, выведенное на экран осциллографа, выполните следующие действия.

Подсоединение принтера к осциллографу

Подключите принтер, не являющийся принтером PictBridge, к USB-порту на задней или передней панели осциллографа. Можно также подключить принтер PictBridge к порту USB-устройств, расположенному на задней панели, или подключить сетевой принтер через порт Ethernet.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перечень совместимых принтеров см. на веб-странице www.tektronix.com/printer_setup.

Настройка параметров печати

Чтобы настроить осциллограф для печати, выполните следующие действия.


1. Нажмите кнопку **Utility**.



2. Нажмите кнопку **Стр. сервиса**.



3. Вращайте ручку **Многофункц. а** и выберите команду **Принтер**.



4. Если требуется заменить принтер по умолчанию, нажмите кнопку **Выбор принтера**.



Для перемещения по списку имеющихся принтеров вращайте ручку **Многофункц. а**.


Чтобы выбрать нужный принтер, нажмите кнопку **Выбор**.

Чтобы добавить в список USB-принтер, не являющийся принтером PictBridge, подсоедините его к хост-порту USB. Осциллограф автоматически распознает большинство принтеров.


О том, как установить USB-принтер PictBridge, см. в следующем разделе.

О том, как добавить в список принтер Ethernet, см. в данном разделе. (См. стр. 200, *Печать через Ethernet*.)

5. Выберите ориентацию изображения (книжную или альбомную).



Альбомная




Книжная

6. Для параметра **Экономичный режим** выберите **Вкл** или **Выкл**.
Если выбрано **Вкл**, печать производится на белом фоне.



Эк. черн. включен



Эк. черн. выключен


Печать на принтере PictBridge

Чтобы настроить осциллограф для печати на принтере PictBridge, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку **Utility**.




2. Нажмите кнопку **Стр.сервиса**.




3

3. Вращайте ручку **Многофункц. а** и выберите команду **Ввод/Вывод**.



4. Нажмите кнопку **USB**.



4


5. Нажмите кнопку **Подсоедин. к принтеру PictBridge**.



Печать через Ethernet

Чтобы настроить осциллограф для печати через Ethernet, выполните следующие действия.

1. Подсоедините кабель Ethernet к разъему Ethernet на задней панели.




2. Нажмите кнопку **Utility**.



3. Нажмите кнопку **Стр. сервиса**.



4. Вращайте ручку **Многофункц.** а и выберите команду **Принтер**.



5. Нажмите кнопку **Выбор принтера**.

Стр. сервиса Настр. печати	Выбор принтера	Ориентация Альбомная	Эк. черн. Выкл	Настройки принтера PictBridge		
-------------------------------	----------------	-------------------------	-------------------	----------------------------------	--	--

4

5

6. Нажмите кнопку **Добавить сетевой принтер**.

Добавить сетевой принтер
Добавить принтер эл. почты
Переимен. принтер
Удалить сетевой принтер

6

7. Для прокрутки списка букв, цифр и других символов вращайте ручку **Многофункц. а**, чтобы найти первую букву имени принтера, которое требуется ввести.
Если используется USB-клавиатура, то для выбора положения точки ввода воспользуйтесь клавишами со стрелками и введите имя принтера. (См. стр. 37, *Подсоединение к осциллографу USB-клавиатуры*.)

Multipurpose @

1785-038

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789_+~!@#\$%^&*(){}<>/~"'\:;.,?`

8. Нажмите кнопку **Выбор** или **Ввести символ**, чтобы указать, что нужный символ выбран.

Select

0968-023

При необходимости имя можно изменить с помощью кнопок нижнего экранного меню.

Вв. симв.		←	→	Удалить слева	Удалить	Очистить
-----------	--	---	---	---------------	---------	----------

9. Продолжайте выбирать символы и нажимать кнопку **Выбор** до тех пор, пока не будут введены все нужные символы.

10. Нажмите кнопку со стрелкой вниз, чтобы переместить указатель ввода символов на строку ниже, в поле **Имя сервера**.
11. Вращайте ручку **Многофункц. а** и нажмите кнопки **Выбрать** или **Вв. симв.** столько раз, сколько необходимо для ввода имени.
12. Если требуется, нажмите кнопку со стрелкой вниз, чтобы переместить указатель ввода символов на строку ниже, в поле **IP-адрес сервера**:

Добавить принтер
↑
↓
ОК Принять


13. Вращайте ручку **Многофункц. а** и нажмите кнопки **Выбрать** или **Вв. симв.** столько раз, сколько необходимо для ввода имени.
14. Выполнив эти действия, нажмите кнопку **ОК Принять**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если к осциллографу одновременно подключено несколько принтеров, печать производится на принтере, указанном в пункте меню «Utility > Стр. сервиса > Настройка печати > Выбор принтера».

Печать через электронную почту

Чтобы настроить осциллограф для печати через электронную почту на принтеры с функцией электронной почты, выполните указанные ниже действия.

1. Подсоедините кабель Ethernet к разъему Ethernet на задней панели.




2. Нажмите кнопку **Utility** (Сервис).



3. Нажмите кнопку **Стр. сервиса**.



4. Вращайте ручку **Многофункц.** а и выберите команду **Принтер**.



5. Нажмите кнопку **Выбор принтера**.




6. Нажмите кнопку **Добавить принтер эл. почты**.



7. Для прокрутки списка букв, цифр и других символов вращайте ручку **Многофункц. а**, чтобы найти первую букву имени, которое требуется ввести.

Если используется USB-клавиатура, то для выбора положения точки ввода воспользуйтесь клавишами со стрелками и введите имя принтера. (См. стр. 37, *Подсоединение к осциллографу USB-клавиатуры.*)

ПРИМЕЧАНИЕ. Как для уведомлений по электронной почте о **действии по событию**, так и для принтера электронной почты используется один и тот же набор параметров сервера SMTP (**Тест > Приложение > Дейс.по событию > Действ. > Уведомлен. по эл.почте > Configure E-mail** [Настройка электронной почты]). Если изменить параметры SMTP-сервера в одной из этих групп параметров, они также будут изменены и в другой группе.



8. Нажмите кнопку **Выбор** или **Ввести символ**, чтобы указать, что требуемый символ выбран.




При необходимости можно изменить имя с помощью кнопок нижнего меню.

Вв. симв.		←	→	Back Space (Удалить слева)	Удалить	Очистить
-----------	--	---	---	-------------------------------	---------	----------

9. Продолжайте выбирать символы и нажимать кнопку **Выбрать** до тех пор, пока не будут введены все требуемые символы.

10. Чтобы ввести большее количество строк, нажмите кнопку со стрелкой вниз, чтобы переместить курсор символа вниз.
11. Вращайте ручку **Многофункц. а** и нажмите кнопки **Выбрать** или **Вв. симв.** столько раз, сколько необходимо для ввода имени.
12. При необходимости нажмите кнопку со стрелкой вниз, чтобы переместить курсор символа вниз на добавленные строки.



13. Вращайте ручку **Многофункц. а** и нажмите кнопки **Выбрать** или **Вв. симв.** столько раз, сколько необходимо для ввода имени.
14. Выполнив эти действия, нажмите кнопку **ОК Принять**.

Печать одним нажатием кнопки

После подключения принтера к осциллографу и настройки параметров принтера можно распечатать текущий снимок экрана одним нажатием кнопки.

Нажмите кнопку со значком принтера, расположенную в левом нижнем углу передней панели.



Использование функций обеспечения безопасности осциллографа

Очистка памяти осциллографа

Осциллограф MDO3000 имеет функцию обеспечения повышенной безопасности за счет защиты паролем действий по включению или выключению всех портов прибора.

Функция TekSecure позволяет стирать все настройки и осциллограммы, сохраненные в энергонезависимой памяти осциллографа. Если на осциллографе были зарегистрированы данные, доступ к которым посторонних лиц нежелателен, перед продолжением работы можно воспользоваться функцией Tek Secure. Функция TekSecure выполняет следующие действия.

- Замена всех зарегистрированных сигналов нулевыми значениями во всех типах памяти.
- Удаление текущих настроек передней панели и всех сохраненных настроек и замена их значениями по умолчанию.
- Отображение на экране подтверждения или предупреждения, в зависимости от успешного или неудачного окончания проверки.
- С помощью опции MDO3SEC можно включать и выключать порты ввода-вывода, а также включать или выключать функцию обновления микропрограммного обеспечения.

Чтобы использовать функцию TekSecure без прикладного модуля MDO3SEC, необходимо выполнить указанные ниже действия.


1. Нажмите кнопку **Utility**.




2. Нажмите кнопку **Стр. сервиса**.



3. Вращайте ручку **Многофункц.** а и выберите команду **Безоп..**



4. Нажмите кнопку **TekSecure — очистка памяти**.



5. В боковом меню нажмите кнопку **OK**
Erase Setup and Ref Memory (ОК
Очистить настройку и оперативную
память).


Данные в опорных осциллограммах
осциллографа и расположениях памяти
настроек будут удалены.



Для отмены процедуры нажмите кнопку
Menu Off (Выключение меню).



6. Чтобы завершить процедуру, выключите осциллограф и снова включите его.



Чтобы использовать функцию TekSecure с прикладным модулем MDO3SEC, необходимо выполнить указанные ниже действия.

1. Нажмите кнопку **Utility**.



2. Нажмите кнопку **Стр. сервиса**.

Стр.
сервиса

2

3. Вращайте ручку **Многофункц.** а и выберите команду **Безоп.**


Безоп.

4. Нажмите кнопку **TekSecure — очистка памяти**.

Стр. сервиса Безоп.	TekSecure Очистка Память	Защитный пароль	Обновл. ПО Включено	Порты I/O Включено		
-------------------------------	--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------	--	--



5. В боковом меню нажмите кнопку **OK Erase Setup and Ref Memory** (ОК Очистить настройку и оперативную память). Как было сказано ранее, данные в опорных осциллограммах осциллографа и расположениях памяти настроек будут удалены.




6. Нажмите кнопку **Безоп. пароль**. Чтобы ввести пароль, воспользуйтесь ручкой **Многофункц. а** и нижним меню.
7. Нажмите кнопку **Обновл. ПО**. Прочитайте предупреждения на экране. Чтобы отключить функцию загрузки нового микропрограммного обеспечения в осциллограф, в появившемся боковом меню нажмите кнопку **OK Disable Upgrades** (ОК Выключить обновления).
8. Нажмите кнопку **Порты I/O**. Прочитайте предупреждения на экране. Чтобы выключить все порты USB и Ethernet осциллографа, в появившемся боковом меню нажмите кнопку **OK Disable All Ports** (ОК Выключить все порты).

Для отмены процедуры нажмите кнопку **Menu Off** (Выключение меню).



9. Чтобы завершить процедуру, выключите осциллограф и снова включите его.



Использование генератора сигналов произвольной формы

Прибор MDO3000 содержит опциональный встроенный генератор сигналов произвольной формы (опция MDO3AFG). Его можно использовать для имитации сигналов в схеме или для добавления шума в сигналы при выполнении предельного тестирования.


Генератор функций создает на выходе сигналы заданных форм частотой до 50 МГц. Доступны синусоидальные, прямоугольные, импульсные, пилообразные и треугольные сигналы, постоянный ток, шум, функция $\sin(x)/x$ (синхронизация), функция Гаусса, функция Лоренца, возрастание и уменьшение по экспоненциальному закону, гаверсинус и кардиальные сигналы.

Генератор сигналов произвольной формы может генерировать произвольный сигнал, состоящий из не более чем 131 072 точек. Можно создать осциллограмму на основе любого из четырех внутренних сигналов произвольной формы, записанных в память, четырех (двух) аналоговых каналов, четырех (двух) опорных осциллограмм, расчетной осциллограммы или 16 осциллограмм цифровых каналов. Кроме того, можно использовать CSV-файл (таблицу), сохраненный на внешнем носителе, или заранее определенный шаблон.


Можно изменять осциллограмму произвольной формы с помощью экранного редактора, а затем воспроизводить ее с помощью генератора. Для более сложных операций над осциллограммами можно использовать программное обеспечение ArbExpress компании Tektronix, предназначенное для ПК, с помощью которого можно создавать и изменять осциллограммы. Это программное обеспечение можно бесплатно загрузить с веб-сайта www.tektronix.com/software. С осциллографом MDO3000 следует использовать программное обеспечение версии не ниже 3.1.

Доступ к генератору сигналов произвольной формы

Чтобы получить доступ к выходу генератора сигналов произвольной формы, подключите кабель к порту с маркировкой **AFG OUT** (Выход генератора сигналов произвольной формы) на задней панели осциллографа.



Чтобы наблюдать выходной сигнал генератора сигналов произвольной формы, подключите другой конец кабеля к одному из входных каналов на передней панели осциллографа.



Использование генератора сигналов произвольной формы

Чтобы включить или выключить выход генератора сигналов произвольной формы, на передней панели нажмите кнопку **AFG** (Генератор сигналов произвольной формы). Если выход включен, кнопка будет светиться. Если выключить этот выход, индикатор погаснет. При вызове настроек прибора эта кнопка всегда находится в выключенном состоянии. При включении осциллографа генератор сигналов произвольной формы всегда будет выключен.



Изменение типа осциллограммы

- 1. Нажмите кнопку **AFG** (Генератор сигналов произвольной формы), чтобы появилось нижнее меню генератора сигналов произвольной формы.




Осциллограмма	Параметры осциллограммы	Частота	100,00 кГц	Период	10,00 0 мкс	Настр. выхода
Синус		Амплитуда	500,0 0 мВразмах	Высокий Низкий	250,00 мВ -250,0 0 мВ	
		Смещение	0,0000 В			

2

3


4

- 2. Чтобы выбрать тип осциллограммы, в нижнем меню генератора сигналов произвольной формы нажмите кнопку **осциллогр.** и вращайте ручку **Многофункц. а.**
- 3. В нижнем меню генератора сигналов произвольной формы нажмите кнопку **Настройки сигнала**, чтобы задать частоту, период, амплитуду, смещение, а также верхний и нижний уровень осциллограммы.



4. В нижнем меню нажмите кнопку **Настр. выхода**, чтобы настроить значение импеданса нагрузки и уровень аддитивного шума.

Можно сделать так, чтобы импульсы синхронизации генератора сигналов произвольной формы поступали с расположенного на задней панели порта **AUX OUT** (Дополнительный выход). Это удобно, если необходимо, чтобы с дополнительного выхода поступали импульсы, синхронизированные с блоком осциллограммы генератора сигналов произвольной формы. Чтобы включить эту функцию, нажмите **AFG** (Генератор сигналов произвольной формы) > **Настр. выхода** > **AUX OUT** > **AFG**.



Синусоидальный сигнал в канале 1 поступает с выхода генератора сигналов произвольной формы. Прямоугольный сигнал в канале 2 — это импульсы синхронизации генератора сигналов произвольной формы. Они поступают с порта AUX OUT.

Ограничения. При частоте выходного сигнала выше 4,9 МГц, действуют определенные ограничения. Сигнал с поделенной частотой, не превышающей 4,9 МГц, поступает с порта AUX OUT. Частота синхронизации генератора сигналов произвольной формы будет ограничена, как показано в таблице справа.

Настройка частоты (МГц) выходной осциллограммы.

≤ 4,9 МГц
> 4,9—14,7 МГц
> 14,7—24,5 МГц
> 24,5—34,3 МГц
> 34,3—44,1 МГц
> 44,1—50 МГц

Частота выходного сигнала синхронизации генератора сигналов произвольной формы (МГц).

Частота сигнала
Частота сигнала / 3
Частота сигнала / 5
Частота сигнала / 7
Частота сигнала / 9
Частота сигнала / 11

Создание осциллограмм произвольной формы

Можно создать осциллограмму на основе любого из четырех внутренних сигналов произвольной формы, записанных в память, четырех (двух) аналоговых каналов, четырех (двух) опорных осциллограмм, расчетной осциллограммы или 16 осциллограмм цифровых каналов. Кроме того, можно использовать CSV-файл (таблицу), сохраненный на внешнем носителе, или заранее определенный шаблон (для сигналов прямоугольной или синусоидальной формы, линейного изменения, импульсов или шума).

Использование генератора сигналов произвольной формы

1. Нажмите кнопку **AFG** (Генератор сигналов произвольной формы), чтобы появилось нижнее меню генератора сигналов произвольной формы.



2. В нижнем меню нажмите кнопку **осциллогр.** и вращайте ручку **Многофункц. а**, чтобы в появившемся меню в списке осциллограмм выбрать пункт **Произвольный сигнал**.

Осцилло- грамма	Настройки сигнала	Осциллог- рамма Изменить	Сме- щение частоты и амплит- уды	100,00 кГц 500,0 0 мВраз- мах 0,000 В	Период 10 ,000 мкВ Высокий: 250,00 мВ Низкий: 250,00 мВ	Настр. выхода
Произв- ольный сигнал						



3. Нажмите кнопку **Настройки сигнала**, чтобы задать частоту, период, амплитуду, смещение, а также верхний и нижний уровни.
4. Нажмите кнопку **Редактировать осциллограмму**, чтобы вызвать нижнее меню редактирования осциллограммы. С помощью этого меню можно управлять существующими точками осциллограммы, добавлять или удалять точки, а также изменять уровень напряжения.
- Если необходимо изменить большое количество точек, воспользуйтесь программным обеспечением Tektronix ArbExpress, которое можно загрузить с веб-страницы www.tektronix.com/software.
- Кроме того, с помощью меню редактирования осциллограммы в приборе можно создавать новые осциллограммы сигналов произвольной формы. Такие осциллограммы можно загрузить из файлов или из обновляемых каналов.

При необходимости нажмите кнопки **AFG** (Генератор сигналов произвольной формы) > **Редактировать осциллограмму**, чтобы вызвать нижнее меню редактирования осциллограммы.

- 5. Нажмите кнопку **Редактировать существующие**, чтобы изменить, добавить или удалить точки в текущей осциллограмме.

Редактировать существующие	Создать новые	Загрузить осциллограмму	Смещение частоты и амплитуды	100,00 кГц 500,0 0 мВразмах 0,000 В	Период 10,000 мкс Высокий: 250,00 мВ Низкий: 250,00 мВ	Сохранить осциллограмму
----------------------------	---------------	-------------------------	------------------------------	--	---	-------------------------



Если внутренний редактор включен, экран будет разбит на меньшее верхнее окно и большее нижнее окно.


Меньшая верхняя часть экрана служит для обзора, в ней отображается содержимое всей памяти осциллограммы. Увеличенный участок осциллограммы ограничен прямоугольником.

Большая нижняя часть — это увеличенное отображение участка осциллограммы, выделенного в верхней части экрана. В нижней части отображается до 500 точек записи.

Вращайте ручку **Многофункц. а**, чтобы выбрать точку, которую необходимо изменить.

Вращайте ручку **Многофункц. b**, чтобы задать уровень напряжения для этой точки. Уровень напряжения — это функция параметров текущей амплитуды и смещения для осциллограммы.

С помощью элементов бокового меню можно добавлять или удалять точки в осциллограмме.



6. В нижнем меню нажмите кнопку **Создать новые**, чтобы создать новую осциллограмму сигнала произвольной формы.

При появлении бокового меню вращайте ручку **Многофункц. а** или воспользуйтесь клавиатурой, чтобы задать количество точек осциллограммы. В осциллограмме может быть не более 131 072 точек.

Вращайте ручку **Многофункц. б**, чтобы выбрать основную функцию.

Можно выбрать прямоугольные, синусоидальные, пилообразные и импульсные сигналы или шум.

Нажмите кнопку **OK Create** (OK Создать), чтобы создать новую осциллограмму.

7. В нижнем меню нажмите кнопку **Загрузить осциллограмму**. Выберите отображаемые осциллограммы вращением ручки **Многофункц. а**. Кроме того, можно использовать боковое меню для загрузки осциллограммы, сохраненной в файл. Выбрав требуемую осциллограмму, в боковом меню нажмите кнопку **OK Load** (OK Загрузить). Чтобы скрыть меню, дважды нажмите кнопку **Menu Off** (Выключить меню).

Соедините порт AUX OUT на задней панели с портом канала 1 на передней панели с помощью кабеля BNC.

Теперь можно наблюдать осциллограмму сигнала произвольной формы на экране осциллографа.



8. В нижнем меню нажмите кнопку **Сохранить осцилл.**. Выберите одно из четырех гнезд для сохранения созданной осциллограммы вращением ручки **Многофункц. а**. Нажмите кнопку **OK Save** (OK Сохранить). Можно нажать кнопку **Изменить метки** и с помощью ручки **Многофункц. а** и нижнего меню назначить имя новой осциллограмме. Чтобы скрыть меню меток, нажмите кнопку **Menu Off**.

Советы

- Осциллограммы сигналов произвольной формы можно сохранять в формате CSV. CSV-файл состоит из наборов пар точек осциллограммы (напряжение и номер точки).
- Можно загружать произвольные осциллограммы из различных источников активных временных областей: каналов 1—4, опорных сигналов 1—4, расчетных кривых, цифровых каналов D0—D15.
- Память произвольных осциллограмм можно сохранить в любое из четырех расположений памяти произвольных осциллограмм и загрузить оттуда. Их можно загрузить только в активную произвольную осциллограмму. Невозможно сохранять их в файлы или вызывать их напрямую в расположения памяти произвольных осциллограмм.

ПРИМЕЧАНИЕ. При загрузке из источников цифровых осциллограмм используется основная запись осциллограммы. Записи MagniVi не поддерживаются.

ПРИМЕЧАНИЕ. Импеданс нагрузки масштабирует параметры по вертикали, чтобы показать, какая нагрузка будет отображена на основании импеданса нагрузки. Поскольку генератор сигналов произвольной формы — это источник с сопротивлением 50 Ом, присвойте параметрам импеданса нагрузки и входного канала значение 50 Ом.

ПРИМЕЧАНИЕ. Диапазон шума ограничен на уровне выше 50 % функции максимальной амплитуды и рассчитывается по указанной ниже формуле.

Максимальный процент шума = $100,0 * (\text{Максимальная амплитуда} / \text{Амплитуда} - 1,0)$

Использование прикладных модулей

Дополнительные пакеты модулей прикладных программ позволяют расширить возможности осциллографа. (См. стр. 15, *Бесплатное опробование прикладных модулей*.) (См. стр. 15, *Установка модуля прикладных программ*.)

Указания по установке и тестированию прикладных модулей см. в *руководстве по установке прикладных модулей для осциллографов серии MDO3000*, поставляемом в комплекте с прикладными модулями. Некоторые модули описаны в следующем списке. Кроме того, могут быть доступны дополнительные модули. Для получения дополнительных сведений обратитесь к представителю компании Tektronix или посетите веб-узел по адресу www.tektronix.com. Кроме того, обратитесь к разделу *Как связаться с компанией Tektronix* в начале данного руководства.

Прикладные модули можно приобрести в качестве отдельных продуктов. Их можно приобрести как при покупке прибора MDO3000, так и позднее.

Прикладные модули сопровождаются лицензиями. Можно передавать лицензию между прикладным модулем и осциллографом. Лицензия может храниться в модуле, что позволяет использовать его и в другом приборе. Кроме того, можно хранить лицензию в осциллографе, чтобы извлекать модуль и хранить в безопасном месте. Можно передать лицензию обратно в модуль, чтобы использовать его в другом осциллографе MDO3000. Возможность передачи лицензии на осциллограф и удаления модуля позволяет работать более чем с двумя приложениями одновременно.

- **Модуль анализа и запуска по сигналам последовательных шин для аэрокосмической промышленности MDO3AERO** позволяет осуществлять запуск по пакетам, передаваемым по шинам MIL-STD-1553, а также предоставляет средства анализа, например цифровое представление сигналов, представление шины, декодирование пакетов, поиск и таблицы декодирования пакетов с метками времени. Входы сигнала: каналы 1—4, результат математической обработки, опорный 1—4. Рекомендуемые пробники: дифференциальный или несимметричный (требуется только один несимметричный пробник)
- **Модуль анализа и запуска по сигналам последовательных аудиошин MDO3AUDIO** позволяет осуществлять запуск по пакетам, передаваемым по аудиошинам I²S, LJ, RJ и TDM, а также предоставляет средства анализа, например цифровое представление сигналов, представление шины, декодирование пакетов, поиск и таблицы декодирования пакетов с метками времени. Входы сигнала: любые каналы 1—4 и (при использовании опции MDO3MSO) любые каналы D0—D15. Рекомендуемые пробники — несимметричные.
- **Модуль анализа и запуска по сигналам автомобильных последовательных шин MDO3AUTO** позволяет осуществлять запуск по пакетам, передаваемым по шинам CAN и LIN, а также предоставляет средства анализа, например цифровое представление сигналов, представление шины, декодирование пакетов, поиск и таблицы декодирования пакетов с метками времени. Входы сигнала — шины CAN или LIN: любые каналы 1—4 и (при использовании опции MDO3MSO) любые каналы D0—D15. Рекомендуемые пробники — CAN: несимметричные или дифференциальные; LIN: несимметричные.
- **Модуль анализа и запуска по сигналам компьютерных последовательных шин MDO3COMP** позволяет осуществлять запуск по пакетам, передаваемым по шинам RS-232, RS-422, RS-485 и UART, а также предоставляет средства анализа, например цифровое представление сигналов, представление шины, декодирование пакетов, поиск и таблицы декодирования пакетов с метками времени. Входы сигнала: любые каналы 1—4 и (при использовании опции MDO3MSO) любые каналы D0—D15. Рекомендуемые пробники — RS-232/UART: несимметричный; RS-422/485: дифференциальный.
- **Модуль последовательной синхронизации и анализа встроенных систем MDO3EMBD** позволяет осуществлять запуск по пакетам, передаваемым по шинам I²C и SPI, а также предоставляет средства анализа, например цифровое представление сигналов, представление шины, декодирование пакетов, поиск и таблицы декодирования пакетов с метками времени. Входы сигнала — I²C или SPI: любые каналы 1—4 и (при использовании опции MDO3MSO) любые каналы D0—D15. Рекомендуемые пробники — несимметричные.

- **Модуль анализа и запуска по сигналам последовательных шин MDO3FLEX** позволяет осуществлять запуск по пакетам, передаваемым по шинам FlexRay, а также предоставляет средства анализа, например цифровое представление сигналов, представление шины, декодирование пакетов, поиск и таблицы декодирования пакетов с метками времени. Входы сигнала: любые каналы 1—4 (и, при использовании опции MDO3MSO, любые каналы D0—D15; только для несимметричных пробников). Рекомендуемые пробники — несимметричные или дифференциальные.
- **Модуль предельного теста и теста по маске MDO3LMT** позволяет выполнять тесты с использованием предельных значений, полученных на основе опорных сигналов, или выполнять тесты по маске с использованием пользовательских масок.
- **Модуль анализа систем питания MDO3PWR** позволяет быстро и точно анализировать качество питающих напряжений, коммутационные потери, гармонические составляющие, область безопасной работы, модуляцию, пульсации, скорость нарастания тока и напряжения (di/dt , dV/dt).
- **Модуль анализа и запуска по сигналам последовательных шин USB 2.0 MDO3USB** позволяет осуществлять запуск по пакетам, передаваемым по последовательным шинам USB в режимах Low Speed и Full Speed. Кроме того, этот модуль позволяет использовать средства анализа, например цифровое представление сигналов, представление шины, декодирование пакетов, поиск и таблицы декодирования пакетов с метками времени для шин USB, работающих в режимах Low Speed, Full Speed и High Speed. Входы сигнала — для шин, работающих в режимах Low Speed и Full Speed: любой канал 1-4, любой канал D0—D15 (с опцией MDO3MSO); для шин, работающих в режимах Low Speed, Full Speed, и High Speed: любой канал 1—4, математические функции, опорный сигнал 1—4. Рекомендуемые пробники — для шин, работающих в режиме Low Speed и Full Speed: несимметричный или дифференциальный; для шин, работающих в режиме High Speed: дифференциальный.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для высокоскоростных шин (HS) USB необходимо использовать модели с полосой пропускания 1 ГГц.

Приложение А. Гарантированные технические характеристики

√ Аналоговая полоса пропускания, 50 Ом	Аналоговая полоса пропускания при подключении прибора к DC-50 и значении параметра полосы пропускания, равном «Полный».				
	Ограничения, описанные ниже, относятся к температуре окружающей среды ≤ 30 °С и полосе пропускания, для которой установлено значение «Полная». При каждом увеличении температуры на 1 °С выше 30 °С необходимо снижать частоту верхней полосы пропускания на 1 %.				
	Полоса пропускания	От 10 мВ/дел до 1 В/дел	От 5 мВ/дел до 9,98 мВ/дел	От 2 мВ/дел до 4,98 мВ/дел	От 1 мВ/дел до 1,99 мВ/дел
	1 ГГц	От 0 до 1,00 ГГц	Постоянный ток до 500 МГц	Постоянный ток до 300 МГц	От 0 до 150 МГц
	500 МГц	Постоянный ток до 500 МГц		Постоянный ток до 300 МГц	От 0 до 150 МГц
	350 МГц	От 0 до 350 МГц		Постоянный ток до 300 МГц	От 0 до 150 МГц
	200 МГц	Постоянный ток до 200 МГц			От 0 до 150 МГц
100 МГц	От 0 до 100 МГц				
√ Баланс по постоянному току	0,2 дел. с входным сопротивлением 50 Ом, связью по постоянному току и нагрузкой 50 Ом 0,2 дел. с входным сопротивлением 75 Ом, связью по постоянному току и нагрузкой 75 Ом 0,25 дел. при 2 мВ/дел. с входным сопротивлением 50 Ом, связью по постоянному току и нагрузкой 50 Ом 0,25 дел. при 2 мВ/дел. с входным сопротивлением 75 Ом, связью по постоянному току и нагрузкой 75 Ом 0,5 дел. при 1 мВ/дел. с входным сопротивлением 50 Ом, связью по постоянному току и нагрузкой 50 Ом 0,5 дел. при 1 мВ/дел. с входным сопротивлением 75 Ом, связью по постоянному току и нагрузкой 75 Ом 0,2 дел. с входным сопротивлением 1 МОм, связью по постоянному току и нагрузкой 50 Ом 0,3 дел. при 1 мВ/дел. с входным сопротивлением 1 МОм, связью по постоянному току и нагрузкой 50 Ом При температуре окружающей среды выше 40 °С указанные выше характеристики увеличиваются на (0,01 дел)/(°С).				
√ Погрешность коэффициента усиления по постоянному току	±2,5 % для 1 мВ/дел, снижение 0,100 %/°С свыше 30 °С				
	±2,0 % для 2 мВ/дел, снижение 0,100 %/°С свыше 30 °С				
	±1,5 % для 5 мВ/дел и более, снижение 0,100 %/°С свыше 30 °С				
	±3,0 % переменное усиление, снижение 0,100 %/°С свыше 30 °С				

√ Погрешность измерения напряжения постоянного тока, режим регистрации с усреднением	Значения смещения, положения и постоянного смещения необходимо преобразовать в вольты путем умножения на соответствующее значение В/дел. Характеристики базовой точности применяются напрямую к любому образцу и следующим измерениям: высокий, низкий, максимальный, минимальный, средний, среднее значение цикла, среднеквадратический и среднеквадратический циклы. Характеристика точности измерения разности напряжений относится к вычислениям с вычитанием, включая эти два измерения. Характеристика точности разности напряжений применяется напрямую к следующим измерениям: положительный и отрицательный выбросы, размах и амплитуда. Ограничения:	
	Тип измерения	Погрешность для постоянного тока (в вольтах)
	Усреднение > 16 осциллограмм	$\pm((\text{точность усиления по постоянному току}) \times \text{показание} - (\text{смещение} - \text{положение}) + \text{точность смещения} + 0,1 \text{ дел})$
	Измерение разности напряжений между любыми двумя усредненными значениями из ≥ 16 осциллограмм, записанных при одинаковых настройках осциллографа и условиях окружающей среды	$\pm(\text{точность усиления по постоянному току} \times \text{показание} + 0,05 \text{ дел})$
√ Точность смещения	$\pm[0,005 \times \text{смещение} - \text{положение} + \text{баланс по постоянному току}]$ <i>ПРИМЕЧАНИЕ. Значения положения и постоянного смещения должны быть преобразованы в вольты путем умножения на соответствующее значение с единицами измерения В/дел.</i>	
√ Долговременная точность частоты дискретизации и времени задержки	± 10 миллионных долей на любой временной интервал ≥ 1 мс	
√ Дополнительный выход (AUX OUT)	Переключаемый выход: основная синхронизация, событие или генератор сигналов произвольной формы Основная синхронизация: запуск обозначается переходом с ВЫСОКОГО на НИЗКИЙ уровень. Выходной сигнал события: прибор сгенерирует отрицательный фронт во время определенного события запуска в тестовом приложении. Нисходящий фронт появляется при наступлении определенного события в тестовом приложении (например, осциллограмма пересекает заданный порог в предельном тесте или тесте по маске). Нарастающий фронт появляется, когда система запуска начинает ожидание следующего события приложения. Генератор сигналов произвольной формы: выходной сигнал синхронизации с генератора сигналов произвольной формы.	
	Характеристика	Пределы
	Вых (HI)	$\geq 2,25$ В при разомкнутой цепи; $\geq 0,9$ В на нагрузке 50 Ом по отношению к земляному проводнику
	Вых (LO)	$\leq 0,7$ В на нагрузке ≤ 4 мА; $\leq 0,25$ В на нагрузке 50 Ом по отношению к земляному проводнику

Приложение А. Гарантированные технические характеристики

√ Случайный шум, режим выборки	Полоса пропускания прибора (в том числе для приборов с расширенными полосами пропускания)		Выбор полосы пропускания	Среднеквадратичное значение шума
	1 ГГц	Полная полоса пропускания		< (150 мкВ + 8 % от значения В/дел)
		Ограничение по полосе пропускания — 250 МГц		< (150 мкВ + 6 % от значения В/дел)
		Ограничение по полосе пропускания — 20 МГц		< (100 мкВ + 4 % от значения В/дел)
	500 МГц	Полная полоса пропускания		< (150 мкВ + 8 % от значения В/дел)
		Ограничение по полосе пропускания — 250 МГц		< (150 мкВ + 6 % от значения В/дел)
		Ограничение по полосе пропускания — 20 МГц		< (100 мкВ + 4 % от значения В/дел)
	350 МГц	Полная полоса пропускания		< (150 мкВ + 8 % от значения В/дел)
		Ограничение по полосе пропускания — 250 МГц		< (150 мкВ + 6 % от значения В/дел)
		Ограничение по полосе пропускания — 20 МГц		< (100 мкВ + 4 % от значения В/дел)
	200 МГц	Полная полоса пропускания		< (150 мкВ + 6 % от значения В/дел)
		Ограничение по полосе пропускания — 20 МГц		< (100 мкВ + 4 % от значения В/дел)
	100 МГц	Полная полоса пропускания		< (150 мкВ + 6 % от значения В/дел)
		Ограничение по полосе пропускания — 20 МГц		< (100 мкВ + 4 % от значения В/дел)
√ Погрешность измерения промежутков времени	Ниже приведена формула для вычисления погрешности измерения промежутков времени (DTA) по заданным параметрам прибора и входного сигнала (доля сигнала, превышающая частоту Найквиста, предполагается незначительной). SR_1 = скорость нарастания (1-й фронт) в области 1-й точки измерения SR_2 = скорость нарастания (2-й фронт) в области 2-й точки измерения N = входной шум ($V_{ср. кв.}$ относится к спецификации «Случайный шум, режим выборки») $t_{sr} = 1/$ (частота дискретизации) TBA = погрешность измерения времени развертки (относится к спецификации погрешности долговременной частоты дискретизации и времени задержки) t_p = продолжительность измерения промежутка времени (с) $RD =$ (длина записи) / (частота дискретизации)			

	$DTA_{PP} = \pm 5 \times \sqrt{2 \left(\frac{N}{SR_1} \right)^2 + 2 \left(\frac{N}{SR_2} \right)^2 + (5 ps + 1 E^{-6} \times RD)^2} + 2t_{sr} + TBA \times t_p$ $DTA_{RMS} = \sqrt{2 \left(\frac{N}{SR_1} \right)^2 + 2 \left(\frac{N}{SR_2} \right)^2 + (5 ps + 1 E^{-6} \times RD)^2 + \left(\frac{2t_{sr}}{\sqrt{12}} \right)^2} + TBA \times t_p$ Предполагается, что ошибкой наложения можно пренебречь. Член под знаком квадратного корня характеризует устойчивость измерений, и он связан со значением TIE (погрешностью измерения промежутков времени). Погрешности, обусловленные этим членом, характеризуют измерение коротких одиночных импульсов. Второй член связан с абсолютной погрешностью центральной частоты и устойчивостью центральной частоты временной развертки и различается для измерений коротких одиночных импульсов, выполняемых в течение определенного интервала времени наблюдения (отсчитываемого от первого измерения короткого одиночного импульса до последнего измерения короткого одиночного импульса).
√ Погрешность установки порога, цифровой вход	±[100 мВ + 3 % от порогового значения после калибровки] Требуется должной компенсации сигнального тракта.

Таблица 1: Характеристики РЧ-канала

Характеристика	Описание
√ Фазовый шум	при отстройке 10 кГц < -81 дБн/Гц; (-85 дБн/Гц, тип.) при отстройке 100 кГц < -97 дБн/Гц; (-101 дБн/Гц, тип.) при отстройке 1 МГц < -118 дБн/Гц; (-122 дБн/Гц, тип.) Измеренное смещение фазового шума из немодулированного сигнала частотой 1 ГГц.
√ Отображаемый средний уровень шумов	от 9 до 50 кГц: < -109 дБм/Гц (< -113 дБм/Гц, тип.) от 50 кГц до 5 МГц: < -126 дБм/Гц (-130 дБм/Гц, тип.) от 5 МГц до 2 ГГц: < -138 дБм/Гц (< -142 дБм/Гц, тип.) 2—3 ГГц: < -128 дБм/Гц (< -132 дБм/Гц, тип.)
√ Погрешность измерения уровня	< ±1,2 дБ, < ±0,6 дБ (тип.), диапазон температур 18—28 °С < ±2,0 дБ, -10...+55 °С

Таблица 1: Характеристики РЧ-канала (прод.)

Характеристика	Описание
√ Избирательность по побочным каналам	Гармонические искажения второго порядка: > 100 МГц, < -55 дБн Гармонические искажения второго порядка: > 100 МГц, < -60 дБн (тип.) С включенными автоматическими настройками и сигналами 10 дБ ниже опорного уровня Гармонические искажения второго порядка: от 9 кГц до 100 МГц, < -55 дБн Гармонические искажения второго порядка: от 9 кГц до 100 МГц, < -60 дБн (тип.) С включенными автоматическими настройками и сигналами 10 дБ ниже опорного уровня ≤ -15 дБм Гармонические искажения третьего порядка: > 100 МГц, < -53 дБн Гармонические искажения третьего порядка: > 100 МГц, < -58 дБн (тип.) С включенными автоматическими настройками и сигналами 10 дБ ниже опорного уровня Гармонические искажения третьего порядка: от 9 кГц до 100 МГц, < -55 дБн (тип.) Гармонические искажения третьего порядка: от 9 кГц до 100 МГц, < -60 дБн (тип.) С включенными автоматическими настройками и сигналами 10 дБ ниже опорного уровня ≤ -15 дБм Интермодуляционные искажения второго порядка: > 100 МГц, < -55 дБн Интермодуляционные искажения второго порядка: > 100 МГц, < -60 дБн (тип.) С включенными автоматическими настройками и сигналами 10 дБ ниже опорного уровня Интермодуляционные искажения второго порядка: от 9 кГц до 15 МГц, < -55 дБн Интермодуляционные искажения второго порядка: от 9 кГц до 15 МГц, < -60 дБн (тип.) С включенными автоматическими настройками и сигналами 10 дБ ниже опорного уровня ≤ -15 дБм Интермодуляционные искажения третьего порядка: > 15 МГц, < -55 дБн Интермодуляционные искажения третьего порядка: > 15 МГц < -60 дБн (тип.) С включенными автоматическими настройками и сигналами 10 дБ ниже опорного уровня Интермодуляционные искажения третьего порядка: от 9 кГц до 15 МГц, < -55 дБн Интермодуляционные искажения третьего порядка: от 9 кГц до 15 МГц, < -60 дБн (тип.) С включенными автоматическими настройками и сигналами 10 дБ ниже опорного уровня ≤ -15 дБм -45 дБн (-50 дБн, тип.) для смещения боковых полос < 25 кГц от несущей

Таблица 1: Характеристики РЧ-канала (прод.)

Характеристика	Описание
√ Остаточная избирательность по побочным каналам	< -78 дБм < -67 дБм на частоте 2,5 ГГц < -76 дБм на частоте 1,25 ГГц Опорный уровень ≤ -15 дБн и нагрузка 50 Ом на РЧ-входе.
√ Ошибка опорной частоты (суммарная)	Суммарная ошибка: $\pm 10 \times 10^{-6}$ Включает допуски на ежегодное старение, точность калибровки опорной частоты и температурную стабильность. Значение действительно при рекомендованном интервале калибровки 1 год и температуре $-10...+55$ °С.

Таблица 2: Генератор сигналов произвольной формы

Характеристика	Описание
√ Погрешность частоты синусоидального и пилообразного сигналов	130 миллионов долей (при частоте ≤ 10 кГц); 50 миллионов долей (при частоте > 10 кГц)
√ Погрешность частоты прямоугольных и импульсных сигналов	130 миллионов долей (при частоте ≤ 10 кГц); 50 миллионов долей (при частоте > 10 кГц)
√ Погрешность амплитуды сигнала	$\pm[(1,5 \% \text{ значения амплитуды размаха}) + (1,5 \% \text{ значения абсолютного смещения постоянного тока}) + 1 \text{ мВ}]$ (на частоте 1 кГц)
√ Погрешность смещения постоянного тока	$\pm[(1,5 \% \text{ значения абсолютного смещения}) + 1 \text{ мВ}]$ При температуре воздуха, превышающей 25 °С, необходимо добавлять 3 мВ погрешности при каждом изменении температуры на 10 °С

Таблица 3: Цифровой вольтметр и частотомер

Характеристика	Описание
√ Погрешность измерения напряжения	Постоянный ток: $\pm(2 \text{ мВ} + [(((4 * (\text{напряжение по вертикальной шкале})) / (\text{абсолютное входное напряжение})) + 1] \% \text{ абсолютного напряжения на входе}) + (0,5 \% \text{ абсолютного напряжения смещения}))$ Переменный ток: $\pm 2 \%$ (от 40 Гц до 1 кГц) Переменный ток: $\pm 2 \%$ (от 20 Гц до 10 кГц) (тип.) При измерениях переменного тока параметры по вертикали для входного канала должны допускать, чтобы входной сигнал $V_{\text{размах}}$ покрывал 4—8 делений.
√ Погрешность измерения частоты	10×10^{-6}
√ Максимальная частота на входе частотомера	100 МГц для моделей на 100 МГц. 150 МГц для всех остальных моделей.

Таблица 4: Интерфейсы, порты ввода-вывода

Характеристика	Описание
√ Дополнительный выход (Aux Out)	Переключаемый выход: основная синхронизация, событие или генератор сигналов произвольной формы Основная синхронизация: запуск обозначается переходом с ВЫСОКОГО на НИЗКИЙ уровень. Выходной сигнал события: прибор сгенерирует отрицательный фронт во время определенного события запуска в тестовом приложении. Нисходящий фронт появляется при наступлении определенного события в тестовом приложении (например, осциллограмма пересекает заданный порог в предельном тесте или тесте по маске). Нарастающий фронт появляется, когда система запуска начинает ожидание следующего события приложения. Генератор сигналов произвольной формы: выходной сигнал синхронизации с генератора сигналов произвольной формы.

Приложение В. TPR0250, TPR0500B и TPR1000: сведения для пассивных пробников на 250 МГц, 500 МГц и 1 ГГц 10X

Сведения по эксплуатации

Пробники TPR0250, TPR0500B и TPR1000 10X — это компактные пассивные пробники с 10-кратным ослаблением, предназначенные для использования с осциллографами Tektronix серии MDO3000.

Эти пробники не содержат обслуживаемых пользователем или компанией Tektronix деталей.

Подсоединение пробника к осциллографу

Подсоедините пробник, как показано на рисунке внизу.

Компенсация пробников в осциллографах серии MDO3000

Информацию о компенсации пробника см. выше в соответствующем разделе руководства.

(См. стр. 12, *Компенсация пассивных пробников напряжения TPR0250, TPR0500B или TPR1000.*)





Стандартные принадлежности



Ниже представлены стандартные принадлежности, входящие в комплект пробника.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во избежание поражения электрическим током при использовании пробника или его принадлежностей прикасайтесь к корпусу пробника или его принадлежности только выше предохранительного кольца.



Чтобы снизить опасность поражения электрическим током при использовании пробника для измерений без заземления, перед подключением пробника к исследуемой цепи убедитесь, что арматура опорного вывода полностью подсоединена.

Позиция	Описание
	Наконечник пробника — «рого» (белый) и жесткий (серый) Белый наконечник «рого» предустановлен на пробник и оснащен пружиной для смягчения контакта при тестировании электрических схем. Номера по каталогу Tektronix для повторного заказа: 206-0610-xx (жесткий наконечник) 206-0611-xx (наконечник «рого»)
	Изоляционная муфта Чтобы заменить наконечник пробника, необходимо вывинтить эту муфту. (См. процедуру на следующей странице.) Номер по каталогу Tektronix для повторного заказа — 342-1194-xx
	Наконечник с захватом Наденьте наконечник с захватом на наконечник пробника и зафиксируйте захват на цепи. Напряжение: 300 В, КАТ. II Номер по каталогу Tektronix для повторного заказа — 013-0362-xx
	Миниатюрный крючок Этот наконечник используется для доступа к контрольным точкам в условиях дефицита пространства. Наденьте наконечник с захватом на наконечник пробника, разожмите захват и зафиксируйте его на цепи. Напряжение: 300 В, КАТ. II Номер по каталогу Tektronix для повторного заказа — 013-0363-xx
	Универсальный колпачок для ИС Этот колпачок используется для предотвращения короткого замыкания контактов ИС наконечником пробника. Наденьте колпачок на наконечник пробника до щелчка, а затем поверните его так, чтобы наконечник пробника был обращен к выводу ИС. Номер по каталогу Tektronix для повторного заказа — 013-0366-xx

Позиция	Описание
	Заземляющие пружины Чтобы ограничить aberrации высокочастотных сигналов, вызванные индуктивностью земляного проводника, согните пружину, чтобы она касалась расположенных поблизости контактов заземления (<длинная — 19 мм, <короткая — 6,4 мм). Номера по каталогу Tektronix для повторного заказа: 016-2028-xx (длинная, 2 шт.) 016-2034-xx (короткая, 2 шт.)
	Провод заземления с зажимом типа «крокодил» Присоедините этот провод к «земле» головки пробника, а затем — к «земле» исследуемой цепи. Номер по каталогу Tektronix для повторного заказа — 196-3521-xx
	Цветные колечки Эти колечки надеваются на головку пробника для идентификации канала осциллографа. Номер по каталогу Tektronix для повторного заказа — 016-0633-xx (5 пар)


Дополнительные принадлежности

Описанные ниже принадлежности доступны для пробников и предназначены для напряжения ≤ 30 В (если не указано иное).

Принадлежность		Номер по каталогу
Наконечник пробника MicroCKT С каждым осциллографом поставляется один экземпляр		206-0569-xx
Адаптер для подключения наконечника к разъему BNC, незаглушенный		013-0367-xx
Измерительный наконечник печатной платы/адаптер печатной платы		016-2016-xx
Тестовый разъем для пробника с монтажом на шасси		131-4210-xx
Провод заземления с зажимом длиной 152 мм С каждым осциллографом поставляется один экземпляр		196-3198-xx
Провод заземления длиной 305 мм с зажимом типа «крокодил» С каждым осциллографом поставляется один экземпляр		196-3512-xx
Провод на катушке, 32 AWG С каждым осциллографом поставляется один экземпляр		020-3045-xx

Замена наконечника пробника

Закажите по каталогу Tektronix деталь с номером 206-0610-xx для замены жесткого штифта или деталь с номером 206-0611-xx для замены штифта «рого».





Перед использованием пробника надежно затяните изолятор и новый наконечник.

Технические характеристики

Таблица 5: Электрические и механические характеристики

Характеристика	ТРР0250	ТРР0500В	ТРР1000
Полоса пропускания (−3 дБ)	250 МГц	500 МГц	1 ГГц
Время нарастания системы (типичное значение)	< 1,4 нс	< 700 пс	< 700 пс
Входная емкость системы	Жесткий наконечник: 3,9 пФ ± 0,3 пФ Наконечник «родо»: 5,1 пФ ± 0,5 пФ		
Погрешность ослабления системы	10:1 ± 2,2 %		
Добавочное сопротивление пробника при постоянном токе	9,75 МОм ± 0,5 %		
Входное сопротивление системы при постоянном токе	10 МОм ± 2 %		
Задержка распространения	~5,67 нс		
Максимальное входное напряжение	300 В _{ср. кв.} КАТ. II		
Длина кабеля	1,3 м ± 3 см		

Графики рабочих характеристик



При проведении измерений в режиме изоляции от цепей заземления пользуйтесь приведенной выше кривой снижения параметров опорного вывода.

Таблица 6: Условия эксплуатации

Характеристики	Описание
Температура	
При эксплуатации	От –15 до +65 °C
При хранении	От –62 до +85 °C
Влажность	
При эксплуатации	Относительная влажность от 5 до 95 % при температуре до +30 °C, от 5 до 75 % при температуре от +30 до +65 °C, без конденсации
При хранении	Относительная влажность от 5 до 45 % при температуре от +65 до +85 °C, без конденсации
Высота над уровнем моря	
При эксплуатации	Не более 3000 м
При хранении	12,2 км, максимальная

Таблица 7: Сертификация и соответствие стандартам

Характеристики	Описание
Соответствие стандартам по электромагнитной совместимости для Евросоюза	Проверено на соответствие перечисленным ниже спецификациям (как указано в Official Journal of the European Communities): Директива 2006/95/EC по низковольтному оборудованию: EN61010-031: 2002
Описание категорий измерений	<i>Категория</i> <i>Примеры продуктов, относящихся к категории.</i>
	Категория III Линии электропередач, фиксированная установка
	Категория II Линии питания в помещениях, бытовые электроприборы, портативное оборудование
	Категория I Цепи, подключенные к линиям питания не напрямую
Уровень загрязнения 2	Не допускайте эксплуатации прибора в присутствии проводящих загрязняющих веществ (как определяет стандарт IEC 61010-1). Прибор предназначен только для использования в помещении.
Дополнительные стандарты безопасности	Первое издание UL61010B-1 и первое издание UL61010B-2-031.
	CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92, и CAN/CSA-C22.2 No. 1010.2.031-94 IEC61010-031:2002



Утилизация оборудования. Этот прибор соответствует требованиям Европейского Союза согласно Директиве 2002/96/EC об утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE). Более полные сведения об условиях утилизации см. в разделе технической поддержки на веб-сайте Tektronix (www.tektronix.com).

Общие положения о безопасности

Во избежание травм, а также повреждений данного изделия и подключаемого к нему оборудования необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности. Используйте изделие в строгом соответствии с инструкциями, чтобы исключить фактор риска. Использование пробника или его принадлежностей не по назначению может привести к удару электрическим током или возгоранию.

Пожарная безопасность и предотвращение травм

Использование осциллографа для измерений относительно «земли». Не допускайте плавления потенциала на опорном выводе этого пробника при использовании осциллографов для измерений относительно «земли» (например, осциллографов серий DPO, MSO и TDS). Опорный вывод должен быть соединен с потенциалом «земли» (0 В)

Соблюдайте правила подсоединения и отсоединения. Перед подсоединением пробника к тестируемой системе подсоединяйте его выход к измерительному прибору. Перед отсоединением пробника от измерительного прибора отсоединяйте его вход и опорный вывод от тестируемой системы.

Избегайте удара электрическим током. Во избежание травм, в том числе со смертельным исходом, не подсоединяйте и не отсоединяйте пробники и провода, когда они подключены к источнику напряжения.

Проверяйте допустимые номиналы для всех разъемов. Во избежание воспламенения или поражения электрическим током проверьте все допустимые номиналы и маркировку на приборе. Перед подсоединением прибора просмотрите дополнительные сведения по номинальным ограничениям, содержащиеся в руководстве по эксплуатации прибора.

Избегайте удара электрическим током. При использовании принадлежностей пробника никогда не нарушайте самый низкий номинал пробника или его принадлежности, независимо от того, какой из них ниже, включая категорию измерений и номинальное напряжение.

Избегайте перегрузок электросети. Во избежание получения травм или опасности возгорания не прикладывайте потенциал к какому-либо из входов, включая входы опорных сигналов, отличающихся от «земли» более, чем на максимальный номинал данного входа.

Избегайте открытых электрических схем и не работайте с прибором при снятом кожухе. Не прикасайтесь к неизолированным соединениям и компонентам, находящимся под напряжением.

Осматривайте пробник и принадлежности. Перед каждым использованием осматривайте пробник и принадлежности на наличие повреждений (порезов, задиров, дефектов в корпусе пробника, принадлежностях, рубашке кабеля и т. д.). Откажитесь от их использования при наличии повреждений.

Не пользуйтесь прибором в условиях повышенной влажности.

Не пользуйтесь прибором во взрывоопасных средах.

Не допускайте попадания влаги и загрязнений на поверхность прибора.

Условные обозначения и символы, относящиеся к безопасности, используемые в данном руководстве по эксплуатации

Ниже приводится список условных обозначений, используемых в данном руководстве по эксплуатации.

Приложение В. ТРР0250, ТРР0500В и ТРР1000: сведения для пассивных пробников на 250 МГц, 500 МГц и 1 ГГц 10X



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Предупреждения о действиях и условиях, представляющих угрозу для жизни или способных нанести вред здоровью.



ОСТОРОЖНО. Предостережения о действиях и условиях, способных привести к повреждению данного прибора или другого оборудования.

Символы, встречающиеся на изделии. Ниже приводится список символов на изделии.



CAUTION
Refer to Manual


Приложение С. Инструкции к логическому пробнику Р6316 общего назначения

Описание прибора

Логический пробник Р6316 общего назначения служит для подключения осциллографов смешанных сигналов Tektronix серии MDO3000 к цифровым шинам и сигналам исследуемой системы. В пробнике 16 каналов данных разбиты на два разъема 2x8 (группы 1 и 2). Каждый разъем включает восемь сигнальных контактов в одном ряду и восемь земляных контактов в соседнем ряду.

Пробник Р6316 поставляется в комплекте с опцией MDO3MSO.


В комплекте с пробником поставляются два взаимозаменяемых комплекта гибких проводников. Для подключения к отдельным точкам тестирования в этих комплектах проводников используется один земляной контакт и восемь сигнальных.



Подсоединение пробника к осциллографу

Подсоедините пробник, как показано на рисунке ниже.

1. Вставьте пробник этикеткой вверх в разъем осциллографа.
2. Чтобы извлечь пробник, нажмите кнопку на его боковой поверхности и потяните его на себя.



Подсоединение пробника к цепи

Подсоедините пробник к цепи при помощи соответствующих разъемов и адаптеров. Выберите наиболее подходящий метод, после чего перейдите к разделу «Настройка пробника».

Для установки и просмотра параметров цифрового канала, выполните следующие действия.

Нажмите кнопку **D15–D0**.

Для каждого цифрового канала могут быть установлены приведенные ниже параметры.

- Пороговое напряжение и вертикальное положение (настройка порога по умолчанию равна 1,4 В)
- Высота и положение сигнала (устанавливается один раз для всех 16 каналов)
- Метка канала

Для настройки и просмотра характеристик шины выполните следующие действия.

Нажмите кнопки **B1—B2**.

Экраны настройки позволяют устанавливать и просматривать различные характеристики шины.

Для шин типа SPI и I²C необходим соответствующий прикладной модуль. (См. стр. 72, *Настройка последовательной или параллельной шины.*)

Проверка работоспособности

Активность логики сразу же отображается на всех подсоединенных активных каналах. Если активный канал не отображается, выполните указанные ниже действия.

1. Нажмите кнопку **Запуск**.
2. В качестве типа синхронизации выберите **Фронт**.
3. Выберите канал, который будет являться источником.
4. Нажмите кнопку **Автоуст..**


Если активного сигнала не видно, попробуйте использовать другой канал пробника (или аналоговый пробник), чтобы проверить активность контура в контрольной точке.

Типичный способ применения

1.

Используйте пробник Р6316 для наблюдения за цифровыми сигналами на системной шине.
2.

Используйте аналоговый пробник, например пассивный пробник TRP0250, TRP0500В или TRP1000, для просмотра информации в виде аналоговой осциллограммы.



Наборы проводников пробника


Пробник	Группа 1	Группа 2
Черный пробник	0	8
Коричневый пробник	1	9
Красный пробник	2	10
Оранжевый пробник	3	11
Желтый пробник	4	12
Зеленый пробник	5	13
Синий пробник	6	14
Фиолетовый пробник	7	15

Принадлежности

Следующие стандартные принадлежности поставляются вместе с пробником и показаны на рисунке, расположенном на следующей странице.

Комп-онент	Описание	Количество	Номер по каталогу
1	Восьмиканальный набор проводников	2	196-3508-XX
2	Микрозахват	Два набора по 10 шт.	020-2896-XX
3	Наконечник пробника	Два набора по 5 шт.	020-2897-XX
—	Инструкции (на английском, японском и китайском [упрощенное письмо] языках)	1 шт.	071-2345-XX

1 Руководство по эксплуатации входит в комплект пробника, но не входит в комплект принадлежностей. Руководство по эксплуатации можно также загрузить на веб-сайте www.tektronix.com/manuals.



Технические характеристики

Таблица 8: Электрические и механические характеристики

Характеристика	Описание
Входные каналы	16 цифровых входов
Входное сопротивление, типичное значение	101 кОм по отношению к земляному проводнику
Входная емкость	8 пФ
Размах входного сигнала	
Мин., типичное значение	Размах 500 мВ Значение указано на входе пробника Р6316 при подключении всех восьми земляных входов к земляным проводникам. При использовании кабелей, захватов, удлинителей земли или других принадлежностей для подключения эта характеристика может измениться.
Макс., типичное значение	+30 В, -20 В

Таблица 9: Условия эксплуатации

Характеристика	Описание
Температура	
При эксплуатации	50 °С
Минимальная рабочая	0 °С
При хранении	От -40 до 71 °С
Влажность	
	Относительная влажность от 5 до 95 % при температуре до +30 °С Относительная влажность от 5 до 60 % при температуре от 30 до 50 °С, без конденсации
Высота над уровнем моря	
При эксплуатации	до 3000 м
При хранении	до 12 000 м



Утилизация оборудования. Этот прибор соответствует требованиям Европейского Союза согласно Директиве 2002/96/ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE). Более полные сведения об условиях утилизации см. в разделе технической поддержки на веб-сайте Tektronix (www.tektronix.com).

Общие положения о безопасности

Используйте пробник в строгом соответствии с инструкциями, чтобы исключить фактор риска.

Соблюдайте правила подсоединения и отсоединения. Перед подсоединением пробника к тестируемой системе подсоединяйте его выход к измерительному прибору. Перед отсоединением пробника от измерительного прибора отсоединяйте его вход и провод заземления от тестируемой системы.

Проверяйте допустимые номиналы для всех разъемов. Во избежание воспламенения или поражения электрическим током проверьте все допустимые номиналы и маркировку на приборе. Перед подсоединением прибора просмотрите дополнительные сведения по номинальным ограничениям, содержащиеся в руководстве по эксплуатации прибора.

Не используйте прибор с открытым корпусом. Не прикасайтесь к неизолированным соединениям и компонентам, находящимся под напряжением.

Избегайте прикосновений к оголенным участкам цепи. Не прикасайтесь к неизолированным соединениям и компонентам, находящимся под напряжением.

Не пользуйтесь неисправным прибором. Если у вас возникло предположение о возможной неисправности прибора, попросите квалифицированного специалиста сервисного центра проверить его.

Не пользуйтесь прибором в условиях повышенной влажности. Не пользуйтесь прибором во взрывоопасных средах.

Не допускайте попадания влаги и загрязнений на поверхность прибора.

Условные обозначения и символы, относящиеся к безопасности, используемые в данном руководстве по эксплуатации

Ниже приводится список условных обозначений, используемых в данном руководстве по эксплуатации.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Предупреждения о действиях и условиях, представляющих угрозу для жизни или способных нанести вред здоровью.



ОСТОРОЖНО. Предостережения о действиях и условиях, способных привести к повреждению данного прибора или другого оборудования.

Символы, встречающиеся на изделии. Ниже приводится символ, встречающийся на изделии:



ОСТОРОЖНО
См. руководство

Приложение D. Лицензия OpenSSL

Проблемы, связанные с лицензиями

Для OpenSSL Toolkit действуют две лицензии, т. е. к нему применяются и условия лицензии OpenSSL, и условия оригинальной лицензии SSLeay. Действующие тексты лицензий см. ниже. Обе лицензии — это лицензии Open Source типа BSD. При возникновении любых проблем, связанных с лицензией OpenSSL, обратитесь по адресу openssl-core@openssl.org.

Лицензия OpenSSL

```
-----
/* =====
* Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
*
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer.
*
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer in
* the documentation and/or other materials provided with the
* distribution.
*
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this
* software must display the following acknowledgment:
* "This product includes software developed by the OpenSSL Project
* for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
*
* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to
* endorse or promote products derived from this software without
* prior written permission. For written permission, please contact
* openssl-core@openssl.org.
*
* 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
* nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
* permission of the OpenSSL Project.
*
* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
* acknowledgment:
* "This product includes software developed by the OpenSSL Project
* for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY
* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
```

```

* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
* =====
*
* This product includes cryptographic software written by Eric Young
* (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim
* Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
*/

```

Оригинальная лицензия SSLeay

```

/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
* All rights reserved.
*
* This package is an SSL implementation written
* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
*
* This library is free for commercial and non-commercial use as long as
* the following conditions are adhered to. The following conditions
* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation
* included with this distribution is covered by the same copyright terms
* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
* the code are not to be removed.
* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
* as the author of the parts of the library used.
* This can be in the form of a textual message at program startup or
* in documentation (online or textual) provided with the package.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
* documentation and/or other materials provided with the distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
* must display the following acknowledgement:
* "This product includes cryptographic software written by
* Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
* The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library

```

```
* being used are not cryptographic related :-).
* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
* the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
* "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS" AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.
*
* The licence and distribution terms for any publicly available version or
* derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be
* copied and put under another distribution licence
* [including the GNU Public Licence.]
*/
```

Предметный указатель

Символы и цифры

50 Ом, защита, 125

А

Автоматический режим
 синхронизации, 97
Автоуст. отключена, 61
Автоустановка, 61
Автоустановка уровня, 93
Автоустановка, отключение, 61
Адаптер
 TEK-USB-488, 4
 TPA-BNC, 3, 8
 TPA-N-VPI, 3, 9
Адаптер TEK-USB-488, 4, 29, 30
Адаптер TPA-BNC, 3, 8
Адаптер TPA-N-VPI, 3, 9
Адрес GPIB, 30
Активность шины на физическом
 уровне, 85
Альбомная, 189, 199
Антистатический
 браслет, 10
Антистатический браслет, 38

Б

Белые фронты, 128
Бесконечное послесвечение, 116
БПФ
 Блэкман-Харрис, 96
 Блэкмен-Харрис, 165
 Кайзер, 96
 Плосковершинное, 96
 Прямоугольное, 96, 164
 Хеннинг, 96, 165
 Хэмминг, 96, 165
 элементы управления, 163

В

Вентиляция, 7
Версия, микропрограммное
 обеспечение, 27
Видео
 режим изображения, 184
 тесты, 183

Видеовыход
 порт, 56
видеосигнал
 Autoset, кнопка, 62
Виды синхронизации,
 определение, 101
Влажность
 P6316, 7
Внешняя ручка, 45
Внутренняя ручка, 45, 162
Воспроизведение, 172
Воспроизведение-пауза
 кнопка, 45, 173
 режим, 173
Время задержки, 68
Вспомогательная экранная
 надпись, 50
Входная емкость, пробник
 P6316, 7
Входное сопротивление, пробник
 P6316, 7
Входной РЧ-разъем, 38, 55
Входной РЧ-разъем типа N, 38
Выбор раскладки клавиатуры, 37
Выборка в реальном масштабе
 времени, 63
Выборка, в реальном времени, 63
Выборка, режим регистрации, 66
Вызов
 настройки, 193
 осциллограмм, 188
Выключатель, питание, 47
Высокое разрешение, режим
 регистрации, 66
Высота над уровнем моря, 6
Высота, MDO3000, 6
Вычисления
 спектральные, 166

Г

Генератор сигналов произвольной
 формы
 использование, 211
 кнопка, 38
 отображение, 52
Генератор функций, 211

Гистограмма (осциллограмма)
 настройка, 157
 сбросить отсчет, 160
Глубина, MDO3000, 6
Горизонтальные линии
 Зеленые и синие, 128
Группировка каналов, 87
 цифровой, 126

Д

Дата и время, изменение, 21
Дейс.по событию, 69
Длина записи, 63
Длина памяти, xvi
Добавление осциллограмм, 114
Драйверы, 28, 31

Ж

Жесткий футляр HSTEK4321 для
 транспортировки, 4

З

Зависимость
 индикатор, 134
 нормальная, 133
 усредненная, 133
Задержка по горизонтали, 98
Задержка, синхронизации, 98
Заземление, 10
Заземление пользователя
 для снятия статического
 электричества, 10
Зазор, 7
Замок с тросиком, 9
Запуск
 Значок, 49
 значок местоположения, 48
 кнопка уровня, 46
 Согласование значений
 данных MIL-STD-
 1553, 109
 Шина MIL-STD-1553, 107
 экранная надпись, 49
 экранная надпись о
 состоянии, 49

Запуск по видеосигналу, определение, 104
 Запуск по времени нарастания/спада, определение, 103
 Запуск по времени установки и фиксации, определение, 103
 Запуск по логическому сигналу, определение, 102
 Запуск по огибающей, определение, 102
 Запуск по переходу, определение, 103
 Запуск по тайм-ауту, определение, 101
 Запуск по фронту, определение, 101
 Запуск по шине, определение, 104
 Запуск регистрации, 113
 Защита памяти, 206
 Зеленые линии, 128
 Значки верх-низ, 51
 Значки опорной линии, 51
 Значок
 Безоп., 49
 Положение точки синхронизации, 48
 Точка растяжения, 48
 Уровень синхронизации, 49
 Значок «Безоп.», 49
 Значок группы, 51
 Значок точки растяжения, 48
 Значок, опорная линия осциллограммы, 51

И

Измерение
 мощности канала, 151
 соотношения мощности смежных каналов, 151
 ширины занимаемой полосы частот, 151
 Измерение «Два сигма», 146
 Измерение «Одна сигма», 146
 Измерение «Счетчик нарастающих фронтов», 145
 Измерение «Счетчик нисходящих фронтов», 145
 Измерение «Три сигма», 146
 Измерение амплитуды, 143
 Измерение верхнего уровня, 144

Измерение времени нарастания, 142
 Измерение времени спада, 142
 Измерение длительности импульса, 143
 Измерение длительности отрицательного импульса, 143
 Измерение длительности положительного импульса, 143
 Измерение задержки, 142
 Измерение максимального значения, 143, 146
 Измерение минимального значения, 143, 146
 Измерение мощности канала, 151
 Измерение нижнего уровня, 144
 Измерение отрицательного выброса, 144
 Измерение отрицательной скважности, 143
 Измерение периода, 142
 Измерение площади, 145
 Измерение площади под кривой за период, 145
 Измерение положительного выброса, 144
 Измерение положительной скважности, 143
 Измерение размаха, 143, 146
 Измерение соотношения мощности смежных каналов, 151
 измерение среднего значения, 146
 Измерение среднего значения, 144, 145
 Измерение среднего значения за период, 144
 Измерение среднеквадратичного значения, 144
 Измерение среднеквадратичного значения за период, 144
 Измерение стандартного отклонения, 146
 Измерение суммарного выброса, 144
 Измерение фазы, 142
 Измерение частоты, 142
 Измерение числа осциллограмм
 Измерение частоты, 145

Измерение числа отрицательных импульсов, 145
 Измерение числа пиковых значений, 145
 Измерение числа положительных импульсов, 145
 Измерение числа точек в окне гистограммы, 145
 Измерение ширины занимаемой полосы частот, 151
 Измерения
 автоматические, 141
 гистограмма, 145
 курсорные, 153
 опорные уровни, 149
 определение, 142
 питание, 184
 снимок, 148
 статистика, 147
 Цифровой вольтметр, 151
 частотная область, 150
 Измерения мощности, 184
 Измерения по гистограммам, 145
 Имена файлов, 186
 Инверсия, 121
 Индикатор
 зависимость, 134
 опорная линия, 93
 цифровые каналы, 128
 Индикатор опорной линии, 93
 Инструкция
 автоматические измерения во временной области, 141
 включение питания осциллографа, 10
 выбор автоматических измерений, 142
 выбор синхронизации, 101
 вызов настроек, 193
 Вызов осцил.из обл зап, 188
 выключение питания осциллографа, 11
 выполнение поиска и добавление меток на осциллограмме, 174
 выполнение проверок работоспособности, 11
 выполнение ручных измерений с помощью курсоров, 153
 использование последовательной синхронизации, 110

использование режима MagniVu, 89
 Использование сервера сокета, 34
 использование функции Wave Inspector, 171
 использование e*Scope, 31
 компенсация пробника напряжения, отличного от TRP0250, TRP0500B или TRP1000, 14
 Компенсир. сигн. тракт, 22
 настройка аналоговых каналов, 57
 настройка для печати, 197
 настройка параметров входа, 120
 настройка параметров шины, 73
 настройка цифровых каналов, 86
 настройки связи с помощью драйвера VISA, 28
 обновление микропрограммного обеспечения, 25
 обозначение каналов и шин, 58
 очистка памяти, 206
 подключение к компьютеру, 28
 подсоединение пробников и адаптеров, 8
 Синхронизация по шинам, 105
 сохранение настроек, 193
 сохранение снимков экрана, 188
 Сохранить осцилл., 188
 управление осциллограммами при большой длине записи, 171
 Интервал дискретизации, 63
 Интервал до синхронизации, 97, 99
 Интервал после синхронизации, 97, 99
 Интерфейс логического пробника интерфейс, 9
 Интерфейс BNC, 9
 Интерфейс VPI, 8

К

кадр, стиль масштабной сетки, 117
 Как
 выполнить автоматические измерения в частотной области, 150
 выполнить печать через электронную почту, 202
 выполнять измерения с помощью цифрового вольтметра, 151
 Использование функции «Дейс.по событию», 69
 калибровка пробников напряжения TRP0250, TRP0500 или TRP1000, 12
 настройка гистограммы, 157
 Калибровка, 22, 24
 Калибровка в заводских условиях, 24
 Канал
 По вертикали, меню, 120
 экранная надпись, 50
 Клавиатура, 38
 Раскладка клавиатуры, 37
 язык, 20
 клавиатура, USB
 Подключение, 37
 Ключ активации, 16
 Книжная, 189, 199
 Кнопка
 Автоуст., 41, 46
 Автоустановка, 12, 57, 61
 Ампл., 43, 92
 Воспроизведение-пауза, 45, 173
 Выбор, 44
 Генератор сигналов произвольной формы, 38
 Диапазон, 92
 Измерения, 41, 141, 147, 148
 Канал, 41
 Кнопка «Меню» в группе «Запуск», 41
 Курсоры, 44, 153
 Лупа, 45
 Маркеры, 43
 Математический функции, 43, 161, 163
 меню синхронизации, 100

Однокр., 46
 Однократный, 113
 Опорн., 41, 166
 Опорный, 42, 168, 192
 печатная копия, 47, 205
 Печать, 47
 По вертикали, 41
 Поиск, 41, 175
 Полоса проп., 43
 Предыдущая, 45
 принтер, 205
 Принудительно, 97
 Принудительно (в группе «Запуск»), 46
 Пуск/стоп, 46, 69, 113
 Расч, 41
 РЧ, 24, 43, 130
 Сбор данных, 41, 64, 67, 114
 Следующая, 45
 Тест, 41
 Точно, 40
 Уровень синхронизации, 46
 Уст. на 50%, 46
 Установить/сбросить метку, 174
 «Установить/сбросить» в группе «Метки», 45
 Установка на 50%, 99
 Част./Диал., 43, 91
 шина, 72, 73
 Шина, 41, 105
 Яркость, 44, 118
 AFG (Генератор сигналов произвольной формы), 41
 B1, B2, 42, 72, 73, 105
 BW (Полоса пропускания), 94
 D15 - D0, 89
 D15-D0, 47
 Default Setup, 57, 60
 Default Setup (Настройка по умолчанию), 42, 47
 Fine (Точная настройка), 44, 45
 M, 43, 161, 163
 Menu Off (Откл. меню), 47
 RF (РЧ), 51
 Save/Recall, 188
 Save/Recall (Сохранение/Вызов), 41, 47
 Utility, 20, 21, 23, 116, 117, 128, 130, 198

Utility (Сервис), 42
Кнопка «Автоуст.», 41, 46
Кнопка «Автоустановка», 12, 57, 61
Кнопка «Ампл.», 43, 92
Кнопка «Выбор», 44
Кнопка «Диапазон», 92
Кнопка «Измерения», 141, 147, 148
Кнопка «Измерить», 41
Кнопка «Маркеры», 43
Кнопка «Меню» в группе «Запуск»
кнопка, 41
Кнопка «Однокр.», 46
Кнопка «Однократный», 113
Кнопка «Опорн.», 41, 166, 192
Кнопка «Опорный», 42, 168
Кнопка «Поиск», 41, 175
Кнопка «Полоса проп.», 43
Кнопка «Предыдущая», 45
Кнопка «Принудительно» в группе
«Запуск», 46
Кнопка «Пуск/стоп», 46
Кнопка «Пуск/Стоп», 69, 113
Кнопка «Расч», 41
Кнопка «Сбор данных», 67, 114
Кнопка «Следующая», 45
Кнопка «Тест», 41
Кнопка «Уст. на 50%», 46
Кнопка «Установить на 50%», 99
Кнопка «Установить/сбросить» в
группе «Метки», 45
Кнопка «Част./Диап.», 43, 91
Кнопка «Шина», 41
Кнопка «М», 43, 161, 163
Кнопка канала, 41
Кнопка печати, 47
Кнопка РЧ, 24, 43, 130
Кнопка Сбор данных, 41, 64
Кнопка точной настройки, 40
Кнопка установки и сброса
меток, 174
Кнопка яркости, 118
Кнопка AFG (Генератор сигналов
произвольной формы), 41
Кнопка BW (Полоса
пропускания), 94
Кнопка D15 - D0, 89
Кнопка D15-D0, 47
Кнопка Default Setup (Настройка
по умолчанию), 42
Кнопка Fine (Точная
настройка), 44, 45

Кнопка Menu Off (Откл. меню), 47
Кнопка RF (РЧ), 51
Кнопка Save / Recall
кнопка Save (Сохранить), 188
Кнопка Save (Сохранить)
в группе Save/Recall
(Сохранение/Вызов), 47
Кнопка Utility, 20, 21, 23, 116, 117,
128, 130, 198
Кнопка Utility (Сервис), 42
Кнопки меню
кнопки, 40
Комментарии к экрану, 128
Комментирование экрана, 128
Компенсация
пробник, отличный от
TRP0250, TRP500B
или TRP1000, 14
Пробники TRP0250,
TRP0500B или
TRP1000, 12
сигнального тракта, 22
Компенсация пробника,
разъем, 12
Компенсация сигнального
тракта, 22
Временная и частотная
области, 22
Частотная область, 24
Компенсация сигнального тракта
(SPC), 22
Компенсация TRP0250, TRP0500B
или TRP1000, 12
Конфиденциальные данные, 206
Копирование диска, каталога или
файла, 196
Кривая
фиксация максимума, 133
фиксация минимума, 133
Кривая фиксации максимума, 133
Кривая фиксации минимума, 133
крышка
передняя, 4
курсоры
XY, 157
Курсоры, 153
измерения, 153
кнопка, 44, 153
меню, 153
отслеживание, 153

Л

Линии связи, 28, 31, 34
Логический пробник, 2
Лупа
кнопка, 45
ручка, 45

М

Максимальный неразрушающий
входной сигнал, P6316, 7
Максимальный размах сигнала,
пробник P6316, 7
Маркеры, 137, 139
порог и относительный порог
пика, 139
Маркеры частотной области, 137
автоматические, 139
вручную, 140
Маркировка шин, 125
Масса
MDO3000, 6
Масштаб
по вертикали, 119
по горизонтали, 45, 119, 164
цифровые каналы, 126
Масштаб по горизонтали, 45, 119,
164
и расчетные
осциллограммы, 162
определение, 58
экранная надпись, 50
Масштабирование, 171
размер сетки, 172
ручка, 171
масштабная сетка
mB, 117
IRE, 117
Масштабная сетка
Кадр, 117
Перекрестие, 117
Полная, 117
Сетка, 117
Сплошная, 117
стили, 116
яркость, 118
Матем. рас-ширенный, 165
Математические операции с двумя
осциллограммами, 161

- Математический функции
БПФ, 163
Две осциллограммы, 161
дополнительные, 165
кнопка, 43, 161, 163
меню, 43
осциллограмм, 161
мВ, масштабная сетка, 117
Меню, 38
Измерение, 41
Курсоры, 153
Математический функции, 43
опорных осциллограмм, 42, 169, 170
по вертикали, 120
По вертикали, 41
Сервис, 20, 21, 116, 129, 198
Синхронизация, 100, 110
Частотная область, 24, 43
Шина, 42, 73
Default Setup (Настройка по умолчанию), 47
Save/Recall, 188
Save/Recall
(Сохранение/Вызов), 41, 47
Utility, 130
Utility (Сервис), 42, 47
Меню измерения, 41
Меню опорных осциллограмм, 42, 169, 170
Меню синхронизации
меню, 100, 110
Меню частотной области, 24
Метки, 174
Микропрограммное обеспечение
версия, 27
Многофункциональная ручка, 40, 44, 64, 67, 191
Модули прикладных программ, 218
передача лицензий, 15
MDO3AERO, 3, 72
MDO3AUDIO, 3, 72
MDO3AUTO, 3, 72
MDO3COMP, 3, 72
MDO3EMBD, 3, 72
MDO3FLEX, 72
MDO3LMT, 3
MDO3PWR, 3, 72
MDO3USB, 3, 72
Модуль прикладных программ, 15
Монитор, 87
Монтаж в стойке, 4
Монтирование и размонтирование
сетевого диска, 196
Монтирование или
размонтирование сетевого
диска, 196
- ## Н
- Накладка, 21
Накладка на переднюю панель, 21
напряжение, источник
MDO3000, 6
Настройка
по умолчанию, 57, 60, 194
Нормальная зависимость, 133
- ## О
- О программе, 27
Обнаружение нескольких
переходов, 128
Обновление
микропрограммного
обеспечения, 25
Обновление микропрограммного
обеспечения.
микропрограммное
обеспечение, 25
Обычный режим
синхронизации, 97
Огибающая, режим
регистрации, 66
Одиночный запуск, 69, 113
Окно Блэкмана-Харриса для
БПФ, 96
Окно Блэкмана-Харриса для
БПФ, 165
Окно Кайзера для БПФ, 96
Окно Хеннинга для БПФ, 96, 165
Окно Хэмминга для БПФ, 96, 165
Опорные осциллограммы, 168
отображение, 192
сохранение, 191
сохранение 10 млн
осциллограмм, 170
удаление, 170, 192
Опорные уровни, 149
Опорный уровень, 134
Ориентация изображения, 189, 199
Основная синхронизация, 110
Остановка регистрации, 113
- Осциллограмма
воспроизведение, 172
воспроизведение-пауза, 173
добавление, 114
запись, определение, 63
измерения по
гистограммам, 145
индикатор записи, 49
индикатор опорной линии, 51
лупа, 171
панорамирование, 171, 172
пауза, 172
поиск и метки, 174
пользовательские метки, 174
стиль отображения, 114
удаление, 114
яркость, 118
- Отмена
Автоустановка, 61
Default Setup, 61
Отмена автоустановки, 61
Относительный порог, 139
Отображаемая
информация, 48
отображение
XY, 115, 116
Отображение частотной
области, 51
Отображение, опорных
осциллограмм, 192
Отобразить
послесвечение, 114
стиль, 114
- ## П
- Память, очистка, 206
Панорама, 171, 172
ручка, 45, 172, 174
Параллельная шина, 72, 105
Пауза, 172
Перед установкой, 1
Передача лицензий для модулей
прикладных программ, 15
Передняя крышка, 4
Передняя панель, 38
Переименование диска, каталога
или файла, 196
Перекрестие, стиль масштабной
сетки, 117
Переменное послесвечение, 116

Предметный указатель

- Печатная копия
 кнопка, 47
 печать, 197
 Печать, 198
 печатная копия, 197
 через электронную
 почту, 202
 Ethernet, 200
 Печать через электронную
 почту, 202
 Пиковое детектирование, режим
 регистрации, 66
 Питание
 вход, 56
 выключатель, 47
 Плосковершинное окно для
 БПФ, 96
 по вертикали
 Масштаб, 119
 меню, 120
 Положение, 119
 положение и
 автоустановка, 62
 положение и смещение, 125
 ручка масштаба, 58
 ручка положения, 58
 По вертикали
 кнопка, 41
 меню, 41
 Ручка положения, 41
 смещение, 125
 Смещение, 122
 Подключение, 1, 28, 31, 34
 к ПК, 28
 клавиатуры USB, 37
 осциллографа, 28
 Поиск, 174
 Полный экран, стиль масштабной
 сетки, 117
 Положение
 по вертикали, 119
 по горизонтали, 98, 99, 119,
 164
 цифровые каналы, 126
 шина, 125
 Положение и смещение, 125
 Положение по горизонтали, 45,
 63, 98, 99, 119, 164
 и расчетные
 осциллограммы, 162
 определение, 58
 экранная надпись, 50
 Полоса проп., xvi, 121
 Полоса пропускания
 разрешение, 93
 Полоса пропускания
 разрешения, 93
 Пользовательские метки, 174
 Порог, 139
 диапазон, P6316, 7
 погрешность, P6316, 7
 Последоват.(запуск.В),
 заданная, 101
 Последовательная
 синхронизация, 110
 последовательная шина, 72
 Последовательный интерфейс
 синхронизация, 105
 Послесвечение
 бесконечное, 116
 переменное, 116
 экран, 114
 Предварительно определенные
 математические
 выражения, 161
 Предельные тесты, 179
 Прикладной модуль, 38
 Прикладные модули
 30-дневное бесплатное
 опробование, 15
 Принадлежности, 1
 Принудительный запуск,
 кнопка, 97
 Пробник
 логический, 2
 принадлежность, 2
 Пробник TRP0250, 2
 Пробник TRP0500B, 2
 Пробник TRP1000, 2
 Пробник, компенсация
 отличный от TRP0250,
 TRP0500B или
 TRP1000, 14
 TRP0250, TRP0500B или
 TRP1000, 12
 Пробники
 Адаптер TEK-USB-488, 4
 Адаптер TPA-BNC, 3, 8
 логика, 9
 подключение, 8
 провод заземления, 15
 BNC, 9
 P6316, 235
 TekVPI, 4, 8
 TRP0250, 2, 227
 TRP0500B, 2, 227
 TRP1000, 2, 227
 Проверка на совпадение данных в
 скользящем окне, 108
 Проверка работоспособности, 11
 проверка совпадения байтов, 108
 Провод
 заземления, 15
 Программное обеспечение,
 дополнительное, 218
 Программные драйверы, 28, 31
 Просвет, MDO3000, 6
 Просмотр
 запись осциллограммы, 49
 Процесс выборки,
 определение, 62
 Прямоугольное окно БПФ, 96, 164
- ## Р
- Рабочие характеристики, 6
 Размытые фронты, 128
 Разъем
 для антистатического
 браслета, 55
 Разъем боковой панели, 55
 Разъем компенсации
 пробников, 55
 Разъем пробника
 аналоговый, 55
 логика, 55
 Разъемы
 боковая панель, 55
 задняя панель, 56
 передняя панель, 55
 Разъемы на задней панели, 56
 Разъемы передней панели, 55
 Расширение
 полосы пропускания, 16
 Регист.
 экранная надпись, 48

- Регистрация данных
 - входные каналы и цифровые преобразователи, 62
 - выборка, 62
 - режимы, определение, 66
 - Режим автоувеличения, 178
 - Режим изображения, 184
 - Режим отображения
 - частотная область, 51
 - Режим прокрутки, 69
 - Режим, прокрутки, 69
 - Режимы синхронизации
 - Авто, 97
 - Обычная, 97
 - Ручка
 - внешний, 45
 - внутренняя, 45, 162
 - лупа, 45, 162, 171
 - масштаб по вертикали, 58
 - многофункциональная, 22, 40, 67, 191
 - Многофункциональная, 44, 64
 - панорама, 45
 - панорамирование, 172, 174
 - положение по вертикали, 58
 - Положение по вертикали, 41
 - Уровень синхронизации, 99
- С**
- Сервер сокета, 30, 34
 - Сервис, меню, 20, 21, 116, 129
 - Сервисное меню, 42, 47
 - Серийный номер, 18
 - Сертификат калибровки, 1
 - Сетевая печать, 200
 - Сетевые диски, монтирование и размонтирование, 196
 - Сетка, стиль масштабной сетки, 117
 - Синие линии, 128
 - Синхронизация
 - Видео, заданное, 104
 - Время нарастания/спада, заданное, 103
 - вывод частоты на экран, 130
 - задержанная, 110
 - Задержка, 98
 - интервал до синхронизации, 97, 99
 - интервал после синхронизации, 97, 99
 - основные понятия, 97
 - параллельные шины, 72
 - По длительности импульса, заданная, 101
 - По логическому сигналу, заданная, 102
 - По огибающей, заданная, 102
 - Последоват.(запуск.В), заданная, 101
 - последовательная, 110
 - последовательные шины, 72
 - принудительная, 97
 - проверка на совпадение данных в скользящем окне, 108
 - проверка на совпадение данных параллельной шины, 109
 - проверка совпадения байтов, 108
 - режимы, 97, 100
 - Синхронизация «В» по истечении времени задержки, 111
 - Синхронизация по событиям В, 111
 - событие, определение, 97
 - согласование значений данных для шины RS-232, 109
 - Тайм-аут, определение, 101
 - тип входа, 98
 - уровень, 99
 - Установка и фиксация, заданные, 103
 - Фронт, 99
 - Фронт, заданный, 101
 - шина SPI, 106
 - Шина, заданная, 104
 - шины, 105
 - экранная надпись, 109
 - Audio, шина, 107
 - CAN, шина, 106
 - FlexRay, шина, 107
 - LIN, шина, 107
 - Parallel, шина, 105
 - RS-232, шина, 106
 - USB, шина, 107
 - Синхронизация по длительности импульса, заданная, 101
 - Синхронизация по событию В, 111
 - Синхронизация по шинам, 105
 - Синхронизация по шине CAN синхронизация шины, 106
 - Синхронизация по шине SPI синхронизация шины, 106
 - Синхронизация с задержкой, 110
 - Синхронный сдвиг, 153
 - Смещение и положение, 125
 - Смещение по вертикали, 122
 - Снимок, 148
 - Собственный формат файлов прибора (ISF), 191
 - Событий таблица, 76
 - Событие, 76
 - Согласование, 121
 - Создание папки, 196
 - Сообщение о низком разрешении, 142
 - Сопротивл., 121
 - Сохранение
 - настроек, 193
 - опорных осциллограмм, 191
 - осциллограмм, 188
 - снимки экрана, 188
 - Сохранение и вызов информации, 186
 - Спектральные вычисления, 166
 - Спектральные зависимости, 132
 - Спектрограмма
 - отображение, 136
 - Сплошная, стиль масштабной сетки, 117
 - Способ детектирования «+peak», 135
 - Способ детектирования «выборка», 135
 - Способ детектирования «среднее», 135
 - Способ обнаружения «-Peak» (отрицательный пик), 136
 - Способы детектирования, 134
 - Стандартный замок, для переносных компьютеров, 9
 - Статистика, 147
 - Стирание настроек и опорной памяти, 206
 - Стробир., 146

- Т**
Таблица
меток поиска, 175
Таблица меток поиска, 175
Таблица событий, 76
Температура
MDO3000, 6
Тесты по маске, 179
Технические характеристики
источник питания, 10
при работе, 6
Тип входа, 120
Тип входа, синхронизация, 98
Точка
синхронизации, 63
Точка растяжения, 64
Транспортный футляр
жесткий, 4
мягкий, 4
- У**
Удаление каталога или
файла, 196
Удаление опорных
осциллограмм, 170, 192
Удаление осциллограмм, 114
Управление записями большой
длины
управление, 171
Уровень загрязнения
P6316, 7
Уровень синхронизации
ручка, 99
Уровень, синхронизация, 99
Усреднение, режим
регистрации, 66
Усредненная зависимость, 133
- Ф**
файл firmware.img, 25
Файловая система, 186, 191
Файлы TIQ, 190
Флэш-память, 31
Формат файла, 189
Собственный формат файлов
прибора (ISF), 191
TIQ, 190
Формат ISF, 191
Форматирование диска, 196
Фронт, синхронизация, 99
- Фронты
Белый, 128
Размытые, 128
Футляр
жесткий транспортный, 4
мягкий транспортный, 4
Футляр, пробник и
принадлежности, 2
- Ц**
Центральная частота, 92
Цифровой вольтметр
использование, 151
отображение, 54
Цифровые каналы, 128
Значки опорной линии, 51
Значок группы, 51
масштабирование,
расположение,
группировка и
маркировка, 126
настройка, 86
- Ч**
Частота выборки, xvi
частота, источник
MDO3000, 6
Частота, центральная, 92
Частотная область
меню, 43
Чистка, 7
- Ш**
Шина
кнопка, 72, 73, 105
меню, 42, 73
настройка, 73
отображение, 51, 75
расположение и
маркировка, 125
Шина и осциллогр., отображение
отображение активности
шины на физическом
уровне, 85
Шины, 72, 105
значение курсора, 156
Ширина
MDO3000, 6
- Э**
Эк. черн., 189, 199
Экранная надпись
Вспомогательная, 50
Длина записи и частота
выборки, 50
Запуск, 49
Канал, 50
курсор, 156
Курсор, 49
Положение и масштаб по
горизонтали, 50
Регист., 48
Синхронизация, 109
Состояние
синхронизации, 49
частота синхронизации, 130
MagniVu, 50
Timing Resolution (Временное
разрешение), 50
Экранная надпись «Timing
Resolution» (Временное
разрешение), 50
Экранная надпись длины записи и
частоты выборки, 50
Экранная надпись курсоров, 49,
156
Экранная надпись MagniVu, 50
Электропитание
выключение, 11
питание, 10
удаление, 11
шнур, 2
Элементы управления, 38
- Я**
Язык
изменение, 20
накладка, 21
Язык интерфейса
пользователя, 20
Яркость
кнопка, 44
Яркость подсветки, 118
- А**
ACD3000, 4
Audio, синхронизация по шине
синхронизация шины, 107
Autoset, кнопка
видеосигнал, 62

В

B1, B2, 72, 73, 105

С

Согл. каналов, 124
CAN, 42, 72, 105

D

Default Setup, 60, 194
 кнопка, 57, 60
 Отмена, 61
Default Setup (Настройка по
 умолчанию)
 кнопка, 47
 меню, 47

E

e*Scope, 31
Ethernet, 30, 31, 32
 печать, 200
Excel, 28, 31

F

FastAcq, 64
FlexRay, 42, 72, 105
FlexRay, синхронизация по шине
 синхронизация шины, 107

G

GPIO, 29

I

I2C, 42, 72, 105
I2S, 42, 72, 105
IRE, масштабная сетка, 117

L

LabVIEW SignalExpress, 28, 31
Left Justified (LJ), 42, 72, 105
LIN, 42, 72, 105
LIN, синхронизация по шине
 синхронизация шины, 107
LXI, 32

M

MagniVu, 89
MDO3AERO, 218
MDO3AERO, 3, 72
MDO3AUDIO, 3, 72, 218
MDO3AUTO, 3, 72, 218
MDO3COMP, 3, 72, 218
MDO3EMBD, 3, 72, 218
MDO3FLEX, 72, 219
MDO3LMT, 3, 179, 219
MDO3PWR, 3, 72, 184, 219
MDO3USB, 3, 72, 219
Microsoft
 Excel, 31
 Word, 31
MIL-STD-1553, 42, 72, 105
 синхронизация шины, 107
 согласование значений
 данных, 109

N

NEX-HD2HEADER, 4

O

OpenChoice, 1
OpenChoice Desktop, 28, 31

P

P6316, 89
 влажность, 7
 входная емкость, 7
 входное сопротивление, 7
 логический пробник, 2
 максимальный
 неразрушающий входной
 сигнал, 7
 максимальный размах
 сигнала, 7
 погрешность установки
 порога, 7
 пороговый диапазон, 7
 провода заземления
 пробника, 86
 уровень загрязнения, 7
Parallel, шина
 синхронизация, 105
PictBridge, 31, 197
Probe Comp, 13
PROBE COMP (Компенсация
 пробника), 38

R

RBW (Полоса пропускания
 разрешения), 93
Ref R, 192
Right Justified (RJ), 42, 72, 105
RS-232, 42, 72
 декодирование, 80
 значение курсора, 156
 согласование значений
 данных, 109
RS-232, синхронизация по шине
 синхронизация шины, 106
RS-422, 42, 72
RS-485, 42, 72

S

Save / Recall, меню
 меню, 188
Save/Recall (Сохранение/Вызов)
 Кнопка Menu (Меню), 41
 меню, 41, 47
Setup (Настройка)
 по умолчанию, 47
SMTP, 71, 204
SPI, 42, 72, 105

T

TDM, 42, 72, 105
TekSecure, 206
TekVPI, 8
 пробники, 4
Telnet, 36

U

UART, 42, 72
USB, 72, 105, 186, 197
 накопитель, 31
 Порт устройств, 56
 синхронизация по шине, 107
 хост-порты, 47
Utility, меню, 130

V

VISA, 28

W

Wave Inspector, функция, 171
Word, 31

X

XУ

курсоры, 157

отображение, 115, 116